



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 02 stycznia 2023 r.

Wykonawcy

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Dotyczy: procedury udzielania zamówienia z dziedziny nauki na realizację zadania pn.:
Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym.

Nr post.: **BZP.2710.72.2022.MG.**

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

W związku z wpłynięciem wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

Bardzo proszę o doprecyzowanie wymaganej prędkości wirnika kąowego na próbówki typu Falcon (stożkowe 50 ml). Z Państwa odpowiedzi z dnia 22.12.2022r wynika, iż 5000 rpm nie jest wystarczające, zaś mieści się w zakresie wymaganym 90-14.000rpm. Biorąc pod uwagę możliwość uzyskania max. zakresu obrotowego 14000 rpm z innym wirnikiem kątowym, nie jest nam klarowne w jakim zakresie prędkości ma pracować wirnik będący na wyposażeniu wirówki tj. na Falcony 50 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres obrotowy wirówki z wirnikiem kątowym na próbkami typu Falcon na 50ml musi wynosić 90-14000 rpm. Co oznacza, że wirówka z wirnikiem kątowym na próbówki o pojemności 50 ml będzie w stanie pracować z maksymalną szybkością 14000 rpm, ale musi mieć też możliwość ustawienia niższej prędkości. Maksymalna szybkość 5000 rpm z wirnikiem na próbówki o pojemności 50 ml nie jest wystarczająca dla naszych celów projektowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 04.01.2023r.** (godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian), a także termin związania ofertą: **do dnia 02.02.2023r.**

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Ogłoszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
mgr inż. Monika Golińczak