

Dotyczy Wyjaśnienia treści swz.

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 18/21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, pod nazwą:

Dostawa systemu radiologii cyfrowej

Wniosek o wyjaśnienie/zmianę treści SWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, działając w imieniu i na rzecz (dalej „Spółka”) zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie/zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia w poniższym zakresie:

PYTANIA DO WZORU UMOWY:

1. § 8 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 8:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, wskazanych w § 9 umowy ust. 1 pkt. 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1., lecz nie więcej niż 2% wartości tego wynagrodzenia.

3. Niezależnie od kar umownych wskazanych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, lecz nie więcej niż 2% wartości tego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, 8, 10, 11, 12 lub 13, lecz nie więcej niż 2% wartości tego wynagrodzenia. W uzasadnionych technicznie przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych

pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach i właściwościach nie gorszych niż sprzęt serwisowany, posiadający aktualny przegląd techniczny.

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy.

7. Za niewykonanie umowy (niewykonanie dostawy) strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub w niekompletnym stanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

2. § 6 pkt 13 umowy.

W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż urządzenia (zamawiający musiałby dysponować pomieszczeniem spełniającym wymogi dla pracowni RTG). Następnie należy zainstalować oprogramowanie medyczne, wykonać kalibrację systemu oraz podłączyć do posiadanych przez zamawiającego systemów RIS i PACS. Następnie wykonać testy podstawowe i specjalistyczne. Dopiero po tym procesie następuje odbiór urządzenia przez Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej oraz Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii (WIHE).

Czas trwania procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowego aparatu RTG w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej oraz Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii (WIHE) nie jest uzależniony od wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego i uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

3. § 1 pkt 5 W ramach umowy Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów, odbiorów i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód umożliwiających rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem Sprzętu Medycznego w szczególności w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej oraz Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii (WIHE).

Wnosimy, aby § 1 pkt 5 miał następujące brzemienie: W ramach umowy Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów, odbiorów oraz złożenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód umożliwiających rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem Sprzętu Medycznego w szczególności w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej oraz Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii (WIHE).

Zważywszy na bardzo, krótki czas realizacji zamówienia uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód umożliwiających rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem Sprzętu Medycznego w szczególności w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej oraz Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii (WIHE) jest w praktyce niemożliwy. Czas wydania pozwolenia na użytkowanie nie jest uzależniony od wykonawcy, ale od procedur obowiązujących w w/w instytucjach . Jak wiadomo w istniejącej pracowni należy wykonać prace adaptacyjne, następnie zainstalować i skonfigurować aparat RTG. Pozwolenie na użytkowanie można uzyskać dopiero po wykonaniu testów podstawowych i specjalistycznych, czyli w momencie kiedy pracownia jest przygotowana do odbioru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

PYTANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat podłogowy z dwoma detektorami w którym detektor w statywie płucnym jest zabudowany na stałe, a drugi detektor jest bezprzewodowy do stosowania w stole i poza nim do wolnych ekspozycji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

2. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 6.

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, generator, statyw lampy, lampa RTG są wyprodukowane przez jednego producenta, natomiast oprogramowanie konsoli wyprodukowane jest przez innego producenta, natomiast cały system jest zwalidowany podczas procesu produkcji i objęty jest jednym certyfikatem CE, co zapewnia pełną funkcjonalność pracy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

3. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 7.

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym detektory są innego producenta niż pozostałe elementy hardware, a cały aparat objęty jest jednym certyfikatem CE, co zapewnia pełną funkcjonalność pracy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

4. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 14.

Czy Zamawiający dopuści generator z maksymalnym czasem ekspozycji 5000 ms? Jest to praktycznie tak długi czas, że nie jest wykorzystywany ze względu na możliwość wystąpienia artefaktów ruchowych, a parametry prądowe generatora i lampy pozwalają na uzyskiwanie wysokiej jakości zdjęć przy znacznie krótszych czasach ekspozycji, rzędu ułamku sekundy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

5. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 16.

Czy Zamawiający dopuści generator z dolnym zakresem miliamperosekund 0,5 mAs?

Jest to niewielka różnica w dolnym zakresie, która to wartość i tak nie jest w praktyce wykorzystywana, gdyż praktycznie minimalne wartości mAs jakie są stosowane dla zdjęć RTG to kilka mAs.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

6. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p.17.

Czy Zamawiający uzna za równoważne możliwość przypisania maksymalnego obciążenia prądowo-czasowego dla aparatu, jako zabezpieczenie przed nadmiernym emitowaniem promieniowania dla ochrony pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

7. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 37.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wyświetlania na kołpaku lampy badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia?

Zdjęcie w dużo większym rozmiarze przez co łatwiej do oceny wyświetlane jest na konsoli technika, gdzie właśnie znajduje się technik zaraz po wykonaniu ekzpozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

8. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 44.

Czy Zamawiający dopuści kolumnę podłogową z zakresem ruchu min. 230 cm?

Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie stanowi ograniczenia w użytkowaniu i wykorzystaniu aparatu RTG.

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

9. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 47.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości ruchu poprzecznego kolumny RTG?

Aby skorygować poprzecznie miejsce naświetlania pacjenta w bardzo prosty sposób można przesunąć cały blat, który jest blatem pływającym przez co w bardzo łatwy sposób można zmienić jego pozycję.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

10. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 50.

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez możliwości odchylania kołpaka z lampą od osi poziomej?

Biorąc pod uwagę, że szerokość blatu jest 80 cm praktyczność takiego zastosowania jest znikoma, a jeżeli trzeba wykonać zdjęcia skośne to odchyła się lampę od osi poziomej, ale wzdłuż blatu stołu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

11. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 52.

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o szerokości min. 80 cm?

Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie stanowi ograniczenia w użytkowaniu i wykorzystaniu aparatu RTG.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

12. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 64.

Czy Zamawiający uzna za równoważne funkcję zwalniania hamulców blatu stołu przyciskami nożnymi?

Blat stołu jest blatem pływającym i w łatwy sposób można go przemieszczać jedną ręką.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

13. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 65.

Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości przemieszczania go przyciskami ręcznymi?

Blat stołu jest blatem pływającym i w łatwy sposób można go przemieszczać jedną ręką.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

14. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 66.

Czy Zamawiający dopuści stół bez wyłącznika bezpieczeństwa przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu?

Jest to praktycznie martwa funkcjonalność, gdyż aby zabezpieczyć przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu stołu należy przed każdym świadomym ruchem stołu wyłączyć tę blokadę, a po ustawieniu stołu do żądanej pozycji następnie włączyć go ponownie, co oznacza, że będzie on obsługiwany dwa razy częściej niż przyciski do zmiany położenia blatu, co wydłuży znacznie czas wykonania badania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

15. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 67.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyłącznika antykolizyjnego wyłączającego pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody?

Technik obsługujący aparat ma bardzo dobre pole widzenia, czy w zasięgu ruchu pionowego blatu stołu znajduje się jakaś przeszkoda, a ponieważ wiadomo, że blat porusza się pionowo, to technik będzie unikał ustawiania jakichkolwiek sprzętów pod blatem stołu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

16. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 83., p. 84., p. 85.

Czy Zamawiający dopuści bezprzewodowy detektor do stosowania w stole i poza nim do wolnych ekspozycji o parametrach jak poniżej:

- waga 4,2 kg
- maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) – 150 kg
- rozmiar aktywny 42,6 x 42,6 cm?

Jest to detektor znacznie większy od wymaganego przez Zamawiającego, przez co ma większą wagę, ale daje dużo większe możliwości diagnostyczne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

17. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 91.

Czy Zamawiający dopuści ładowarkę umożliwiającą ładowanie jednej baterii i zmniejszy ilość wymaganych baterii do 2 sztuk?

Detektor, który planujemy zaoferować Zamawiającemu jest automatycznie ładowany w szufladzie stołu bez konieczności podłączania żadnego kabla, przez do praktycznie cały czas detektor jest naładowany i gotowy do pracy poza stołem. W takim przypadku ładowarka i dodatkowe baterie mogą być praktycznie nie wykorzystywane, a mniejsza ilość baterii obniży cenę oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

18. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 94.

Czy Zamawiający dopuści detektor z ochronnością IP43?

Jest to wystarczająca wartość dla detektora, który jest wykorzystywany do zdjęć RTG, wyższe wartości oznaczałyby możliwość zanurzenia detektora w wodzie, co nie będzie miało miejsca przy tego typu urządzeniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

19. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 98.

Czy Zamawiający dopuści zabudowany detektor w statywie płucnym, który nie ma możliwości wyjmowania go ze statywu?

Do wolnych ekspozycji będzie wykorzystywany detektor bezprzewodowy, który jest wykorzystywany w stole.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

20. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 99., p. 100., p. 108 i p. 109.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na dopuszczenie zabudowanego detektora w statywie płucnym prosimy o zrezygnowanie wymogu podawania wagi (p. 99.), obciążalności detektora (p. 100.), klasy ochrony przed wnikaniem wody i pyłu (p. 108.) oraz ładowania akumulatora detektora (p. 109.), gdyż nie ma to uzasadnienia dla detektora zabudowanego i który jest na stałe podłączony do zasilania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

21. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 112.

Czy Zamawiający dopuści stację technika z parametrami różniącymi się nieznacznie od wymogów Zamawiającego, tj. o parametrach 8 GB RAM, 500 GB SSD plus 500 GB HDD SATA, Windows 10 i klawiatura nie ma wytłoczonego logo producenta stacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

22. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 113.

Prosimy o usunięcie wymogu „nieograniczonej liczby użytkowników”. Ilość użytkowników nie może być nieograniczona, chociażby dlatego, że dla każdego konta użytkownika rezerwowana jest pewna przestrzeń dyskowa, a przestrzeń dyskowa jest skończona.

Na aparacie RTG będzie pracowała skończona i niewielka ilość użytkowników, dla której będzie możliwość utworzenia indywidualnego konta użytkownika.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Przez nieograniczoną liczbę użytkowników zamawiający rozumie brak ograniczenia licencyjnego ilości kont użytkowników.

23. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 115. i p. 116.

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatora, której oprogramowanie oraz system pomocy kontekstowej jest w języku angielskim? Obsługa stacji odbywa się przede wszystkim poprzez wybór poszczególnych funkcji i parametrów przez naciśnięcie odpowiednich przycisków oznaczonych jasnymi i czytelnymi ikonami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

24. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 127.

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatora na której nie ma możliwości pomiarów kątów Cobba?

Pomiary kątów Cobba są specjalistycznym pomiarem, który wykonuje się na stacji diagnostycznej, a nie na konsoli technika, która jest przeznaczona do akwizycji obrazu i podglądu czy zostało poprawnie wykonane.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

25. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 130.

Czy Zamawiający uzna za równoważne możliwość wprowadzania pola tekstowego i ograniczonej ilości markerów, natomiast dowolne markery będą wprowadzane jako pole tekstowe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

26. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 135.

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatora bez funkcjonalności opisanej w p. 135?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

27. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 141.

Czy Zamawiający uzna za równoważne do histogramu wyświetlanie współczynnika ekspozycji EXI, który to jest znormalizowany dla danego programu anatomicznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

28. Dotyczy Zał. OPZ nr 1 do SWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, p. 143. i p. 144.

Czy Zamawiający dopuści konsolę technika bez oprogramowania do supresji kości żeber i bez dedykowanego oprogramowania do wizualizacji odmy płucnej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Solna 21 61-736 Poznań**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Dostawa systemu radiologii cyfrowej”

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 18/21

dot. załącznika nr 1 do OPZ

część 3

Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej

Pytanie 1. Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez narzędzia pomiarowego typu histogram?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.
Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

Pytanie 2. Pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcji DicomSR – tworzenie?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3. Pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcji analizy ilościowej?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4. Pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez opcji trybu ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5. Pkt. 65

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez zarządzania listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6. Pkt. 71

Czy Zamawiający dopuści by wymagana funkcjonalność realizowana była spod poziomu systemu dziedzinowego klasy RIS wdrożonego w placówce?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7. Pkt. 73

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości wyboru schematów kolorów interfejsu?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8. Pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9. Pkt. 75

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości przypisania akcji do klawiszy myszy?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego producenta firmę Alteris S.A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania lekarskiej stacji diagnostycznej wyposażonej w porty:

- 1) Na froncie obudowy port słuchawek zamiast portu combo?
- 2) Z tyłu obudowy w port konfigurowalny (HDMI/VGA/USB Type-C/DVI-D)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Solna 21
61-736 Poznań**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa systemu radiografii cyfrowej” – znak sprawy: 18/21

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dot. zestawienia parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – część 1 – KONSOLA OPERATORSKA APARATU RENTGENOWSKIEGO – pkt. 112

Stacja technika dedykowana do oferowanego aparatu RTG z komputerem o parametrach: minimum z czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk min.500GB zalecany SSD, system operacyjny Windows 10, oprogramowanie systemowe, wyposażona w mysz i klawiaturę z tłoczonym logo producenta stacji. oprogramowanie zgodne z Dicom 3.0

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dedykowaną przez producenta stację technika o następujących parametrach:

Komputer HP:

Intel Core i3-8100 (3,6GHz)

16 GB pamięci RAM,

dysk twardy HDD 500 GB,

nagrywarka +/-CD/DVD,

karta graficzna przystosowana parametrami do pracy na stacji technika

karta sieciowa 100/1000 Mbps,

system windows embedded 10

oprogramowanie systemowe oprogramowanie zgodne z Dicom 3.0

klawiatura i mysz komputerowa

Powyższa konfiguracja jest dedykowana do danego urządzenia i stanowi całość jako wyrób medyczny.

Konfiguracja jest optymalna do pracy aparatu RTG.

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 dot. zestawienia parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – część 1 – KONSOLA OPERATORSKA APARATU RENTGENOWSKIEGO – pkt. 149

UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia umożliwiające dokończenie badania (minimum 10 min.) UPS pracujący w technologii konwersji rzeczywistej – online.

Prosimy o modyfikację wymagania na następujące: UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia umożliwiające dokończenie badania (minimum 10 min.)

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3 dot. zestawienia parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – część 2 – WYMAGANIA WSPÓŁNE – pkt. 2

Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemami RIS i PACS funkcjonującymi u zamawiającego. Zamawiający posiada system RIS i HIS (SOMED) firmy Kamssoft oraz system PACS firmy Synektik. Czynności leżące po stronie dostawcy aparatu. Czynności po stronie dostawcy aktualnie funkcjonującego oprogramowania zamawiający wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy leży konfiguracja dostarczanego sprzętu i oprogramowania (stanowiącego przedmiot zamówienia), a wszelkie licencje i oraz konfiguracje po stronie systemów RIS/PACS (Synektik, Kamssoft) są zagwarantowane przez Zamawiającego i Wykonawca nie będzie musiał uwzględniać w swojej ofercie kosztów z tego tytułu.

Odp. Wykonawca musi wykonać wszelkie czynności wynikające z dostawy przedmiotu zamówienia, natomiast konfiguracje i ewentualne licencje związane z aktualnie funkcjonującymi systemami tj.: HIS i RIS firmy Kamssoft oraz PACS firmy Synektik zamawiający wykona we własnym zakresie. Jednocześnie zamawiający przypomina, że postępowanie nie przewiduje dostawy dodatkowego systemu RIS.

(Zamawiający posiada systemy RIS firmy Synektik i Kamssoft)

System po stronie stacji lekarskiej musi funkcjonować w następujący sposób:

Lekarz radiolog opisujący zdjęcie otwiera w RIS aktualnie funkcjonującym u zamawiającego badanie do opisu a na drugim monitorze otwiera mu się automatycznie zdjęcie w oprogramowaniu do oglądania zdjęć (wywołanie z PACS-a zdjęcia w kontekście tego konkretnego pacjenta).

Pytanie nr 4 dot. zestawienia parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – część 3

Wyposażenie dodatkowe pracowni RTG

LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA DO OCENY OBRAZÓW RTG- komputer stacji

– pkt. 13 .

Zasilacz 500W o
sprawności minimum
92%

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy 500W i sprawności 90% ? Wyszpecyfikowana stacja robocza nie posiada zasilacza o mocy 500W i sprawności 92%.

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5 dot. zestawienia parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – część 3

Wyposażenie dodatkowe pracowni RTG

LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA DO OCENY OBRAZÓW RTG- komputer stacji

– pkt. 10 .

Porty rozszerzeń:

1x PCI Express Generacja 3 x16

1x PCI Express Generacja 3 x4

2x PCI Express Generacja 3 x1

2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum

110mm (PCI Express Generacja 3 x4)

1x M.2 WLAN

Zatoki zewnętrzne:

2x 5,25"

Zatoki wewnętrzne:

2x 3,5"

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji z jedną zatoką zewnętrzną 5,25" przy spełnieniu pozostałych parametrów. Nie wpłynie to w jakikolwiek sposób na funkcjonalność stacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza też takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6 do § 6 ust. 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przewidzianego na dostarczenie wolnego od wad elementu przedmiotu zamówienia lub całego przedmiotu zamówienia z 3 dni roboczych na 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

Pytanie nr 7 do § 9 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 9 ust. 1 pkt. 2 z uwagi na fakt, że przewiduje one odstępnie od umowy już wykonanej, tj. na etapie obowiązywania gwarancji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

Pytanie nr 8 do § 8 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 8:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, wskazanych w § 9 umowy ust. 1 pkt. 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1., lecz nie więcej niż 2% wartości tego wynagrodzenia.

3. Niezależnie od kar umownych wskazanych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, lecz nie więcej niż 2% wartości tego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, 8, 10, 11, 12 lub 13, lecz nie więcej niż 2% wartości tego wynagrodzenia. W uzasadnionych technicznie przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych

pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach i właściwościach nie gorszych niż sprzęt serwisowany, posiadający aktualny przegląd techniczny.

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy.

7. Za niewykonanie umowy (niewykonanie dostawy) strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub w niekompletnym stanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

Pytanie nr 9 do § 11 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do całości lub części oprogramowania niezbędnego do wdrożenia ZSZJM lub prawo do odpłatnego zbycia całości lub części oprogramowania niezbędnego do wdrożenia ZSZJM zgodnie załącznikiem nr 2 do Umowy Zamawiającemu nadane przez producenta albo też przysługuje mu uprawnienie do udzielenia licencji lub sprzedaży licencji Zamawiającemu nadanie mu przez producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy i dostawy.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Dostawa systemu radiologii cyfrowej wraz z integracją w zakresie wymiany edm, rejestracja online pacjentów, teleradiologii”

Nr sprawy: 12/15

Zapytanie nr 1 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 7

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG w którym detektory pochodzą od innego wytwórcy niż główny producent aparatu.

Oferowany przez nas aparat rentgenowski występuje w konfiguracjach z różnymi detektorami w zależności od potrzeb użytkowników. Detektory są komponentami które są wymienne, a pochodzenie poszczególnych komponentów sprzętu od różnych producentów, w żaden sposób nie wpływa na jakość i niezawodność urządzenia, a także nie gwarantuje lepszych możliwości funkcjonalnych. Warto również zauważyć, że nawet jeśli dostawca sprzętu deklaruje pochodzenie poszczególnych elementów aparatu od jednego wytwórcy, to w rzeczywistości te elementy i tak są produkowane przez różne podmioty, a końcowy produkt jest wyłącznie sygnowany jednym logo.

Wnioskujemy zatem o usunięcie zapisu w L.p 7 oraz dopuszczenie do postępowania oferowanego przez nas rozwiązania, w którym wszystkie elementy aparatu RTG są w pełni kompatybilne i zintegrowane przez producenta w procesie technologicznym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 2 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 16

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z generatorem o zakresie miliamperosekund w zakresie 0,5-630 mAs?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 3 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 37

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z czytelnym 10" wyświetlaczem LCD na kołpaku bez funkcji wyświetlania obrazu badania i możliwości akceptacji bądź odrzucenia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 4 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 47

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z kolumną podłogową o zakresie ruchu poprzecznego lampy wynoszącym 20,4 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 5 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 52

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stołem o szerokości blatu równej 81 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 6 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 61

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stołem o wyposażony w ramy na dłuższych bokach blatu, ochraniające ranty oraz pozwalające na umieszczenie akcesoriów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 7 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 67

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG bez wyłącznika antykolizyjnego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 8 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 68, 95

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG bez funkcji automatycznego ładowania detektora w szufladzie stołu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 7 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 76

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze statywem o odległości płyta statywu-detektor obrazu równej 70 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 8 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p.94, 108

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG z detektorem o konstrukcji o obudowie zapewniającej ochronę w klasie IP53?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 9 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 109

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG bez funkcji automatycznego ładowania detektora w szufladzie bucky statywu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 10 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 126

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stacją technika bez funkcji wprowadzania danych pacjenta czytnika danych kreskowych ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 11 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 143,144

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie od postępowania aparatu RTG ze stacją technika bez oprogramowania do supresji kości żeber oraz wizualizacji odmy płucnej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 12 dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Cz.2. L.p.2

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 18/21

Prosimy o udzielenie informacji o nazwie dostawcy posiadanego systemu RIS/PACS

Odp. W specyfikacji było podane zamawiający przypomina PACS Synektik RIS Synektik, RIS i HIS Kamssoft