

Hajnówka dn. 20 maja 2025 r.

D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy – Dostawę aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Hajnówce nr spr. **D/Kw.2232.4.2025**

Pytania:

Pytanie nr 1

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający do miesiąca od podpisania umowy zapewni konieczny po jego stronie personel tj. inspektora ochrony radiologicznej, technika radiologii, lekarza radiologa, inspektora BHP, laboratorium dozymetryczne przeprowadzające kontrolę dozymetrów.

Pytanie nr 2

2. W związku z faktem, iż termin wydania zezwoleń na użytkowanie pracowni oraz użytkowanie aparatu jest niezależny od Wykonawcy i zależy od działań instytucji zewnętrznych prosimy o wyłączenie terminu uzyskania zezwoleń z terminu realizacji umowy oraz potwierdzenie, że umowa zostanie przez Zamawiającego uznana za wykonaną w terminie i podpisze on protokół odbioru w momencie wykonania przez Wykonawcę wszelkich koniecznych prac w pracowni RTG, wykonanie wymaganej dokumentacji i pomiarów, dostawy i uruchomienia aparatu RTG wraz z wymaganym wyposażeniem, szkolenie personelu oraz złożenie do Sanepidu kompletnego wniosku o zezwolenie na użytkownię aparatu oraz użytkowanie pracowni wraz z załącznikami. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wszelkich braków i koniecznych poprawek zgłoszonych przez Sanepid, nawet jeśli nastąpią one po dokonaniu odbioru o ile będą one dotyczyć dokumentacji i danych, których dostarczenie zgodnie z SIWZ było po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy poniższe dane i dokumenty, konieczne do wykonania wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji oraz uzyskania zezwoleń:
 - a. dokumentacja budowlana określająca z czego wykonane są ściany i strop,
 - b. dane jednostki: nazwa adres, nr tel, e-mail, dane kierownika jednostki: imię i nazwisko, tel., email, dane komórki (pracowni RTG): adres, nr tel., e-mail, dane Kierownika Pracowni RTG: imię, nazwisko, tel., email, dane: Inspektora BHP Imię, nazwisko i nr tel.,
 - c. dane Inspektora Ochrony Radiologicznej: imię, nazwisko, tel., email + nr. i typ uprawnień oraz datę ich wydania,
 - d. miejsce przebywania Inspektora Ochrony Radiologicznej,
 - e. dane: osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne: imię, nazwisko, tel., email,
 - f. imienny wykaz osób (wraz z tytułem zawodowym: lekarz / technik rtg / radiolog), które będą

wykonywały zdjęcia rentgenowskie oraz osobami do opisu zdjęć wraz z nr telefonu

- g. Laboratorium dozymetryczne, które będzie prowadziło dozymetrię,
- h. informację jaki rodzaj dozymetrii będzie stosowany u Zamawiającego - indywidualna czy środowiskowa,
- i. informację o dodatkowym wyposażeniu pracowni RTG, niebędącym elementami dostawy Wykonawcy, np. stacja opisowa,
- j. informację w jaki sposób aparat RTG chroniony jest przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych - np. teren ogrodzony, monitoring, alarm antywłamaniowy itp.,
- k. rzut jednostki z oznaczeniem: pracowni RTG, drogi ewakuacji i miejsca zbiórki pracowników - na zewnątrz jednostki (droga pożarowa),
- l. opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych ,
- m. uprawnienia personelu pracowni RTG:
 - badania lekarskie z "J" (medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące) wskazanych osób
 - certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta wskazanych osób
 - osoba do opisu zdjęć RTG (radiolog)
- n. wykaz procedur medycznych jakie będą stosowane w pracowni - zgodnie z aktualnym załącznikiem do Rozporządzenia tj. wykazem wzorcowych procedur medycznych.

Pytanie nr 4

- 4. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przez Wykonawcę modyfikacji tablicy rozdzielczej, z której ma być zasilany aparat a znajdującej ok. 25 metrów od sterowni oraz położenie dobranego kabla zasilającego między tą rozdzielnią a sterownią, umożliwi montaż w sterowni tablicy rozdzielczej aparatu RTG z zabezpieczeniem 63A i bezproblemową pracę linii zasilającej.

Pytanie nr 5

- 5. W związku z koniecznością wykonania wyłączników awaryjnych oraz lamp ostrzegawczych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie korytek natynkowych na ścianach.

Pytanie nr 6

- 6. Prosimy o potwierdzenie, że ściana między sterownią a pracownią jest ścianą żelbetonową.

Pytanie nr 7

- 7. Prosimy o potwierdzenie, że dwie sztuki drzwi oraz okno pomiędzy pracownią a sterownią mają ochronę 2 mm Pb

Pytanie nr 8

- 8. Czy Zamawiający wymaga dostawy zestawu do kontroli jakości aparatu RTG?

Pytanie nr 9

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania prac w stropie Zamawiający będzie wymagał uzupełnienia wykładziny wyłącznie w naruszonym przez Wykonawcę obszarze.

Pytanie nr 10

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia osłony ochronnej 2 mm Pb na okno zewnętrzne w pracowni RTG.

Pytanie nr 11

11. Prosimy o udostępnienie pomiarów natężenia światła w pracowni RTG oraz sterowni lub potwierdzenia, że zastosowane przez Zamawiającego oświetlenie w tych pomieszczeniach spełnia wymogi prawa w zakresie przewidzianym dla tego typu pomieszczeń.

Pytanie nr 12

12. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rolety wewnętrznej do sterowni RTG, celem umożliwienia zaciemnienia pomieszczenia podczas pracy lekarza radiologa?

Pytanie nr 13

13. Czy zamawiający dopuści do przetargu mobilny stół rtg bez ruchu blatu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz systemu AEC, który posiada nośność min. 200 kg? Pragniemy zauważyć, iż zamawiający dopuszcza stół mobilny, więc oferowany przez nas stół rtg zapewni mobilność w każdym kierunku a system AEC znajduje się w kolumnie aparatu rtg, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie.

Pytanie nr 14

14. Dotyczy pkt. V SWZ - Prosimy o potwierdzenie, że poprzez dopełnienie wszelkich formalności niezbędnych do korzystania z urządzenia Zamawiający rozumie zezwolenie na użytkowanie aparatu oraz zezwolenie na użytkowanie pracowni.

Pytanie nr 15

15. Prosimy o potwierdzenie, że montaż klimatyzatora w pracowni i w sterowni jest obligatoryjny.

Pytanie nr 16

16. W związku z koniecznością wykonania projektu osłon stałych prosimy o udostępnienie projektu budowlanego zawierającego rzut pomieszczenia oraz przekroje stropów i ścian wraz z opisem warstw (materiał i grubość) każdej z nich.

Pytanie nr 17

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy poniższą dokumentację:

a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem wentylacji,

b) Informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej

Brak udostępnienia w/w dokumentacji przez Zamawiającego uniemożliwi złożenie wniosku o zezwolenie na użytkowanie pracowni i aparatu RTG.

Pytanie nr 18

18. Zamawiający wymaga 2 kompletów środków ochrony indywidualnej. Prosimy o dokładne wyspecyfikowania co ma znajdować się w każdym zestawie.

Pytanie nr 19

19. §2 ust. 2.2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych?

Pytanie nr 20

20. §2 ust. 2.3 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych?

Odpowiedzi na pytania:

1. W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający potwierdza, iż zapewni w/w personel.
2. W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający nie zmienia wymagań.
3. W odpowiedzi na pytanie 3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie w/w danych i dokumentacji do Zamawiającego po podpisaniu umowy.
4. W odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wymianę zabezpieczenia na 63A oraz związaną z tym przebudowę tablicy rozdzielczej. Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie jest zasilany przewodem o przekroju żyły 185 mm², natomiast przewód pomiędzy rozdzielnią główną budynku, a rozdzielnią z której będzie zasilany aparat RTG ma przekrój 90mm² Po stronie Wykonawcy leży sprawdzenie czy instalacja obciążona aparatem RTG będzie pracowała poprawnie.
5. W odpowiedzi na pytanie 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie korytek instalacyjnych natynkowych na ścianach.
6. W odpowiedzi na pytanie 6. Zamawiający potwierdza, iż ściana między sterownią, a pracownią jest ścianą żelbetonową.

7. W odpowiedzi na pytanie 7. Zamawiający potwierdza, że dwie sztuki drzwi oraz okno pomiędzy pracownią, a sterownią mają ochronę. W trakcie wizji lokalnej Oferenci mieli możliwość sprawdzenia czy drzwi i okna posiadają odpowiednią ochronę.
8. W odpowiedzi na pytanie 8. Zamawiający nie wymaga w/w zestawu.
9. W odpowiedzi na pytanie 9. Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał uzupełnienia wykładziny wyłącznie w naruszonym przez Wykonawcę obszarze.
10. W odpowiedzi na pytanie 10. Zamawiający informuje, iż osłony dobiera Wykonawca po wizji lokalnej do wymogów prawidłowego działania pracowni RTG.
11. W odpowiedzi na pytanie 11. Zamawiający posiada protokoły z pomiarów oświetlenia, pomiary spełniają wymagania. Oferent w trakcie wizji lokalnej powinien dokonać sprawdzenia natężenia oświetlenia i w razie potrzeby przewidzieć dostosowanie oświetlenia do wymagań.
12. W odpowiedzi na pytanie 12. Zamawiający nie zmienia wymagań.
13. W odpowiedzi na pytanie 13. Zamawiający dopuszcza w/w stół mobilny.
14. W odpowiedzi na pytanie 14. Zamawiający wymaga dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych do korzystania z urządzenia tj.: zezwolenie na użytkowanie aparatu, zezwolenie na użytkowanie pracowni oraz pozostałych wymaganych przepisami prawa pozwoleń - jeżeli dotyczy.
15. W odpowiedzi na pytanie 15. Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy jest decyzja czy klimatyzator w pracowni RTG jest wymagany.
16. W odpowiedzi na pytanie 16. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie w/w dokumentacji do Zamawiającego po podpisaniu umowy.
17. W odpowiedzi na pytanie 17. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie w/w dokumentacji do Zamawiającego po podpisaniu umowy.
18. W odpowiedzi na pytanie 18. Zamawiający informuje, iż zestaw ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi – Rozdział 2 Wymagania dla pracowni, gabinetów rentgenowskich i ambulanсів.
19. W odpowiedzi na pytanie 19. Zamawiający nie zmienia wymagań.
20. W odpowiedzi na pytanie 20. Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji projektu umowy, tj. zmienia zapis § 2 ust. 2 pkt 3) „(...) do 3 dni roboczych na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.” na „(...) do 3 dni roboczych na usunięcie

awarii od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.”

Zamawiający umieścić zmodyfikowany załącznik nr 3 – Projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania.

*Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce*

płk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.

1. egz. – a/a, wnioskodawca – wiadomość na platformie openNexus

– Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania