



Do wszystkich zainteresowanych

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę preparatów do dezynfekcji.**

Nr sprawy: **ZP/P/07/23**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

- 1. Pakiet 6, poz. 1** -Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

- 2. Pakiet 6, poz. 1** Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane w saszetkach o wymiarach 5 x 4,9 cm. Gaziki o wymiarze 3,3 x 3 cm złożony i 6,5 x 3 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Każdy gazik pakowany w osobną saszetkę, pakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk gazików.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

- 3. Pakiet 6, poz. 1** Proszę o odstąpienie od wymogu dopuszczenia stosowania przez IMiDz.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

- 4.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji nr 1 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra? Produkt na bazie aminy, czwartorzędowych związków amonowych, enzymów oraz inhibitorów korozji do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Bez zawartości: aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HCV, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola) oraz wirusy Adeno i Polio – do 15 minut w stężeniu od 0,5% do 1%. Możliwość poszerzenia o wirusa Noro – 4% w 15 minut. Skład: 11,5g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25g Chlorek didecyloдимetyloamonu. Wyrób medyczny klasy IIb, pozytywna opinia producenta narzędzi Chirmed oraz producenta endoskopów Vimex. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Opakowanie 5L, możliwość podłączenia do systemu dozującego – urządzenia tożsamego z opisem załączonym na ulotce poniżej.

## System dozowania PROMAX-1

### Cechy produktu:

- ▶ System rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczony do dozowania maksymalnie 1 środka chemicznego
- ▶ Przepływ 14L / min (dostępne również warianty 4 oraz 30 litrów / min.)
- ▶ Modułowy system by zminimalizować powierzchnię zabudowy
- ▶ Dodatkowe moduły mogą być z łatwością dołączane do istniejącej instalacji
- ▶ Uchwyt montażowy do łatwego montażu i demontażu urządzenia
- ▶ Dokładność dozowania
- ▶ Opatentowany selektor wyboru chemii
- ▶ Możliwość personalizacji produktu
- ▶ Łatwe i wygodne dozowanie profesjonalnych środków czystości MEDICLEAN
- ▶ Dozownik posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania
- ▶ W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, pozwalających na przygotowanie roztworów o stężeniu od 0,1% do 13%

### Dane techniczne

Kod produktu	Ilość źródeł	Szerokość	Wysokość	Głębokość
WA-MED-PSB1F300000016	1	160 mm	260mm	120 mm



### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

5. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 9 i czy dopuści: Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 30x34cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą, przeznaczone do osuszania powierzchni- lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem- do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia, zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne z nimi wiadra o pojemności 5.5l z systemem dozującym w ilości 30 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. lub Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 18x25cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą, przeznaczone do osuszania powierzchni- lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem- do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia, zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne z nimi wiadra o pojemności 5.5l z systemem dozującym w ilości 30 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia wkładów do wiaderkek dozujących i pustych wiaderkek dozujących.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

6. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 10 i czy dopuści: Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 30x34cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą, przeznaczone do osuszania powierzchni- lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem- do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia, zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne z nimi wiadra o pojemności 5.5l z systemem dozującym w ilości 60 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. lub Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, wymiarze 18x25cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie opakowanych folią wraz z etykietą, przeznaczone do osuszania powierzchni- lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem- do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia, zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne z nimi wiadra o pojemności 5.5l z systemem dozującym w ilości 60 szt. lub w ilości podanej w odpowiedzi na to pytanie. W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia wkładów do wiaderkek dozujących i pustych wiaderkek dozujących.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

7. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuję obecne zapisy SWZ.

8. **Dotyczy pakietu nr 2- I środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk-** Poz. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Phago`gel Sterisol? Oferowany preparat nie zawiera substancji obciążających skórę – pozbawiony zapachu i barwników, bez bisabololu, ale z dodatkiem glicerolu i emolientu, który chroni skórę przed wysuszeniem, dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej, spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

9. **Dotyczy pakietu nr 2- II Grupa środków do mycia maszynowego i konserwacji narzędzi chirurgicznych-** Poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Neodisher IR? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

10. **Dotyczy pakietu nr 2- II Grupa środków do mycia maszynowego i konserwacji narzędzi chirurgicznych-** Poz. 4- W związku z wycofaniem preparatu Neodisher IR o pojemności 1l, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu o poj. 12kg (jedyna dostępna pojemność) po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (swz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

*Z poważaniem,  
/podpis na oryginale/*