

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowy bez negocjacji na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego zestawu kamery termowizyjnej FLIR – 1 szt.

Nr postępowania 22/Z-36/Pliz2022/PN/2022/D

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.06.2022 r. a mianowicie:

Pyt. 1: Z jakimi obiektywami sprzęt ma być dostarczony/wyceniony?

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 poz. 25), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, poprzez dodanie pkt 23 w Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „*Kamera musi posiadać dwa obiektywy:*

- a) 12 stopni ($f = 83,4\text{mm}$) – 1 szt.,
- b) 28 stopni ($f = 36\text{mm}$) – 1 szt.”

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, poprzez dodanie pkt 24 w Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „*Wieczysta licencja FLIR Thermal Studio Pro - jedna licencja.*”

Prosimy o uwzględnienie niniejszej zmiany treści SWZ przy opracowywaniu oferty.

.....
Homery
(podpis)