



Poznań, dnia12.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-100/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 19 części**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

pyt. 1.

Czy Zamawiający dopuści w części nr 15?

Taśmę do wysiłkowego nietrzymania moczu, sterylną, stosowaną do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłaniający, transparentny, gramatura 45g/m², szerokość taśmy 1,2 cm w środkowej części (wypustka) i 0,8 cm ramiona, rozmiar porów 1,56 mm², stopień porowatości 55-60%, długość taśmy 55cm, bez osłonki, atraumatyczne brzegi, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób (baby tag)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaferowania zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2:

Pakiet 9, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przeciwdrobnoustrojowy opatrunek z alginianu wapnia, sterylny składający się z jednorodnej mieszanki włókien alginianu wapnia i włókien alginianu srebra (1,5% srebra jonowego). Włókna alginianowe składają się z około 60% kwasu mannuronowego i około 40% kwasu gulonowego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaferowania zgodnie z SWZ.

Sporządziła: Beata Tylska

