

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 21.05.2024 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 21.05.2024 r.

### **INFORMACJA O MODYFIKACJI NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Oznaczenie sprawy 11/2024**

Nazwa zadania: **Dostawa aparatu RTG z dostosowaniem pomieszczenia dla Szpitala  
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.**

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5, 18–200 Wysokie Mazowieckie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa aparatu RTG z dostosowaniem pomieszczenia dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem**”, w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 1a w pozycji kolumna sufitowa lampy RTG pkt. 1 zmienia się Wymiary małego ogniska lampy RTG z minimum 0,6 mm na **maksimum 0,6 mm.**
2. W części VII w ust. 7 **zmienia się nr załącznika z 6 na 5.**
3. Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejsza modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. W zakresie, w którym nie dokonano modyfikacji obowiązują pierwotne zapisy SWZ.**

**W imieniu Zamawiającego  
p.o. Dyrektora  
Wojciech Łuczaj**