

ZMIANA TREŚCI SIWZ

„Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” - Zp/1/PN-1/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść SIWZ.

1. XIII. Miejsce i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

Oferty można składać na **platformazakupowa.pl** - w terminie do dnia **20.02.2020** r. do godziny **09:30**

2. XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w w Sali konferencyjnej przy Sekretariacie dniu **20.02.2020 r.** o godz. **10:00**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert na **platformazakupowa.pl**

3. XVI. Ocena ofert pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Ogniskowa w zakresie min 225 do 600 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie Ogniskowa 225-600 mm - 0 pkt. Ogniskowa powyżej 600 mm - 6 pkt	6 %
3.	Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego uchylny w min. 0-150 ⁰ , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D Zakres 0-150 ⁰ - 0 pkt. Zakres powyżej 150 ⁰ - 4 pkt.	4 %
4.	Zintegrowana kamera 3 CMOS full HD lub lepsza, nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze	2 %

	<p>systemy video. Sygnał z kamery min. 1080p. Rozdzielczość 1920x1080 - 0 pkt. Rozdzielczość powyżej 1920x1080 - 2 pkt.</p>	
5.	<p>Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości min. full HD (1920x1080) z edycją materiału wideo, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną zdjęć. Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej. Rozdzielczość 1920x1080 - 0 pkt. Rozdzielczość powyżej 1920x1080 - 2 pkt.</p>	2%
6.	<p>Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300 do 400W Moc poniżej 375 W - 0 pkt. Moc od 375 W - 3 pkt.</p>	3 %
7.	<p>Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300 do 400W Moc poniżej 375 W - 0 pkt. Moc od 375 W - 3 pkt.</p>	3 %
8.	<p>Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face względem operatora głównego sterowana z pola sterylnego na głowicy mikroskopu Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt.</p>	5 %
9.	<p>„Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu, niezależnego od wyważania całego mikroskopu ze statywem – funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas zabiegu operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta bocznego Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt.</p>	4 %
10.	<p>„Mikroskop wyposażony w moduł wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluoresceiny w świetle 560nm. Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt.</p>	5 %
11.	<p>Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie oferowane funkcje 24 miesiące - 0 pkt. 36 miesięcy - 4 pkt. Powyżej 37 miesięcy - 6 pkt</p>	6%

	mikroskop bez systemu pamięci pozycji w przestrzeni. . (* - niepotrzebne skreślić)	TAK	
6	Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 360 stopni	TAK	
7	Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki sterowany joystickiem na uchwytych głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych	TAK	
8	System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu. System kompensacji wagi worków ochronnych, pozwalający na szybkie uruchomienie aparatu do następnego zabiegu bez potrzeby powtórnego wyważania. LUB System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu. Mikroskop prawidłowo wyważony, który nie wymaga dodatkowej kompensacji wagi worków ochronnych i pozwala na tak samo szybkie uruchomienie aparatu do następnego zabiegu bez potrzeby powtórnego wyważania.. (* - niepotrzebne skreślić)	TAK TAK	
9	Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu - ustawione symetrycznie	TAK	
10	Oświetlenie światłowodowe	TAK	
11	Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300 do 400W	TAK	
12	Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300 do 400W	TAK	
13	Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie	TAK	
14	Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu	TAK	
15	System szybkiej wymiany przepalanej lampy przy bez konieczności użycia narzędzi	TAK	
16	Apochromatyczna optyka mikroskopu	TAK	
17	Ogniskowa w zakresie min 225do 600 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie	TAK	
18	Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej	TAK	
19	Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus	TAK	
22	Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus. LUB mikroskop bez funkcji autofocus z laserowymi punktami pomocniczymi. (* - niepotrzebne skreślić)	TAK TAK	

32	<p>Zintegrowana kamera 3 CMOS full HD lub lepsza, nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamery min. 1080p.</p> <p style="text-align: center;">LUB</p> <p>Zintegrowana kamera 1 CMOS full HD lub lepsza, nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamery min. 1080p. (* - niepotrzebne skreślić)</p>	TAK	
33	<p>Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości min. (1920x1080) z edycją materiału video, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną zdjęć. Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej.</p> <p style="text-align: center;">LUB</p> <p>zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości 1920x1080 z edycją materiału video, z wbudowanym odpowiednio dużym dyskiem twardym i możliwością podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci, pozwalającym na nagranie całego zabiegu bez konieczności zapisu materiału filmowego na min. 2 minut wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej. (* - niepotrzebne skreślić)</p>	TAK	
34	<p>System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych pacjenta oraz tworzenie grup terapeutycznych, badawczych itp. do których można przypisać pacjenta w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału video/pacjentów</p>	TAK	
35	<p>System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem kontrastu 5-ALA. Rozbudowa nie może zwiększać gabarytów głowicy mikroskopu</p>	TAK	
36	<p>System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów naczyniowych z wykorzystaniem indocyjaniny (ICG). Rozbudowa nie może zwiększać gabarytów głowicy mikroskopu</p>	TAK	
37	<p>Zintegrowany w głowicy mikroskopu, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, panelu sterowania mikroskopem oraz z systemu neuronawigacji w rozdzielczości min. 1920 x 1080 p.</p>	TAK	
38	<p>Otwarty interfejs nawigacyjny do podłączenia dostępnych na rynku neuronawigacji (Brainlab, Stryker, Medtronic)</p>	TAK	

39	Bezprzewodowy sterownik nożny do sterowania funkcjami: zoom, focus, przesuw XY, natężenie światła, nagrywanie filmów, uruchamianie fluoroscencji śródoperacyjnej. (w zestawie rezerwowy kabel do sterowania przewodowego w sytuacjach awaryjnych) LUB bezprzewodowy sterownik nożny bez rezerwowego kabla do sterowania przewodowego.. (* - niepotrzebne skreślić)	TAK	
40	Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie w/w funkcje – minimum 24 miesiące	TAK	
41	System mikroskopu „otwarty” umożliwiający dodanie w przyszłości dodatkowych funkcji i wykonanie upgrade”u np. dodanie systemu wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluoresceiny	TAK	
42	System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem kontrastu w świetle 560 nm z wykorzystaniem fluoresceiny		
43	Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face względem operatora głównego sterowana z pola sterylnego na głowicy mikroskopu		
44	„Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu, niezależnego od wyważania całego mikroskopu ze statywem – funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas zabiegu operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta bocznego		
45	Możliwość rozłożenia płatności za mikroskop – 8 miesięcy	TAK	

Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.

Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Czas trwania szkolenia i zakres szkolenia zgodnie z wymogami podanymi przez kierującego Oddziałem Neurochirurgii po rozstrzygnięciu przetargu.

Czas dostawy sprzętu – maks. 40 dni od dnia podpisania umowy. Każdy dzień zwłoki obciążony karą pieniężną 1% od wartości brutto sprzętu za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu zakupionego sprzętu

5. Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiana

.....

(Wykonawca)

.....

(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” - nr Zp/1/PN-1/20.**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

e-mail.....

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem :

T / N

3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

1. Ogniskowej obiektywu mikroskopu w zakresie realizowana jednym obiektywem ⁽¹⁾ mm
2. Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego uchylny w zakresie⁰, okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D⁽²⁾
3. Zintegrowana kamera 3 CMOS o rozdzielczości⁽³⁾
4. System archiwizacji do nagrywania video w rozdzielczości ⁽⁴⁾
5. Oświetlenie główne – lampa ksenonowa o mocy ⁽⁵⁾
6. Oświetlenie awaryjne – lampa ksenonowa o mocy ⁽⁶⁾
7. Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face względem operatora głównego sterowana z pola sterylnego na głowicy mikroskopu TAK / NIE^(*).
8. Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu, niezależnego od wyważania całego mikroskopu ze statywem – funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas zabiegu operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta bocznego TAK / NIE^(*).
9. Mikroskop wyposażony w moduł wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluoresceiny w świetle 560nm TAK / NIE^(*).
10. Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie oferowane funkcje⁽⁷⁾ - miesięcy

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

- ⁽¹⁾ - minimalny zakres ogniskowej 200-600 mm.
- ⁽²⁾ - minimalny zakres: 0-150⁰
- ⁽³⁾ - minimalna rozdzielczość: 1920x1080
- ⁽⁴⁾ - minimalna rozdzielczość: 1920x1080
- ⁽⁵⁾ - minimalna moc: 300 W
- ⁽⁶⁾ - minimalna moc: 300 W
- ⁽⁷⁾ - minimum 24 miesięcy
- ^(*) - niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
przez Wykonawcę)

6. Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

UMOWA Nr

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokolowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokolowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....
.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na :
„Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu2020 r., nr ogłoszenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części umowy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionego w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy pozostaje nowy i wolny od wad.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: dostarczenia przedmiotu umowy, jego instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia w terminie do **40 dni** od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku dostawy przedmiotu umowy posiadającego wady Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowy lub przedmiot umowy zostanie zwrócony Wykonawcy.

4. Termin rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji wynosi 2 dni robocze.

5. Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175) wraz z instrukcją obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim oraz wszelką konieczną dokumentacją tj. paszportem technicznym, kartą gwarancyjną, wykazem punktów serwisowych, kopiami dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta

3. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać wszelkie świadectwa i atesty dopuszczające do użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego jego dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.

§ 5

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto, tj. z doliczonym podatkiem od towarów i usług (VAT), w tym;

a) kwota netto wynosi,

b) kwota podatku VAT,

2. Kwota ustalona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie ratalnie w wysokości raty równej 1/8 wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

a) kwota raty netto wynosi zł,

b) kwota raty brutto wynosizł.

4. Pierwsza rata będzie płatna w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, pozostałe siedem (7) rat płatne do ostatniego dnia miesiąca począwszy od następnego miesiąca po terminie zapłaty pierwszej raty.

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w związku z realizacją umowy z dnia
..... jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (Split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz.62) wprowadzającej m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2017r poz. 1221 i 2491). Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego oświadczenia na adres wskazany w umowie.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -

7. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.

§ 6

1. Wykonawca udziela **gwarancji** na dostarczony przedmiot umowy na okres **miesiący** licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego jego dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego.

2. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii w terminie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii.

3. Po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy.

4. W przypadku czterokrotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.

5. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej).

§ 7

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

b) 1 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii,

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w 7 ust. 1.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2019, poz. 1843).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY