



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP 59/24

Poznań, dnia 12.12.2024 roku

Szanowni Wykonawcy

„Dostawa odczynników laboratoryjnych do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego) dla Pracowni Cytometrii – na okres 24 miesięcy – 6 pakietów”

I. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1. Pytanie nr 1

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza odczynniki innego producenta niż posiadany przez Zamawiającego cytometr? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wykluczenie Wykonawcy z odpowiedzialności przy stosowaniu odczynników innego producenta niż producent urządzenia. Jako argument dodamy, że oferowane produkty w pozycjach 1-4 to same odczynniki, a nie akcesoria dedykowane do urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego. Prosimy o zmianę również zapisów w §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i wyjaśnia, że zapisy SWZ wskazują na kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego Cytometrem BD FAC5 Lyric.

2. Pytanie nr 2

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla pakietu nr 4.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostarczania dokumentacji przedmiotowej na etapie oferty w zamian za udostępnienie strony www producenta do samodzielnego pobierania dokumentów przez Zamawiającego. Dla produktów IVD dokumenty na stronie producenta zamieszczone są w języku polskim dla produktów nie IVD po angielsku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

3. Pytanie nr 3

Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy Dla pakietu nr 4.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentów wraz z pierwszą dostawą w zamian za dostarczenie ich w terminie 5 dni roboczych od złożenia wezwania u Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

4. Pytanie nr 4

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy dla pakietu nr 4.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyki w zamian za udostępnienie strony www do samodzielnego pobierania kart ze strony producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

5. Pytanie nr 5

Dotyczy §15 ust. 2 i 3 wzoru umowy dla pakietu nr 4 oraz zapisów pod tabelą asortymentowo-cenową dla pakietu nr 4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu. Wykonawca oferuje produkty dedykowane do używania na posiadanym przez Zamawiającego aparacie, jednakże sam aparat ani kontrakt serwisowy nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

6. Pytanie nr 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dodanie „ Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami naprawy w przypadku błędu po stronie użytkownika aparatu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający

7. Pytanie nr 7

Dotyczy §10 ust.1 pkt D wzoru umowy dla pakietu nr 4.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od kary, ponieważ kara ta nie ma bezpośredniego wpływu na przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

8. Pytanie nr 8

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet nr 4. , Pozycja 85

czy zamawiający w opisie produktu miał na myśli produkt CD3 PacB klon: UCHT1; 0.1ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części II pkt. 2 niniejszego pisma.

9. Pytanie nr 9

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet nr 4. , Pozycja 95.

Czy zamawiający w opisie pozycji 95 miał na myśli produkt: CD3 APCH7 klon: SK7?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części II pkt. 2 niniejszego pisma.

10. Pytanie nr 10

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet nr 4. , Pozycja 99.

Czy zamawiający wymaga testu na następujących fluorochromach?

CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PerCP/CD8 APC

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części II pkt. 2 niniejszego pisma.

11. Pytanie nr 11

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet nr 4. , Pozycja 100.

Czy zamawiający wymaga testu na następujących fluorochromach?

CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PerCP/CD4 APC

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części II pkt. 2 niniejszego pisma.



12. Pytanie nr 12

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet nr 4. Pozycja 102.

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących klonu przeciwciała wyspecyfikowanego w pozycji 102.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części II pkt. 2 niniejszego pisma.

13. Pytanie nr 13

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet nr 4. , Pozycja 104.

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących klonu przeciwciała wyspecyfikowanego w pozycji 104.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę jak w części II pkt. 2 niniejszego pisma.

14. Pytanie nr 14

Załącznik nr 1 – OPZ, Pakiet 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej pozycji 2, 3, 4, 94 oraz 83. Produkty wymienione w tych pozycjach należą do grupy płynów i buforów roboczych, co uniemożliwia na tym etapie dokładne przeliczenie liczby testów, które można przeprowadzić z ich użyciem. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość pominięcia podania ilości testów dla tych pozycji? Jeśli nie, prosimy o dostarczenie dodatkowych informacji lub wytycznych, które umożliwią nam dokładne określenie wymaganej liczby testów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i wyjaśnia, że należy przy wycenie wziąć pod uwagę ilość opakowań.

tj.:

2	FACSClean Solution 5L	10
3	FACS™ Lysing Solution 10X Concentrate	17
4	FACS™ Sheath Fluid 20L	36
83	CellWASH 5L	20
94	Pharm Stain Buffer	1



II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz. 1320 z póź.zm) dalej pzp, wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:

1. Zmiana polegająca na wykreśleniu zapisów SWZ, Rozdziału VI ust. 6 i 7 w sposób jak poniżej

Rozdział VI - Opis części zamówienia oraz liczba części zamówienia w tym informacja o możliwości złożenia oferty częściowej

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na **6 części (tj. 6 Pakietów)**.
2. Każda część zamówienia (pakiet) **stanowi całość i jest niepodzielny**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w **załączniku nr 1 (Pakiet 1-6) do SWZ**.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 7 pkt 15 ustawy pzp
4. Każdy **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie części) lub tylko na poszczególne części zamówienia**.
5. Zamawiający nie określa maksymalnej ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę.
6. ~~Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.~~
7. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15 ustawy pzp.

2. Zmiana SWZ , Załącznik nr 1 OPZ pakiet nr 4 pozycje nr 85, 95, 99, 100, 102,104

Lp.	Przed zmianą	Po zmianie
85	cyCD3 PacB klon: UCHT1; 0.1ml	CD3 PacB klon: UCHT1; 0.1ml
95	smCD3 APCH7 klon: SK7	CD3 APCH7 klon: SK7
99	CD45RA/CD45RO/CD3/CD8	CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PerCP/CD8 APC
100	CD45RA/CD45RO/CD3/CD4	CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PerCP/CD4 APC
102	CD23PE CE	CD23PE CE Klon EBVCS-5
104	CD31 PE (PECAM-1)	CD31 PE (PECAM-1) Klon L133.1

III. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia 23 grudnia 2024 roku, do godz.: **07:00**. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia 2 stycznia 2025 roku, do godz.: **07:00**. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 23 grudnia 2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

zmienia się na:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 2 stycznia 2025 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 22 marca 2025 r** (nie dłużej niż 90 dni).

zmienia się na:

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 1 kwietnia 2025 r** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
Z-ca Dyrektora Szpitala

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem