



**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu i aparatury na potrzeby Oddziałów Szpitalnych, sprawa ZP 4/24**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 10, 12 Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 14 Czy Zamawiający odstąpi od wyświetlacza LCD dopuszczając urządzenie z diodami LED informującymi o stanie urządzenia I fazie cyklu?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

3. Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

**Wyjaśnienia: Tak.**

4. Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 6 – Myjnia do narzędzi i butów Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 15 fabrycznych programów oraz możliwość dodania 2 stworzonych przez użytkownika?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

5. Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 6 – Myjnia do narzędzi i butów Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające agregat suszący o mocy 2,2kW, wydajności 60m<sup>3</sup>/h, pompę obiegową o mocy 0,8kW, wyposażone w zewnętrzną drukarkę parametrów procesu?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**





6. Pytanie nr 1 (Pakiet 6– Myjnia do narzędzi i butów pkt. 16 ) Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowanym agregatem suszącym, moc agregatu max. 2,45 kW o wydajności min. 116 m<sup>3</sup>/h. *Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie jest równoważne. Moc i wydajność agregatu suszącego jest dostosowana do konstrukcji myjni i zapewnia wydajne suszenie.*  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
7. Pakiet 6 - Myjnia do narzędzi i butów dotyczy tabeli Opisu przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 6, Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę myjącą o mocy 780W ? Różnica 230W nie odrywa istotnej roli w poborze energii, natomiast z punktu widzenia ciśnienia natryskowego i wydajności pompy jest to zdecydowanie zauważalne. W związku z tym proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze dla Zamawiającego.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
8. dotyczy tabeli Opisu przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 6, Pkt. 27 Czy w opisie pkt. 27 Zamawiający ma na myśli myjnię dostarczaną wraz z zewnętrzną stacją demineralizacji wody dla jej potrzeb, czy może wymaga aby myjnia wyposażona była w wbudowany zmiękcacz wody, a nie demineralizator. Wyposażenie tak małego gabarytowej myjni we wbudowany demineralizator wody jest praktycznie niemożliwe ze względu na ograniczenia przestrzenne.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.**
9. Pytania dotyczące pakietu nr 4 – System do prób wysiłkowych L.P. 11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do prób wysiłkowych z możliwością zmiany amplitudy wyświetlanego sygnału EKG w zakresie od 5 do co najmniej 20 mm/mV?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
10. Pytania dotyczące pakietu nr 4 – System do prób wysiłkowych L.P. 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do prób wysiłkowych bez liczny wykrytych pobudzeń komorowych?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
- Pytania dotyczące pakietu nr 4 – System do prób wysiłkowych Czy Zamawiający wymaga, aby wysokiej klasy system do prób wysiłkowych był kompatybilny z platformą medyczną, która zawiera moduły: holter EKG, holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
11. Pytania dotyczące pakietu nr 4 – System do prób wysiłkowych Czy Zamawiający wymaga, aby wysokiej klasy system do prób wysiłkowych posiadał bezprzewodowy moduł 12-kanałowego EKG, który może również służyć do badania spoczynkowego EKG? Zastosowanie takiego rozwiązania poprawia na ergonomię badania pacjenta.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat marki SAMSUNG z M-MODE anatomicznym na obrazie na żywo?  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**
13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat marki SAMSUNG z zewnętrzną nagrywarką DVD oraz dyskiem SSD 256 GB?  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**





**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

14. Zamawiający chce dokonać zakupu 2 nowoczesnych aparatów ultrasonograficznych z przeznaczeniem na oddział intensywnej terapii, w związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał funkcji, która wykrywa lokalizację nerwu w czasie rzeczywistym w czasie badania i dostarcza informacji na jego temat?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

15. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z ilością cyfrowych kanałów przetwarzania 28672?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

16. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z Maksymalną częstotliwością odświeżania ( Frame Rate ) dla obrazu 2D 435 obrazów/s?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

17. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaniem trapezowym, jednak producent nie podaje w specyfikacji zakresu stopni odchylenia co nie pozwoli na dokładne określenie tego parametru w stopniach?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

18. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną optymalizacją obrazu PW przy pomocy jednego klawisza ( dopasowanie linii bazowej, wzmocnienie sygnału)?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

19. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością archiwizacji raportów na dysku SSD, Pendrive oraz zewnętrznych nośnikach takich jak dyski twarde podłączone do złącza USB?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

20. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez nagrywarki DVD wbudowanej w aparat ale z wystarczająco dużą pamięcią typu SSD, która pozwoli na zapis dużej ilości danych i w razie potrzeby archiwizację tych danych na zewnętrznych nośnikach pamięci podłączonych do portów USB?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

21. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z sondą sektorową z 64 elementami?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

22. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat z oprogramowaniem do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3.0 z następującymi funkcjami:

DICOM Send/Recive

DICOM Query/Retrieve

DICOM Storage Comitment

DICOM Worklist

DICOM Print

bez kardiologicznych raportów spektralnych ale z opcją DICOM Cardiac SR (raporty strukturalne dotyczące kardiologii)

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

23. Pakiet nr 2 - Zamawiający wymaga aparatu z głowicą liniową oraz kardiologiczną. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał aparatu wyposażonego w dwa wbudowane gniazda sond? Takie





rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo używanych sond i wydłuży znacznie ich działanie ze względu na brak konieczności ich ciągłego wpinania i wypinania z aparatu w celu wykonania określonych badań.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

24. Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu zasilanego również z wbudowanej baterii z czasem pracy na baterii co najmniej 70 minut? Takie rozwiązanie umożliwia pracę bez konieczności ciągłego włączania urządzenia do prądu.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

25. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający dopuści system wysiłkowy, w którym zmiana amplitudy wyświetlanego sygnału EKG regulowana jest w zakresie 5/10/20 mm/mV? Wartość 2,5 mm/mV jest w praktyce niewykorzystywana z uwagi na małą czytelność prezentowanego zapisu EKG.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

26. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający dopuści system wysiłkowy z możliwością wykonania spoczynkowego badania EKG z wykrywaniem impulsów kardjostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, odcinek PR, czas QRS, QT, QTc , QTcB, QTcF, indeks Sokołow-Lyon, osi elektrycznych P,R,T?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

27. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga systemu z bezprzewodowym nadajnikiem EKG z wymiennym przewodem pacjenta?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

28. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga nadajnika z możliwością 15 kanałowej akwizycji EKG?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

29. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga nadajnika z próbkowaniem min. 32.000 próbek/sekundę/kanał?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

30. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga nadajnika z diagnostycznym pasmem rejestrowanego EKG min. 0,05 – 300 Hz?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

31. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga nadajnika o małej wadze, maks. 100 g z bateriami?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

32. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga nadajnika zasilanego z baterii typu AAA?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

33. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga nadajnika o stopniu ochrony przed przypadkowym przedostawaniem się wody lub innych substancji do środka urządzenia min., IP40?





**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

34. Dotyczy: Pakiet nr 4 -System do prób wysiłkowych - 2 szt. Czy Zamawiający wymaga systemu z impedancyjną kontrolą jakości oklejenia pacjenta i jej prezentacją na ekranie?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

35. Dotyczy pakietu nr 6- myjnia do narzędzi i butów: Dot. pkt 15- Czy Zamawiający dopuści 15 programów mycia i dezynfekcji w tym 6 możliwych do zaprogramowania przez użytkownika? Wymagana ilość programów jednoznacznie wskazuje na jednego wytwórcę wyrobu medycznego co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych. Jak wskazuje wieloletnie doświadczenie w codziennej obsłudze urządzenia wykorzystywanych jest nie więcej niż 6 programów mycia i dezynfekcji.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Z badania rynku wynika, iż nie tylko jeden wytwórca posiada urządzenie posiadające min, 40 programów. Zamawiający przewiduje korzystanie z większej ilości programów niż 15.**

36. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

37. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwaną hydraulicznie z obu stron wózka w zakresie 0° – 20° (+/- 2°)?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

38. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego segmenty leża wypełnione płytami HPL przezroczymi dla promieni RTG?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

39. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego hydrauliczną regulację zmiany wysokości leża z obu stron wózka w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm)?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

40. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego bariery boczne wykonane ze stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej proszkowo, składane, z powierzchnią ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

41. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażanego w zdejmowany materac w kolorze ciemno niebieskim o grubości 10 cm?





**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

42. Dotyczy: Pakiet 3 - Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego krążki odbojowe zabezpieczające naroża wózka?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli produkty medyczne zostały zarejestrowane w bazie EUDAMED <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home> Zamawiający nie będzie wymagał dokumentu wpisu do RWM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do bazy Eudamed jest równoznaczny potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do URPLWMIpB (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG artykuł 29 „Rejestracja wyrobów” obowiązkiem producenta jest zarejestrowanie wyrobu w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych – Eudamed. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPLWMIpB) z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych informuje, że wejście w życie ustawy oznacza że od dnia 26 maja 2022r. dopuszczalne jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

**Wyjaśnienia: Tak.**

44. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści aparat USG z 51200 cyfrowymi kanałami przetwarzania? W rzeczywistości nie ma ogólnie przyjętego wzoru na obliczanie kanału cyfrowego w systemie ultradźwiękowym, każda marka ma swój własny wzór na kanał cyfrowy, nasz wzór to  $64 \text{ (kanały)} * 2 \text{ (wielowiązkowość „multi-beam”)} * 10 \text{ (ostrość „fokus”)} * 10 \text{ (ciągłość / trwałość „persistence”)} * 2 \text{ (częstotliwość)} * 2 \text{ (THI – obrazowanie harmoniczne)} = 51200$

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

45. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści aparat USG o maksymalnej częstotliwości odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2Dmin. 300 obrazów/s?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

46. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie częstotliwości w zakresie 2-15 MHz?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

47. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści aparat USG z monitorem dotykowym o wielkości 13,3 cala?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

48. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy zamawiający dopuści aparat USG w trybie pracy B(2D) z obrazowaniem trapezowym +/-15 stopni?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**





49. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści aparat USG z szerokością bramki dopplerowskiej 0,23-30mm?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
50. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową z 64 elementami?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
51. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową o zakresie częstotliwości 4-12 MHz i 128 elementami?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
52. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego wykonamy na zamrożonym spektrum?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
53. Dotyczy pakiet 2: Ultrasonograf mobilny dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – 2 szt Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej nagrywarki DVD z możliwością podłączenia nagrywarki zewnętrznej, ale z wewnętrznym twardym dyskiem do archiwizacji 512GB?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
54. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka ze sterowaniem pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnych?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
55. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka posiadającego regulację wysokości w zakresie 585-915 mm.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
56. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia wózka w wieszak kroplówki?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
57. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający pisząc „Wieszak na kroplówki z możliwością mocowania w ramie leża” miał na myśli możliwość mocowania wieszaka w specjalnych gniazdach – tulejach zamontowanych na ramie wózka?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
58. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający barierki boczne stalowe?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
59. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigiem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania barierki boczne lakierowane?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**





60. Dotyczy pakiet 3: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z udźwigniem powyżej 300 kg – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez uchwytów na worki urologiczne?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

61. Pakiet 4: Dotyczy Pkt 13: Czy Zamawiający dopuści jednoczesne wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów: 3+mediany, 3+trendy, 6, 4x3+1, 2x6?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

62. Pakiet 4: Dotyczy Pkt 24: Czy Zamawiający dopuści rejestrację sygnału i obsługę systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera typu PC z dyskiem o lepszej wydajności SSD 256 GB?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

63. Pakiet 4: Dotyczy pkt 23: Czy Zamawiający potwierdza, iż poprzez zapis „Możliwość reanalizy wykonanego badania” rozumie zapis całości wykonanego badania, łącznie z pełnym sygnałem EKG oraz możliwość reanalizy retrospektywnej wykonanego badania z zmianami punktów pomiarowych dla każdego odprowadzenia?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

64. Pakiet 4: Dotyczy pkt 9: Czy Zamawiający potwierdza, iż poprzez zapis „Automatyczne wyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością ich manualnej korekcji” rozumie możliwość korekcji punktów pomiarowych podczas trwania badania w czasie rzeczywistym z podglądem we wszystkich i wybranych kanałach?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

65. Pakiet 4: Dotyczy pkt 21: Czy Zamawiający potwierdza, iż poprzez zapis „Detekcja impulsów kardiostymulatora” rozumie detekcję i nałożenie/wyświetlanie markera pokazującego miejsce stymulacji w zapisie EKG podczas trwania badania?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

66. Pytania dotyczące warunków gwarancji oraz świadczenia serwisu (załącznik nr 7 do SWZ): Dotyczy punktu 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji na zgłoszone usterki wynosił do 48 godzin w dni robocze?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

67. Pytania dotyczące warunków gwarancji oraz świadczenia serwisu (załącznik nr 7 do SWZ): Dotyczy punktu 9: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego do 7 lat?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

68. Pytania dotyczące warunków gwarancji oraz świadczenia serwisu (załącznik nr 7 do SWZ): Dotyczy punktu 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 10 na zapis następującej treści: „W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał nowych lub używanych części zamiennych”.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**







69. Pytania dotyczące warunków gwarancji oraz świadczenia serwisu (załącznik nr 7 do SWZ): Dotyczy punktu 11: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

70. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 2, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty otrzymania poprawnej faktury VAT?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

71. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 4, ustęp 4: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: „(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

72. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 4, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 5 na zapis następującej treści:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany elementu funkcjonalnego na nowy, jeżeli:  
1) w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu funkcjonalnego a sprzęt nadal będzie wykazywał wady lub usterki, które będą uniemożliwiać jego prawidłowe użytkowanie,  
2) usunięcie wady lub usterki będzie niemożliwe.”?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

73. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 4, ustęp 6: Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą





dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

74. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 4, ustęp 6, zdanie drugie: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

75. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 6, ustęp 1, podpunkt 1) - 4) i 6): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

76. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 6, ustęp 1, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części podpunktu 1) na zapis następującej treści: „(...) , jeśli zwłoka nie przekroczy 3 dni roboczych, ”?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

77. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 6, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części podpunktu 2) na zapis następującej treści: „(...) , jeśli zwłoka przekroczy 3 dni robocze i nie przekroczy 5 dni roboczych, ”?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

78. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 6, ustęp 1, podpunkt 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części podpunktu 3) na zapis następującej treści: „(...) , jeśli zwłoka przekroczy 5 dni roboczych ”?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

79. Pytania dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 6 do SWZ): Dotyczy paragrafu 6, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% ogólnej wartości umowy bez VAT?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

80. Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie posiadało możliwość uruchamiania cyklu bezdotykowo?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

81. Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, umieszczonym w obrębie urządzenia.

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**





82. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg: Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, z roku produkcji 2023?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

83. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 591 – 927 mm?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

84. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg Czy Zamawiający dopuści urządzenie z odbojnikami tworzywowymi w każdym z naroży wózka?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

85. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem montowanym na rzepy, p-odleżynowym z pianki wiskoelastycznej, w kolorze niebieski?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

86. Pakiet 5 – wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej: Czy Zamawiający dopuści wózek z roku produkcji 2023?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr Paweł Lipiński

