



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.010.2024

Wrocław, dnia 13.05.2024

450
EZ/...../24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do embolizacji (**sygnatura sprawy EZ/321/411-07/24**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ i zmianą SWZ:

Pytanie 1

„Dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Y-Konektora typu Push-Click”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

„Dotyczy Zadania nr 2

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 łączników o dł. 25 cm, wytrzymające ciśnienie do 305 psi, o śr. wew. 1,65 mm i zew. 3,15 mm bez kranika trójdrożnego.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zaoferowany wyrób medyczny będzie posiadać obrotową końcówkę Luer - lock przynajmniej na jednym końcu.

Pytanie 3

„Dotyczy Zadania nr 6

Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż kompres uciskowy w Zadaniu nr 6 powinien być wykonany z bezfreonowego tworzywa składającego się z 98% powietrza i powinien posiadać dwa promienie krzywizny, dzięki czemu może być stosowany u wszystkich pacjentów (zarówno tych szczupłych jak i otyłych). Dla osób szczupłych odpowiednia jest strona o większym promieniu, z licznymi wypustkami.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu. Jednocześnie wskazuje, że opisane w „Formularzu cenowym” wymogi przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).

Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ad.1 Rozdziału XXIII SWZ, poprzez poprawę oczywistej omyłki pisarskiej, na:

„Wartość punktowa kryterium ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times R$$

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 27.05.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **24.08.2024r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK