



Poddebice, dn. 11.03.2024 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/72/2024

Dotyczy: „Dostawa tomografu komputerowego z UPS wraz z dostosowaniem pomieszczenia pod TK dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/3/2024

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa tomografu komputerowego z UPS wraz z dostosowaniem pomieszczenia pod TK dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1.** W związku dostawą tomografu komputerowego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający planuje wykorzystać posiadaną licencję. Nastąpi zatem wyłącznie rekonfiguracja i podłączenie na koszt Wykonawcy. Zamawiający posiada licencję RIS/PACS firmy Pixel Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
- Pytanie 2.** W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację tomografu komputerowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający planuje wykorzystać posiadaną licencję, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
- Pytanie 3.** Pyt. dot. opisu w punkcie nr 143, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami: - Wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK, - Urządzenie na podstawie jezdnej - Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów - Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml - Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml - Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +1,2 bar - Możliwość zaprogramowania 8 faz. - Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. - Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji Diluject - Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania. - Kolorowy ekran dotykowy na głowicy

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

wstrzykiwacza. - Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK. - Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego. - Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie nieograniczonej ilości (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl. - Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4. Pyt. dot. opisu w punkcie nr 143, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwładowym wstrzykiwaczem kontrastu, który posiada funkcję aktywnego utrzymania temperatury dla uprzednio ogrzanych środków kontrastujących bez funkcji utrzymania dla soli fizjologicznej. W przypadku podawania środków kontrastujących ograniczenie ich do temperatury ciała pacjenta 37oC wpływa na obniżenie lepkości a tym samym na mniejsze opory przy podawaniu. Lepkości środków kontrastujących podawane są odpowiednio w dwóch temperaturach 22oC (tzw. temp pokojowa) i 37oC (temperatura ciała pacjenta). Powyższa funkcjonalność, czyli aktywne utrzymanie temperatury ma praktycznie zastosowanie jedynie dla uprzednio ogrzanych środków kontrastujących. Utrzymanie temperatury dla soli fizjologicznej nie wpływa na zmianę jej parametrów i nie ma zastosowania praktycznego.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Pyt. dot. opisu w punkcie nr 143, zał. nr 3 do SIWZ Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję testu iniekcji w celu określenia stanu naczyń pacjenta do zadanych prędkości? Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość zweryfikowania stanu naczyń pacjenta solą fizjologiczną z prędkością iniekcji wybranego badania np. angio. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6. Pyt. dot. opisu w punkcie nr 143, zał. nr 3 do SIWZ Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej? Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępow żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7. Pyt. dot. opisów w punktach nr 78, 97 i 143, zał. nr 3 do SIWZ Prosimy o odstąpienie od wymogu lub zmianę zasady oceny na wartość punktowaną Tak=1 pkt Nie=0 pkt:

W punkcie 78: „Sterowanie dostarczonemu wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli przedmiotu oferty. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej.”

W punkcie 97: „Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425”

W punkcie 143: „wstrzykiwacz zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425” Uzasadnienie: Różne modele tomografów posiadają różne możliwości i klasy integracji (sterowania) z poszczególnymi modelami wstrzykiwaczy. Pomimo wbudowanego w urządzenie interfejsu CAN, aby złożyć ważną ofertę, na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie określić modelu tomografu, z którym miałyby być zintegrowany wstrzykiwacz w/g klasy CAN IV. Zamawiający w punkcie nr 87 zał. nr 3, wymaga: „Oprogramowanie do synchronizacji i automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych”. Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza. Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość wykonania wszystkich typów/rodzajów badań z udziałem automatycznego wstrzykiwacza kontrastu bez integracji wg CAN.

Odpowiedź: Zapisy SWZ w pkt. 78, 97 i 143 pozostają bez zmian.

Pytanie 8. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 12 – Prosimy o sprostowanie zapisu, ponieważ przedmiotem zamówienia nie jest dostawa aparatu rentgenowskiego a tomografu komputerowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 12 otrzymują następujące brzmienie:

12.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego tomografu komputerowego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje	Tak
-----	--	-----

	urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.)	
--	---	--

Pytanie 9. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 21 – Prosimy o potwierdzenie, że drugie szkolenie odbędzie po odbiorze sprzętu przez Zamawiającego i nie warunkuje ono podpisania protokołów odbioru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 146 – Prosimy o potwierdzenie, że listę wymaganych pomieszczeń należy powiększyć o pomieszczenie socjalne oraz toalety dla pacjentów i personelu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania pomieszczenia socjalnego, toalety dla pacjentów oraz toalety dla personelu. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 146 otrzymują następujące brzmienie:

146	<p>Zamawiający przeznaczą na wykonanie pracowni tomografii komputerowej pomieszczenia znajdującej się na poziomie -1. Pomieszczenia mają łączną powierzchnię ok. 85 m². Zamawiający oczekuje wykonania w ramach nowoutworzonej pracowni tomografii następujących pomieszczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenie tomografu - sterownia - pomieszczenie przygotowania pacjenta - kabina pacjenta - pokój opisów lekarskich - pomieszczenie socjalne - toaleta dla pacjentów - toaleta dla personelu. <p>Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac, w tym projektowych (wstępnych i powykonawczych) jeśli są konieczne, związanych z zaadaptowaniem istniejących pomieszczeń i instalacji na potrzeby pracowni tomografii. Pomieszczenia i instalacje mają spełniać wszystkie obowiązujące przepisy prawa jak również spełniać wymogi producenta tomografu w zakresie prac jakie należy wykonać, aby możliwe było zainstalowanie i uruchomienie aparatu oraz bezpieczna praca na nim. Zakres prac wymieniony poniżej ma charakter orientacyjny. Zamawiający zaleca Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej w celu szczegółowego ustalenie prac, które należy wykonać w celu dostosowania pomieszczeń i instalacji Zamawiającego do obowiązujących przepisy prawa w zakresie pracowni tomografii oraz wytycznych instalacyjnych producenta proponowanego przez danego Wykonawcę tomografu.</p>	TAK
-----	---	-----

Pytanie 11. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 149 podpunkt piąty – Z uwagi na oczywistą omyłkę, wnosimy o usunięcie słów zaznaczonych na czerwono, ponieważ dublują się one ze zdanie, które jest poniżej „wykonania projektu instalacji oświetleniowej **promieniowaniu, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem**, oraz sufitów podwieszonych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słów. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 149 otrzymują następujące brzmienie:

149.	<p>Elektryczna w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonania projektu nowej linii zasilającej tomografu od rozdzielni głównej budynku do tablicy rozdzielczej tomografu, przekrój i rodzaj kabla dobrać z obliczeń - wykonania tablicy rozdzielczej tomografu - wykonanie linii od tablicy rozdzielczej tomografu do generatora, przekrój i rodzaj kabla zgodnie z wymogami producenta tomografu - wykonania projektu instalacji zasilającej pozostałe urządzenia i instalacje wraz z wykonaniem gniazd elektrycznych. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalenia z Zamawiającym. - wykonania projektu instalacji oświetleniowej promieniowaniu, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem, oraz sufitów podwieszonych - wykonania projektu instalacji lamp ostrzegających o promieniowaniu, wraz z ich odpowiednim oznakowaniem - wykonanie instalacji informatycznej i słaboprądowej z uwzględnieniem połączeń z istniejącym w szpitalu siecią intranetu, wraz z lokalizacją gniazd. Ilość i lokalizacja gniazd do ustalenia z Zamawiającym. 	TAK
------	---	-----

Pytanie 12. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 149 oraz 157 – Czy Zamawiający dopuści wykonanie linii zasilającej TK bezpośrednio ze stacji trafo znajdującej się obok parkingu przyszpitalnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Dotyczy załącznika nr 6 projektu umowy, §7 ust. 1b – Z uwagi na szeroki zakres oraz i złożoność prac a także krótki termin realizacji i dużą wartość zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary w §7 ust. 1b do 0,2%, jednakże dokonuje modyfikacji w/w paragrafu. Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

Strony ustanawiają kary umowne:

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:*
 - a) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, niezależnie od czasu odstąpienia;*
 - b) *w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 11 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego;*
 - c) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;*
 - d) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki;*
 - e) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*
 - f) *w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki.*

Pytanie 14. Dotyczy załącznika nr 6 projektu umowy, §7 ust. 1c, d oraz f - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary w §7 ust. 1c, d oraz f do 0,1%, jednakże dokonuje modyfikacji w/w paragrafu. Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

Strony ustanawiają kary umowne:

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:*
 - a) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, niezależnie od czasu odstąpienia;*
 - b) *w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 11 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego;*
 - c) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;*
 - d) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki;*
 - e) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*
 - f) *w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki.*

Pytanie 15. Czy Zamawiający w ramach nowotworzonej pracowni tomografii będzie wymagał wykonania toalety dla pacjentów i toalety dla personelu oraz pomieszczenia socjalnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania pomieszczenia socjalnego, toalety dla pacjentów oraz toalety dla personelu. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 146 otrzymują następujące brzmienie:

146	<p>Zamawiający przeznaczają na wykonanie pracowni tomografii komputerowej pomieszczenia znajdującej się na poziomie -1. Pomieszczenia mają łączną powierzchnię ok. 85 m². Zamawiający oczekuje wykonania w ramach nowoutworzonej pracowni tomografii następujących pomieszczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomieszczenie tomografu - sterownia - pomieszczenie przygotowania pacjenta - kabina pacjenta - pokój opisów lekarskich - pomieszczenie socjalne - toaleta dla pacjentów - toaleta dla personelu. <p>Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac, w tym projektowych (wstępnych i powykonawczych) jeśli są konieczne, związanych z zaadaptowaniem istniejących pomieszczeń i instalacji na potrzeby pracowni tomografii. Pomieszczenia i instalacje mają spełniać wszystkie obowiązujące przepisy prawa jak również spełniać wymogi producenta tomografu w zakresie prac jakie należy wykonać, aby możliwe było zainstalowanie i uruchomienie aparatu oraz bezpieczna praca na nim. Zakres prac wymieniony poniżej ma charakter orientacyjny. Zamawiający zaleca Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej w celu szczegółowego ustalenia prac, które należy wykonać w celu dostosowania pomieszczeń i instalacji Zamawiającego do obowiązujących przepisów prawa w zakresie pracowni tomografii oraz wytycznych instalacyjnych producenta proponowanego przez danego Wykonawcę tomografu.</p>	TAK
-----	--	-----

Pytanie 16. Czy duplikator ma zostać podpięty sieciowo czy też bezpośrednio pod stację technika?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby duplikator był podpięty bezpośrednio pod stację technika.

Pytanie 17. Załącznik nr 3, część 2, punkty od 148 do 155 – „W celu przyspieszenia realizacji przedmiotu zamówienia wnosimy o ograniczenie dokumentacji projektowej stanowiącą podstawę do zgłoszenia inwestycji do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poddębicach przez Zamawiającego do projektu ogólnobudowlanego, natomiast dokumentacja branżowa zostanie przekazana Zamawiającemu w formie dokumentacji powykonawczej.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 2 otrzymują następujące brzmienie:

2. Dokumentacja Projektowo Budowlana w branżach w formie dokumentacji powykonawczej stanowiąca podstawę do zgłoszenia inwestycji do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poddębicach przez Zamawiającego

Pytanie 18. Proszę o określenie jakiego typu jest strop nad pomieszczeniem TK i ściany pomieszczeń sąsiadujących.
Odpowiedź: Dokumentacja techniczna dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 19. Czy Zamawiający posiada informację na temat warstw posadzie w obecnych pomieszczeniach przewidzianych dla TK?
Odpowiedź: Dokumentacja techniczna dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 20. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia oraz konieczność wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń, zarówno przed rozpoczęciem prac, jak również po ich zakończeniu, wnosimy o wydłużenie czasu realizacji do pięciu miesięcy od podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Zapisy SWZ w rozdziale IV otrzymują następujące brzmienie:
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 5 otrzymują następujące brzmienie:

5.	Termin dostawy: 5 miesięcy od podpisania umowy	TAK
----	--	-----

Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §1 ust. 11 otrzymują następujące brzmienie:
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu wraz z dokumentacją określoną w ust. 13 poniżej, jego instalacji, pierwszego przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz uruchomienia sprzętu w terminie **do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Pytanie 21. Prosimy o jednoznaczne określenie czy zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów medycznych ma być elementem przedmiotu zamówienia. W przypadku potwierdzenia konieczności wykonania takiej instalacji prosimy o

wskazanie jakie gazy ma obejmować oraz podanie odległości do najbliższych punktów wpięcia w istniejącą instalację. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w przypadku okazjonalnego korzystania z gazów medycznych w czasie badań tomograficznych wykonanie instalacji jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest konieczne zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów medycznych. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 154 ulegają wykreśleniu:

154.	Projekt instalacji i przyłącza do sieci szpitalnej gazów medycznych tlen/spręż. pow/próżnia jeśli Wykonawca i Zlecający uznają je za konieczne	TAK
------	--	-----

Pytanie 22. §9 ust. 3 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy w tym postanowieniu umownym poprzez wydłużenie terminu 24 godzin do minimum 48 godzin. (wskazane 24 godziny to bardzo krótki okres, gdzie zgodnie z przepisami RODO Administrator na wykonanie pewnych obowiązków ma 72 godziny).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23. §10 ust. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy w tym postanowieniu poprzez wydłużenie okresu zgłoszenia Procesowi planowanego audytu i zmianę 7 dni na okres co najmniej 14 dni przed datą planowanego audytu (7 dni to dość krótki termin, owszem stosowany, ale jednak uwzględniając często napięte kalendarze, delegację określonych zadań, przygotowanie się 7 dni może okazać się bardzo krótkim terminem).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24. §13 ust. 1 i 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do umowy poprzez usunięcie wskazanych w tych przepisach kar umownych, a jeżeli nie dopuszcza takiej możliwości usunięcia kar umownych to wnosimy o uwzględnienie wprowadzenia zmian do umowy w tym zakresie poprzez:

a) wprowadzenie zmiany redakcyjnej w par. 13 ust. 1, z którego będzie w sposób jasny i precyzyjny wynikać, która kara (200 zł netto za każde naruszenie i za każdy dzień przekroczenia terminu powiadomienia) za które z naruszeń jest naliczana (czy za sam fakt naruszenia, czy za każdy dzień przekroczenia terminu, czy łącznie za fakt naruszenia i jednocześnie za każdy dzień przekroczenia terminu), dodanie iż dotyczy to przypadków zwinionych (zwłoki), oraz wprowadzenie zmiany w przedmiocie zmniejszenia kary umownej z kwoty 200 zł netto do kwoty 50 złotych.

b) wprowadzenie zmian w zakresie par. 13 ust. 2 umowy poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu przypadków, kiedy Procesor może zostać obciążony wskazaną karą umowną, z dodaniem, iż dotyczy to zwinionych przypadków naruszenia, oraz wprowadzenie zmiany w przedmiocie zmniejszenia kary umownej z kwoty 300 zł netto do kwoty 50 złotych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 14 – Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji niniejszego punktu Zamawiający będzie wymagał dostarczenia przez Wykonawcę licencji na podłączenie nowego tomografu do systemu PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający planuje wykorzystać posiadaną licencję. Nastąpi zatem wyłącznie rekonfiguracja i podłączenie na koszt Wykonawcy. Zamawiający posiada licencję RIS/PACS firmy Pixel Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Pytanie 26. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 80 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, spełniające wymogi Zamawiającego tj. UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 80 otrzymują następujące brzmienie:

80.	UPS o pojemności wystarczającej do przynajmniej dwukrotnego prawidłowego wyłączenia instalacji Ct w przypadku zaniku zasilania	TAK
-----	--	-----

Pytanie 27. Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 152 – Prosimy o wykreślenie niniejszego punktu. Włączenie adaptowanych pomieszczeń w system ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego, wraz z instalacją nowych czujek i wpięciem ich do istniejącej centrali ppoż zgodnie z prawem nie wymaga wykonania projektu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 152 ulegają wykreśleniu:

152.	Projekt ochrony ppoż w tym: 1. wykonanie dokumentacji ewakuacji 2. wykonanie planu czujek alarmowych i przyłącza do centrali ppoż 3. planu rozmieszczenia i ustalenia niezbędnej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego 4. Projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż	TAK
------	--	-----

Pytanie 28. Dot. pkt. 32 Załącznika nr 3 do SWZ

32.	Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta	Tak	
-----	--	-----	--

Tak sformułowany punkt uniemożliwia złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Rozwiązanie kamery zintegrowanej z gantry do obserwacji pacjenta, która jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego jest to rozwiązanie charakterystyczne dla tomografów firmy Siemens. Żaden tomograf naszej firmy nie posiada takiej funkcjonalności. Dlatego wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kamery montowanej w pracowni TK z funkcją zbliżania widoku umożliwiającej obserwację zachowań pacjenta i zmianę ww. parametru w sposób przedstawiony poniżej:

32.	Kamera zintegrowana z gantry lub kamera montowana w pomieszczeniu gantry z funkcją zbliżania widoku do obserwacji zachowań pacjenta	Tak	
-----	---	-----	--

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczne – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne w zakresie pkt. 32.

Pytanie 29. Dot. pkt. 39 Załącznika nr 3 do SWZ

39.	Ilość nastaw napięcia anodowego min. 5	Tak/ podać	
		Punktacja: ≥ 8 – 20 pkt < 8 – 0 pkt	

Tak sformułowany parametr uniemożliwia złożenie naszej firmie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej opublikowany w Obwieszeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. przewiduje stosowanie w badaniach tomografii komputerowej zakres napięć lampy rtg z rzędu: 80, 100, 120, 140 kV. Wytyczne procedur wzorcowych powinny być stosowane przez wszystkie pracownie tomografii komputerowej. W związku z tym wymaganie innego większej liczby napięć niż 4 jest niezasadne i ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji.
Dlatego wnosimy o rezygnację z punktowania tego parametru i dopuszczenie zaoferowania tomografu komputerowego umożliwiającego skanowanie z użyciem 4 nastaw napięcia lampy zgodnie z wytycznymi procedur wzorcowych dot. zakresu tomografii komputerowej co umożliwi Odwołującemu złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30. Dot. pkt. 56 Załącznika nr 3 do SWZ

55.	Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25°	Tak	
56.	Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25°	Tak	

Tak sformułowane parametry uniemożliwiają nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że obecne technologie stosowane w tomografii komputerowej pozwalają uzyskać obrazy przekrojów pod dowolnym kątem nachylenia płaszczyzny skanowania bez potrzeby fizycznego pochylania gantry, co upraszcza i oszczędza czas badania a poza tym zapewnia zdecydowanie wyższy komfort badań pacjenta bez uszczerbku na jakości badań. Na potwierdzenie tego z powodzeniem stosowane topowe modele tomografów firmy Siemens czy GE Healthcare również nie posiadają funkcji fizycznego pochylania gantry. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi w wykazie wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej jest zapisane, że nie jest konieczne stosowanie fizycznego pochylania gantry, tak jak to jest wskazane nie tylko jak w poniższym przykładzie dla podstawowej procedury diagnostyki głowy, ale również wszystkich innych rodzajów badań:
Pozycja 193. TK, głowa, bez wzmocnienia kontrastowego (6.209) – strona nr 762 Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia Poz. 78 z dnia 10 listopada 2015 r. dopuszcza skanowanie bez fizycznego pochylania gantry o ile tomograf posiada funkcję skanowania w niepełnym zakresie kątowym.

pozycja	na wznak
grubość warstwy [mm]	2-5 tylny dół czaszki, 5-10 obszar półkul mózgu.
skok spirali	1,0
FoV [cm]	wielkość głowy (około 24)
kąt pochylenia gantry [°]	10-12 do linii oczodołowo-usznej lub emisja promieniowania rtg w niepełnym zakresie kątowym (minimalizacja dawki na gałki oczne)
napięcie [kV]	typowe dla urządzenia
obciążenie [mAs]	możliwie najmniejsze, bez utraty informacji z obrazu.
algorytm rekonstrukcyjny	dla tkanki miękkiej.

4) rodzaj osłon osobistych dla pacjenta jeżeli są wymagane: lateksowo – bizmutowe na gałki oczne, szczególnie przy braku pochylenia gantry.

Tomograf który chcemy zaferować posiada funkcję „Organ Dose Modulation” która umożliwi skanowanie z wyłączeniem promieniowania podczas obrotu lampy rtg w celu ochrony i nienaświetlania organów wrażliwych. Dodatkowo kolimator wiązki promieniowania oferowanego przez naszą firmę tomografu jest dynamiczny i ogranicza wiązkę promieniowania w osi Z podczas skanu spiralnego tylko do niezbędnej płaszczyzny na końcach zakresu skanu.

Dlatego aby umożliwić nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, wnosimy o dopuszczenie systemu pozwalającego na wykonywanie skanu aksjalnego i spiralnego bez pochylenia gantry oraz umożliwiającego wykonanie rekonstrukcji obrazów pod dowolnym kątem w zakresie $\pm 30^\circ$, co zapewnia ten sam efekt kliniczny badania.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31. Dot. pkt. 63 Załącznika nr 3 do SWZ

63.	Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa	Tak, podać	
-----	--	------------	--

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Wymagane oprogramowanie jest charakterystyczne dla opisowych stacji lekarskich i używane przez lekarza radiologa w procesie opisu badania. Zwracamy uwagę, iż funkcjonalności te są rozwiązaniami ułatwiającymi proces stawiania diagnozy, a nie przeprowadzania badania. Zatem powinny one być na stacji postprocessingowej, a nie na konsoli operatorskiej. Technik nigdy nie przegląda pod kątem zmian wykonanych badań, a jedynie czasami sprawdza poprawność wykonanych rekonstrukcji. Przepisy prawa jasno określają parametry stacji lekarskich (szczególnie rozdzielczość i jasność monitorów) oraz warunki środowiskowe dla pomieszczenia, w którym dokonuje się procesu diagnozy, a te znacznie odbiegają od parametrów monitorów oraz warunków panujących w sterowni TK. Dodatkowo Zamawiający wymaga funkcjonalności rekonstrukcji żeber która nie jest w ofercie naszej firmy, w związku z tym uniemożliwia na złożenie ważnej oferty. Z klinicznego punktu widzenia automatyczna rekonstrukcja kręgosłupa jest wielokrotnie częściej potrzebna i wymagana niż rekonstrukcja żeber. Dlatego w celu zachowania konkurencyjności postępowania wnosimy o rozdzielenie tego wymagania na dwa oddzielne parametry z możliwością dostarczenia ich na serwerze aplikacyjnym lub stacji lekarskiej. Dlatego aby umożliwić nam złożenie konkurencyjnej oferty, wnosimy o zmianę ww. parametru w sposób przedstawiony poniżej:

63.	Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych kręgosłupa lub oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwiające generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych kręgosłupa.	Tak, podać	
63.1	Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber lub oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwiające generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber.	Tak/Nie, podać Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczne – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne w zakresie pkt. 63 oraz dodał pkt. 63.1.

Pytanie 32. Dot. pkt. 62 Załącznika nr 3 do SWZ

62.	Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiające automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikację z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania	Tak, podać	
-----	--	------------	--

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

W naszej ocenie rozwiązane opisane w literacki sposób jest niczym innym jak ustawieniem przez tomograf parametrów skanowania na podstawie danych pacjenta, które zapisane są (bądź nie i wówczas takowe rozwiązanie nie działa) w systemie RIS. Wszystkie tomografy posiadają opcję automatycznego doboru protokołów, poprzez wybranie obszaru anatomicznego, w którym to są zaszyte parametry akwizycji, rekonstrukcję i czas badania – parametr, który należy ustawić to zakres skanowania, ale ten nie jest wymieniony w wymogu. Dla równego i uczciwego traktowania potencjalnych wykonawców oraz dla umożliwienia nam złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty wnosimy o usunięcie tego parametru w całości ze specyfikacji. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne w zakresie pkt. 62.

Pytanie 33. Dot. pkt. 88 Załącznika nr 3 do SWZ

88.	Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu.	Tak	
-----	---	-----	--

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

W rozwiązaniu tomografu który chcemy zaoferować wartości współczynnika pitch są ustawiane pod kątem jak najwyższej jakości obrazowania dla danej grubości warstwy i są automatycznie dobierane poprzez wybór pokrycia anatomicznego detektora, szybkości skanowania i czasu obrotu. Przewagą naszego rozwiązania nad opisaną w specyfikacji jest ciągła gwarancja najwyższej jakości obrazu przy zadanym pokryciu, a nie utrata jakości obrazu dla dłuższego pokrycia jak to jest opisane przez Zamawiającego. Dla równego i uczciwego traktowania potencjalnych wykonawców oraz dla umożliwienia nam złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty wnosimy o dopuszczenie opisanego rozwiązania jako równoważnego.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne w zakresie pkt. 88.

Pytanie 34. Dot. pkt. 64 Załącznika nr 3 do SWZ

64.	Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych, automatyczne generowanie map perfuzji	Tak, podać	
-----	---	------------	--

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Wymagane oprogramowanie jest charakterystyczne dla opisowych stacji lekarskich i używane przez lekarza radiologa w procesie opisu badania. Zwracamy uwagę, iż funkcjonalności te są rozwiązaniami ułatwiającymi proces stawiania diagnozy, a nie przeprowadzania badania. Zatem powinny one być na stacji postprocessingowej, a nie na konsoli operatorskiej. Technik nigdy nie przegląda pod kątem zmian wykonanych badań, a jedynie czasami sprawdza poprawność wykonanych rekonstrukcji. Przepisy prawa jasno określają parametry stacji lekarskich (szczególnie rozdzielczość i jasność monitorów) oraz warunki środowiskowe dla pomieszczenia, w którym dokonuje się procesu diagnozy, a te znacznie odbiegają od parametrów monitorów oraz warunków panujących w sterowni TK.

Dlatego w celu zachowania konkurencyjności postępowania wnosimy o umożliwienie nam dostarczenia oprogramowania umożliwiającego generowanie rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych oraz automatyczne generowanie map perfuzji na serwerze aplikacyjnym lub stacji lekarskiej.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne w zakresie pkt. 64.

Pytanie 35. Dot. pkt. 67 Załącznika nr 3 do SWZ

67.	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie	Tak	
-----	--	-----	--

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wartości redukcji dawki na poziomie 50-60% są charakterystyczne dla rozwiązań 16 rzędowych. Obecnie wszyscy producenci tomografów posiadają w swojej ofercie algorytmy redukujące dawkę o min. 80%: Canon ADIR 3D – 80%, Siemens ADMIRE – 85%, GE ASIR-V 82%, Philips IMR – 80%. Im wyższa skuteczność iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji tym mniejsze narażenie pacjenta na promieniowanie, dlatego Zamawiający powinien z zachowaniem należytej staranności wymagać lepszego, aczkolwiek dostępnego dla wszystkich potencjalnych wykonawców rozwiązania.

W związku z powyższym i w celu zachowania konkurencyjności postępowania wnosi o zmianę brzmienia tego parametru na:

67.	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie	Tak	
-----	--	-----	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36. Dot. pkt. 72 Załącznika nr 3 do SWZ

72.	Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 24" - rozdzielczość min. 1 Mpx	Tak/ podać Punktacja: ≥ 30" – 10 pkt < 30" – 0 pkt
-----	--	---

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Tomograf który chcemy zaoferować posiada w konsolę tomografu wyposażoną w 2 kolorowe monitory o przekątnej 19" z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych. Konsola wyposażona w 2 monitory o przekątnej 19" jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzenia badań z należyтым komfortem pracy technika.

Dodatkowo Zamawiający ustawił kryteria punktacji nie możliwe do spełnienia przez żadnego producenta tomografii komputerowej na rynku, dlatego Zamawiający powinien zrezygnować z tego kryterium.

Dla równego i uczciwego traktowania potencjalnych wykonawców oraz dla umożliwienia nam złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty wnosimy o dopuszczenie opisanego rozwiązania jako równoważnego.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 37. Dot. pkt. 90 Załącznika nr 3 do SWZ

90.	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa	Tak
-----	---	-----

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Wymagane oprogramowanie jest charakterystyczne dla opisowych stacji lekarskich i używane przez lekarza radiologa w procesie opisu badania. Zwracamy uwagę, iż funkcjonalności te są rozwiązaniami ułatwiającymi proces stawiania diagnozy, a nie przeprowadzania badania. Zatem powinny one być na stacji postprocessingowej, a nie na konsoli operatorskiej. Technik nigdy nie przegląda pod kątem zmian wykonanych badań, a jedynie czasami sprawdza poprawność wykonanych rekonstrukcji. Przepisy prawa jasno określają parametry stacji lekarskich (szczególnie rozdzielczość i jasność monitorów) oraz warunki środowiskowe dla pomieszczenia, w którym dokonuje się procesu diagnozy, a te znacznie odbiegają od parametrów monitorów oraz warunków panujących w sterowni TK.

Dlatego w celu zapewnienia konkurencyjności postępowania wnosimy o umożliwienie i traktowanie jak rozwiązanie równoważne dostarczenia ww. oprogramowania na stacji lekarskiej lub serwerze aplikacyjnym.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38. Dot. pkt. 91 Załącznika nr 3 do SWZ

91.	Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania	Tak
-----	---	-----

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Tomograf który chcemy zaoferować wyposażony jest w rozbudowaną gamę protokołów badań wszystkich anatomii z możliwością ich modyfikacji i zapisu, każdy z protokołów ma odpowiednio zdefiniowane poziomy napięcia co pozwala bez ograniczeń na wykonywanie badań wszystkich rodzajów anatomii dobranych do pacjenta bez konieczności automatycznej regulacji napięcia.

Dlatego w celu zachowania konkurencyjności postępowania i w celu umożliwienia złożenia ważnej ofert wnosimy o dopuszczenie tomografu bez automatycznego doboru napięcia anody lampy.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39. Dot. pkt. 92 Załącznika nr 3 do SWZ

92.	Oprogramowanie umożliwiające neurologiczną ocenę unaczynienia typu Neuro DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna), ocenę naczyń układu nerwowego z usuniętym obrazem kości	Tak
-----	--	-----

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Tomograf który pragniemy zaoferować posiada na konsoli operatora oprogramowanie niezbędne do wykonywania badań angiograficznych. Natomiast wymagane oprogramowanie do oceny naczyń jest typowym oprogramowaniem diagnostycznym stacji lekarskiej. Dlatego w celu zachowania konkurencyjności postępowania i w celu umożliwienia złożenia ważnej ofert wnosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego rozwiązania w postaci oprogramowania na stacji lekarskiej lub

serwerze aplikacyjnym rozwiązania służącego do oceny unaczynienia typu Neuro DSA i umożliwiającego ocenę układu nerwowego z usuniętym obrazem kości.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w zakresie pkt. 92.

Pytanie 40. Dot. pkt. 96 Załącznika nr 3 do SWZ

96.	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej	Tak
-----	--	-----

Tak sformułowany parametr uniemożliwia złożenie Odwołującemu ważnej i konkurencyjnej oferty. Zaden z tomografów z oferty Odwołującego nie jest wyposażony w oprogramowanie spełniające powyższy parametr. Dlatego w celu umożliwienia Odwołującemu złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty proponujemy modyfikację tego parametru zgodnie z poniższą propozycją uwzględniającą premiowanie punktami za dostarczenie takiego rozwiązania:

96.	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej	Tak/Nie Punktacja: Tak – 5pkt, Nie – 0 pkt
-----	--	--

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 29.02.2024 r. dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne w zakresie pkt. 96.

Pytanie 41. Dot. pkt. 14 Załącznika nr 3 do SWZ

14.	Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS	Tak
-----	--	-----

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada niezbędne licencje do podłączenia tomografu komputerowego oraz serwera aplikacyjnego do ww. systemów oraz o informację kto jest dostawcą tych systemów.

Odpowiedź: Zamawiający planuje wykorzystać posiadaną licencję. Nastąpi zatem wyłącznie rekonfiguracja i podłączenie na koszt Wykonawcy. Zamawiający posiada licencję RIS/PACS firmy Pixel Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Pytanie 42. Dot. pkt. 22 Załącznika nr 3 do SWZ

22.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji	TAK
-----	--	-----

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji pod warunkiem objęcia go autoryzowanym serwisem naszej firmy, gdyż tylko i wyłącznie wtedy możemy odpowiadać za czynności obsługowe podjęte przy aparacie w tym aktualizacje oprogramowania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednakże w związku z odpowiedzią na pytanie nr 82 zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 22 otrzymują następujące brzmienie:

22.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu min. 10 lat eksploatacji wliczona w cenę	TAK
-----	--	-----

Pytanie 43. Dot. pkt. 29 Załącznika nr 3 do SWZ

29.	Udźwig stołu pacjenta min. 300 kg	Tak
-----	-----------------------------------	-----

Wnosimy o możliwość zaoferowania tomografu komputerowego wyposażonego w stół o nośności 227kg. Taki udźwig stołu jest wystarczający do wykonywania badań praktycznie całej populacji pacjentów. Mając na uwadze, że Zamawiający wymaga gantry o średnicy minimalnej 70cm, co już stanowi duże ograniczenie dla pacjentów bariatrycznych i na pewno uniemożliwi badania pacjentów o wadze większej niż 200 kg ze względu na ograniczenia gabarytowe wymaganego otworu gantry. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44. Dot. pkt. 31 Załącznika nr 3 do SWZ

31.	Wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza	Tak
-----	--	-----

Wnosimy o rozszerzenie wymagania o wskaźniki z licznikiem czasu wstrzymania oddechu w postaci cyfrowej i punktowanie takiego zdecydowani nowocześniejszego rozwiązania. Licznik czasu wyświetlający sekundy koniecznego czasu wstrzymania oddechu jednoznacznie pomagają każdemu pacjentowi ocenić pozostały czas. Dlatego w celu zachowania konkurencyjności postępowania wnosimy o modyfikację tego parametru zgodnie z poniższą propozycją.

31.	Wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza	Tak Wskaźniki z licznikami czasu w postaci cyfrowej – 5 pkt
-----	--	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego wskaźnika z licznikami czasu w postaci cyfrowej, ale nie wymaga i nie przewiduje przyznawania dodatkowych punktów w zakresie tego parametru. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45. Dot. pkt. 36 Załącznika nr 3 do SWZ

36.	Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW	Tak/ podać Punktacja: ≥ 75 kW – 10 pkt < 75 kW – 0 pkt
-----	--	--

Tak sformułowana punktacja parametru ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji i faworyzowanie rozwiązań tomografu firmy Siemens. Różnica 3kW mocy, pomiędzy 75kW a 72 kW nie zmienia praktycznie nic w jakości obrazowania, a każdy producent dobiera moc generatora do przyjętych założeń projektowych które na cellu mają jak najlepszą jakość obrazowania a nie maksymalną moc. Dlatego wnosimy o rezygnację z punktowania tego parametru tak by postępowanie było konkurencyjne dla wszystkich oferentów.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46. Dot. pkt. 37 Załącznika nr 3 do SWZ

37.	Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV	Tak/ podać Punktacja: ≤ 70 kV – 20 pkt > 70 kV – 0 pkt
-----	--	--

Po raz kolejny tak sformułowana punktacja parametru ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji i faworyzowanie rozwiązań tomografu firmy Siemens. Punktacja napięcia 70KV jest niezasadna, gdyż takie napięcie jest zazwyczaj pożądane w placówkach pediatrycznych do badań bardzo małych dzieci. W przypadku placówki Zamawiającego takie badania, jeśli w ogóle to będą raczej rzadkością. Dodatkowo zgodnie obowiązującymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi w wykazie wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej jest jednoznacznie określony szereg napięć stosowanych w tych procedurach i obejmuje: 80, 100, 120 oraz 140 kV.

Dlatego wnosimy o rezygnację z punktowania tego parametru tak by postępowanie było konkurencyjne dla wszystkich oferentów. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47. Dot. pkt. 42 Załącznika nr 3 do SWZ

42.	Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA	Tak/Nie podać Punktacja: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt
-----	--	--

Tomograf, który chcemy zaoferować ma z definicji wszystkie protokoły niskodawkowe, pomimo tego że nie posiada napięcia skanowania 70kV. Poza tym tak sformułowany parametr przeczy logice, gdyż o ile zrozumiałe może być wymaganie niskiego napięcia 70kV to jednocześnie wymaganie wysokiego prądu oznacza wymaganie dużej dawki, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu prądu i napięcia. Tym samym Zamawiający z wymagania niskodawkowego protokołu tak postawionymi parametrami domaga się dostarczenia wręcz przeciwnego efektu. Dlatego mając na uwadze dobro pacjenta wnosimy o wykreślenie tego wymagania jako nie mające logicznego uzasadnienia.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48. Dot. pkt. 45 Załącznika nr 3 do SWZ

45.	Szybkość chłodzenia lampy min. 1,0 MHU/min	Tak/ podać Punktacja: $\geq 1,7$ MHU/min – 10 pkt $< 1,7$ MHU/min – 0 pkt
-----	--	--

Po raz kolejny zwracamy uwagę Zamawiającego, że parametry lampy, generatora, detektora itd. są dobierane przez konstruktorów aparatów tak by zapewnić jak najlepszą jakość obrazowania i jednocześnie zapewnić bezprzerwową pracę aparatu. Tomograf który chcemy zaoferować z powodzeniem jest w stanie badać bez przerwy wszystkie typy badań pacjentów bez potrzeby przerwy na chłodzenie lampy, co zapewni płynną pracę pracowni. Tak sformułowana punktacja jest dyskryminująca, dlatego wnosimy o jej usunięcie.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49. Dot. pkt. 46 Załącznika nr 3 do SWZ

46.	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej $\leq 0,65$ mm	Tak/ podać Punktacja: $\leq 0,60$ mm – 10 pkt $> 0,60$ mm – 0 pkt
------------	--	---

Po raz kolejny zwracamy uwagę Zamawiającego, że parametry lampy, generatora, detektora itd. są dobierane przez konstruktorów aparatów tak by zapewnić jak najlepszą jakość obrazowania. Tomograf który chcemy zaoferować ma najwyższą w tej klasie aparatów rozdzielczość przestrzenną uwzględniając w tym aparaty o cieńszej warstwie skanowania oferowane przez firmy konkurencyjne. Tak sformułowana punktacja jest dyskryminująca i ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji, dlatego wnosimy o jej usunięcie.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50. Dot. pkt. 48 Załącznika nr 3 do SWZ

48.	Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów	Tak/Nie podać Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
------------	--	--

Tomograf który chcemy zaoferować jest wyposażony w kolimator lampy rtg zintegrowany z zestawem filtrów typu „bow-tie”, które służą do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o potraktowanie tego rozwiązania jako równoważne i promowanie punktacją.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51. Dot. pkt. 52 Załącznika nr 3 do SWZ

52.	Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 190 cm	Tak/ podać Punktacja: ≥ 200 cm – 10 pkt < 200 cm – 0 pkt
------------	--	---

Wnosimy o dopuszczenie i traktowanie jako rozwiązanie równoważne tomografu, którego zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta jest równy 189 cm. Jeden centymetr nie ma wpływu na diagnostykę pacjentów, szczególnie że badań o wymaganym przez Zamawiającego zakresie się praktycznie nie wykonuje. Tak sformułowane wymaganie ma za zadanie jedynie ograniczeni konkurencji.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52. Dot. pkt. 70 Załącznika nr 3 do SWZ

70.	Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę	Tak
------------	--	------------

Wnosimy o dopuszczenie i traktowanie jako rozwiązanie równoważne tomografu wyposażonego w oprogramowanie SmartMAR służące do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę. Oprogramowanie to współpracuje jednocześnie z algorytmem iteracyjnym.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53. Dot. pkt. 73, 74 Załącznika nr 3 do SWZ

73.	Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań	Tak/Nie podać Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
------------	--	--

74.	Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora	Tak/Nie podać Punktacja: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
------------	--	--

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przepisy prawne jasno regulują kwestię wykonania badania TK oraz minimalnych parametrów monitorów, które mogą być wykorzystywane. Tak więc wykorzystywanie tabletów do podglądu akwizycji jest wątpliwe. Procedury wzorcowe natomiast jasno mówią o ciągłym kontakcie pomiędzy obsługą pracowni a pacjentem. Również przepisy określające minimalne parametry stacji akwizycyjnej nie dopuszczają możliwości wykorzystania tabletu. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tych parametrów w całości. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Źródło: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 54. Dot. pkt. 79,80,81 sekcji VII UPS Załącznika nr 3 do SWZ. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż samo podtrzymanie napięcia konsoli operatorskiej niewiele da, gdyż po spadku napięcia nie dociera sygnał z gantry tomografu co uniemożliwia kontrolę parametrów podsystemu, a nagłe zatrzymanie lampy RTG oraz impulsowe odcięcie detektorów grozi ich uszkodzeniem. Naprawa tych układów pochłonie kilkaset tysięcy złotych. Z tego też powodu najnowsze systemy UPS podtrzymują nie tylko napięcie konsoli operatorskiej, ale umożliwiają bezpieczne wyhamowanie lampy RTG oraz wychłodzenie detektora. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia UPSa o opisanych powyżej funkcjonalnościach. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Źródło: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55. Dot. pkt. 112 Załącznika nr 3 do SWZ

112.	Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: <ul style="list-style-type: none"> • oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, • rozpraszanie/pochłanianie fotonów, • użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. 	Tak/Nie Punktacja: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
-------------	--	--

Wnosimy o dopuszczenie i traktowanie jako rozwiązanie równoważne oprogramowania Volume Illumination bazującego na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym.

Technika stosująca:

- oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku,
- rozpraszanie/pochłanianie fotonów

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Źródło: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56. Dot. pkt. 119 Załącznika nr 3 do SWZ

119.	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI.	Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
-------------	--	---

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przedmiotem postępowania jest tomograf CT więc wymaganie funkcjonalności dot. badań rezonansu magnetycznego jest nieadekwatne. Dlatego wnosimy o wykreślenie wymagania dot. badań MR i pozostawienie jedynie CT.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Źródło: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 57. Dot. pkt. 121 Załącznika nr 3 do SWZ

121.	<p>Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET. Podstawowa ocena badań PET, wyznaczenie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI.</p>	<p>Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt</p>
------	--	--

Ponownie zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przedmiotem postępowania jest tomograf CT więc wymaganie funkcjonalności dot. badań wykonanych za pomocą tomografu pozytronowego PET jest nieadekwatne. Dodatkowo jest bardzo mało prawdopodobne, żeby w najbliższej 10-lacie Zamawiający pozyskała takiej klasy sprzęt wykorzystywany przez wyspecjalizowane ośrodki onkologiczne. Dlatego wnosimy o wykreślenie w całości tego wymagania. Tak sformułowane wymaganie ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 58. Dot. pkt. 122 Załącznika nr 3 do SWZ

122.	<p>Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. Fuzja badań CT/MR.</p>	<p>Tak/Nie Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt</p>
------	--	--

Ponownie zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przedmiotem postępowania jest tomograf CT więc wymaganie funkcjonalności dot. badań rezonansu magnetycznego jest nieadekwatne. Dlatego wnosimy o wykreślenie w całości tego wymagania. Tak sformułowane wymaganie ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59. Dot. pkt. 140 Załącznika nr 3 do SWZ

131.	<p>Aplikacja do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT, realizująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, • automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, • automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS <p>- jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Punktacja: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt</p>
------	---	---

Wnosimy o dopuszczenie i traktowanie jako rozwiązanie równoważne oprogramowania FastStroke do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT umożliwiające:

- automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia,
- automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej,
- automatyczne wysyłanie pomiarów/map/oceny ASPECT na skrzynkę mailową każdego lekarza w zdefiniowanej przez użytkownika grupie udarowej

- jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60. Dot. pkt. 140 Załącznika nr 3 do SWZ

140.	Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> • automatyczną segmentację jelita grubego, • jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, • jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, • pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, • automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, • ukrywanie jelita cienkiego, • wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika.	Tak
------	--	-----

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że obecnie odchodzi się od badań wirtualnej kolonoskopii CT z uwagi na to, że w przypadku wykrycia polipów należy wykonać tradycyjne badanie kolonoskopii w celu pobrania materiału do badań. W wyniku czego pacjent jest dwukrotnie obciążony koniecznością odpowiedniego przygotowania do badania. Dodatkowo Zamawiający w specyfikacji nie wymaga dostarczenia insuflatora, który jest niezbędnym urządzeniem do wykonania takiego badania. Ponadto wykonanie badania wirtualnej kolonoskopii jest badaniem wiele dłuższym niż badanie TK innych anatomii oraz wymusza obowiązek dezynfekcji aparatu. W związku z powyższym oraz dla racjonalnego wydatkowania funduszy publicznych wnosimy o usunięcie tych parametrów.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 61. Dot. Załącznika nr 3 do SWZ.

Zwracamy również uwagę Zamawiającego, że obecnie większość producentów systemów tomografii komputerowej posiada systemy umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta. System taki zapewnia dużą jakość badań oraz minimalizuje i optymalizuje dawkę promieniowania, ponieważ pacjent jest zawsze i powtarzalnie ułożony w izocentrum oraz ułatwia pracę technikowi. W interesie zamawiającego powinien być zakup urządzenie spełniającego najwyższe standardy, dlatego wnosimy o wprowadzenie i wymaganie poniższych punktów co pozwoli nam zaproponować najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania.

Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycj/onowania pacjenta oraz automatyczne wyznaczenie izocentrum pacjenta i ustawienie odpowiedniej wysokości pacjenta. Automatyczne wyszukanie anatomicznych punktów referencyjnych pacjenta, zgodnych z protokołem badania i na ich podstawie automatyczne ustawienie początku i zakresu topogramu.	TAK		Bez punktacji
Automatyczne ustawienie wysokości pacjenta do wyznaczonego izocentrum i wjazd na pozycję rozpoczęcia skanowania zgodnie z wyznaczonym anatomicznym punktem referencyjnym po wciśnięciu jednego przycisku na gantry.	TAK/NIE		TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
Automatyczne ostrzeganie personelu przed potencjalną kolizją pacjenta z gantry w przypadku nieprawidłowego ułożenia pacjenta przed wjazdem pacjenta do gantry	TAK/NIE		TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 62. Dot. Załącznika nr 3 do SWZ.

Wnosimy również o promowanie technologii, która umożliwia szybkie skanowanie w pełnym polu widzenia, co zapewni możliwość wykorzystania aparatu nie tylko do rutynowych badań pojedynczych obszarów anatomicznych, ale również wykonywanie szybkich badań wielourazowych zgodnie z intencją Zamawiającego.

Maksymalna szybkość skanu spiralnego mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania dla pełnego pola obrazowania FOV zadeklarowanego w punkcie 53 jest ≥ 150 mm/s	TAK, podać		> 200 mm/s – 20 pkt ≥ 150 mm/s – 10 pkt
---	------------	--	---

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 63. Dot. Załącznika nr 3 do SWZ

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta proponujemy wprowadzenie punktacji za zaferowanie dodatkowego skolimowanego pola akwizycji umożliwiającego ograniczenie wiązki promieniowania w płaszczyźnie XY. Takie pole jest stosowane do badań głowy oraz mniejszych narządów. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

Zmniejszone skolimowane pole skanowania równe 30 cm ($\pm 10\%$) do badań głowy, szczupłych pacjentów umożliwiające	TAK/NIE podać		TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
---	---------------	--	-----------------------------

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 64. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów diagnostycznych o min. przekątnej ekranu 21,3” i rozdzielczości 1600x1200 pikseli, 2 MP? Informujemy, że wszystkie modele monitorów 24” 2,3MP, według oryginalnej dokumentacji producentów są monitorami przeglądowymi, nie przeznaczonymi do diagnozowania. Sprawia to, że zachodzi konieczność zaoferowania monitorów o większej przekątnej, w zależności od producenta od 27” do 31”, które posiadają możliwość wyświetlania dwóch pulpitów na jednym ekranie. W związku z tym rzadko stosuje się dwa tak duże monitory diagnostyczne pracujące obok siebie, ze względu na znacznie podwyższony koszt całej stacji oraz małą ergonomię rozwiązania.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65. **Dotyczy SWZ rozdz. VII. Pkt. 1.1. i 1.2.:** Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z oświadczenia mają wynikać konkretne parametry. Zapisy rozdziału VII SWZ w ust. 1 pkt. 1.1 i pkt. 1.2 otrzymują następujące brzmienie:

1.1 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Parametrach techniczno – użytkowych tomografu z UPS oraz niezbędnych robotach adaptacyjnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych – Załącznik nr 3 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 23 – 33, 35, 40, 43-44, 47, 53, 55-61, 63, 64-67, 70-71, 76-87, 89-95, 97-109, 113-114, 117-118, 126, 128-129, 132-134, 137, 140, 143-145.** Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczą.

Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, z którego ma jednoznacznie wynikać, które konkretne parametry sprzęt potwierdza.

1.2 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Parametrach techniczno – użytkowych tomografu z UPS oraz niezbędnych robotach adaptacyjnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych – Załącznik nr 3 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 34, 36-39, 41-42, 45-46, 48-52, 54, 62, 63.1, 68-69, 72-75, 88, 96, 110-112, 115-116, 119-125, 127, 130-131, 135-136, 138-139, 141-142.** Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczą.

Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, z którego ma jednoznacznie wynikać, które konkretne parametry sprzęt potwierdza.

Pytanie 66. **dot. wzoru umowy §2 ust. 1** Zgodnie z dostępnym powszechnie orzecznictwem sądowym - podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne). Usterki powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękąmi ustawowej (por. np. wyroki SN pod sygn. II CKN 28/97 czy II CSK 476/12). Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie z treści postanowienia sformułowania „**bezusterkowego**”.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 67. **dot. wzoru umowy §2 ust. 2** Nie każda stwierdzona wada/usterka przedmiotu umowy wiąże się z potrzebą wymiany danego sprzętu. Standardowo w celu usunięcia usterki wystarczająca może być wymiana części lub elementu. Pozostawienie tak restrykcyjnych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia. Ponadto, termin usunięcia wad powinien uwzględniać okoliczności danego przypadku a w związku z tym zostać ustalony wspólnie przez strony. Prosimy zatem o modyfikację postanowienia zgodnie z propozycją:

„W przypadku stwierdzenia fabrycznych wad/uszkodzeń, podczas każdorazowego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad/uszkodzeń w odpowiednim terminie ustalonym przez Strony w formie pisemnej lub dokumentowej. Fakt ten zostanie opisany na protokole odbioru, podpisanym przez obydwie Strony umowy. Ponowne stwierdzenie tych samych fabrycznych wad/uszkodzeń daje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt i we własnym zakresie uszkodzonego sprzętu na wolny od wad/uszkodzeń.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 68. **dot. wzoru umowy §3 ust. 7** Wnosimy o rezygnację z wymogu 48-godz. czasu reakcji w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach 8:00-16:00. W sytuacji następujących po sobie 2-3 dni ustawowo wolnych od pracy (np. niedziela + Święta Bożego Narodzenia) spełnienie ww. warunku nie jest możliwe.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 69. **dot. wzoru umowy §3 ust. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy z użyciem części zamiennych sprowadzanych spoza UE wynosił max. 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia ujawnionej wady lub usterki?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 70. **dot. wzoru umowy §5 ust. 2** Mając na uwadze argumentację dot. zmiany wnioskowanej dla §2 ust. 1 zwracamy się z prośbą o wykreślenie z treści postanowienia sformułowania „bezusterkowego”.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 71. **dot. wzoru umowy §7 ust. 1 lit. b)-d) i f)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary do 0,1-0,2%, jednakże dokonuje modyfikacji w/w paragrafu. Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

Strony ustanawiają kary umowne:

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:*
 - a) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, niezależnie od czasu odstąpienia;*
 - b) *w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 11 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego;*
 - c) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;*
 - d) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki;*
 - e) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*
 - f) *w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki.*

Pytanie 72. **dot. wzoru umowy §8 ust. 1 lit. a)** Wykonawca zwraca uwagę, że nie każda nieterminowa realizacja obowiązków umownych automatycznie obciąża Wykonawcę. W przypadku niezawinionego opóźnienia Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji, co potwierdzają zarówno przepisy kodeksowe (art. 471 i n. k.c.), art. 433 pkt 1) ustawy Pzp, jak i orzecznictwo sądowe. Jednocześnie, w naszej ocenie, nie każda zwłoka (np. 1-dniowa) powinna uruchamiać od razu tak daleko idące konsekwencje kontraktowe, o jakich mowa w §8 ust. 1. Prosimy zatem o zmodyfikowanie postanowienia poprzez wskazanie: „a) Wykonawca pozostaje w co najmniej 7-dniowej zwłoce w realizacji przedmiotu Umowy;”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 73. **dot. wzoru umowy §8 ust. 1 lit. b)** Zwracamy się o doprecyzowanie zapisu lit. b) w taki sposób, aby dopiero naliczenie kary umownej w wysokości co najmniej „10% wartości umowy brutto” uprawniało Zamawiającego do podjęcia działań regulowanych postanowieniem. W przeciwnym razie np. dwukrotne naliczenie kary w minimalnej wysokości przewidzianej umową, będzie skutkowało możliwością skorzystania z uprawnienia do anulowania umowy, co w ocenie Wykonawcy stanowi sankcję nadmierną, nieadekwatną do okoliczności.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 74. **dot. wzoru umowy §8 ust. 1 lit. d)** Wskazujemy, że tego rodzaju zapisy są niespotykane i niepraktykowane na rynku dostaw urządzeń medycznych, przerzucają one bowiem na Wykonawcę całość ryzyka finansowego związanego z zamówieniem w sytuacji utraty dofinansowania. Tymczasem w realiach przedmiotowego zamówienia Wykonawca nie ma żadnego wpływu na terminowe i skuteczne przekazanie środków przez właściwą jednostkę finansującą. Jednocześnie, po przystąpieniu do realizacji umowy (po jej zawarciu) i poniesieniu kosztów z tym związanych na Wykonawcy ciężar będzie ryzyko odmowy wypłaty środków przez podmiot trzeci. Innymi słowy – niewykuczona jest sytuacja w której Wykonawca poniesie określone koszty realizacji zamówienia, zaciągnie w tym celu zobowiązania, a Zamawiający dokona odstąpienia na kwestionowanej podstawie, unicestwiając możliwość żądania przez Wykonawcę

wynagrodzenia, co w naszej ocenie może stanowić będzie nadużycie prawa podmiotowego przez Zamawiającego. W związku z powyższym, wnosimy o **wykreślenie postanowienia**.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 75. **dot. wzoru umowy §8 ust. 1 zdanie ostatnie.** Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie ww. postanowienia poprzez wskazanie, że przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczy termin na podjęcie odpowiednich działań. Całkowite anulowanie umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem wierzyciela i powinno być stosowane w ostateczności, stąd w naszej ocenie Wykonawca powinien mieć realną możliwość podjęcia działań naprawczych, uchylających potrzebę zrywania kontraktu z wszystkimi tego negatywnymi skutkami, dotyczącymi również Zamawiającego (uzyskanie zamówienia po wyższej cenie). Jednocześnie prosimy o zmianę terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu - stosownie do zapisów stosowanych powszechnie przez zamawiających. Zwracamy się o następującą modyfikację postanowienia: „(...) w terminie 30 dni od zaistnienia określonego zdarzenia będącego podstawą do odstąpienia od umowy, a w przypadkach, o których mowa pod lit. a) lub c) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu umożliwiającego zadośćuczynienie wezwaniu.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 76. **dot. wzoru umowy §9 ust. 2 zdanie ostatnie.** W związku z tym, że bezpośrednim i kluczowym celem udzielenia licencji do oprogramowania jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania ze sprzętu medycznego zgodnie z przeznaczeniem – udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Zamawiającego, zwracamy się o modyfikację postanowienia i dostosowanie zapisu do powyższego założenia: „Intencją stron jest udzielenie licencji na rzecz Zleceniodawcy **w zakresie umożliwiającym** pełne korzystanie ze sprzętu medycznego zgodnie z przeznaczeniem, co powinno być uwzględniane przy interpretacji niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 77. **Dot. wzoru umowy §9 ust. 3.** Wykonawca udziela licencji Zamawiającemu w oparciu o zapisy licencji producenta. W związku z powyższym np. przy sprzecznym z zasadami licencji korzystaniu z oprogramowania przez Zamawiającego nie można wykluczyć sytuacji, w której licencja na warunkach określonych przez producenta ulegnie wygaśnięciu (np. z powodu rażącego naruszenia praw własności intelektualnej przez Zamawiającego). Nadto, kara umowna ustalona zgodnie z tym zapisem jest sprzeczna z brzmieniem art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne). Kara nie dotyczy zasadniczego przedmiotu świadczenia Wykonawcy, a podstawa jej naliczania nie wynika z innych regulacji szczególnych. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę postanowienia: „**Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań mających na celu wygaśnięcie umowy o udzielenie licencji zawartej w ramach niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z naruszenia zasad licencji przez Zamawiającego.**”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §9 ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:

3. *Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań mających na celu wygaśnięcie umowy o udzielenie licencji zawartej w ramach niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z naruszenia zasad licencji przez Zamawiającego.*

Pytanie 78. **Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ.** Prosimy o możliwość podania jednej łącznej ceny za pozycje 1-2. UPS do tomografu komputerowego jest jego integralną częścią i producent nie dzieli ceny urządzenia na takie elementy kosztowe. Urządzenie objęte jednym certyfikatem zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 79. **Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ.** W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 80. **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 4 i 168.** Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez „zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych” rozumie wszelkie dokumenty wymagane ustawą o wyrobach medycznych? W przypadku dystrybutorów sprzętu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia, jedynie nałożony jest na nich obowiązek dokonania powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego na rynek polski.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 81. **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 4 i 168.** Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość zaferowania wyrobów medycznych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych, które to zastąpiło cytowaną przez Zamawiającego dyrektywę

93/42/EEC? W obecnej chwili nie ma możliwości uzyskania certyfikatu zgodności z dyrektywą 63/42/EEC, nowe urządzenia wprowadzane na rynek są certyfikowane na zgodność z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 4 i 168 otrzymują następujące brzmienie:

4.	Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie.	TAK
168.	kopie zgłoszeń do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.	TAK

Pytanie 82. **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu gwarancji wliczona w cenę”? Pozostawienie zapisu „bezpłatna” może mieć niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego, gdyż przez organy skarbowe może zostać zinterpretowana za darowiznę. Dodatkowo nie jest możliwe skalkulowanie kosztów aktualizacji w okresie eksploatacji, gdyż nie jest on znany i jest niezależny od Wykonawcy – to Zamawiający zdecyduje jak długo będzie korzystał z urządzenia a decyzję tą zapewne podejmie już po upływie okresu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa „bezpłatna”, ale nie wyraża zgody na ograniczenie obowiązku aktualizacji oprogramowania jedynie do okresu gwarancji. Zapisy SWZ w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, w pkt 22 otrzymują następujące brzmienie:

22.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu min. 10 lat eksploatacji wliczona w cenę	TAK
-----	---	-----

Pytanie 83. **Dotyczy SWZ, rozdział VII.** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. tomografu komputerowego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego a tym bardziej usług?

Odpowiedź: Zamawiający w rozdziale VII SWZ określił, jakich przedmiotowych środków dowodowych oczekuje wraz z ofertą.

Pytanie 84. **Dotyczy SWZ, rozdział VII.** Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy/Podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego tomografu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z oświadczenia mają wynikać konkretne parametry. Zapisy rozdziału VII SWZ w ust. 1 pkt. 1.1 i pkt. 1.2 otrzymują następujące brzmienie:

1.1 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Parametrach techniczno – użytkowych tomografu z UPS oraz niezbędnych robotach adaptacyjnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych – Załącznik nr 3 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 23 – 33, 35, 40, 43-44, 47, 53, 55-61, 63, 64-67, 70-71, 76-87, 89-95, 97-109, 113-114, 117-118, 126, 128-129, 132-134, 137, 140, 143-145.** Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczą.

Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, z którego ma jednoznacznie wynikać, które konkretne parametry sprzęt potwierdza.

1.2 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Parametrach techniczno – użytkowych tomografu z UPS oraz niezbędnych robotach adaptacyjnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych – Załącznik nr 3 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 34, 36-39, 41-42, 45-46, 48-52, 54, 62, 63.1, 68-69, 72-75, 88, 96, 110-112, 115-116, 119-125, 127, 130-131, 135-136, 138-139, 141-142.** Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczą.

Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, z którego ma jednoznacznie wynikać, które konkretne parametry sprzęt potwierdza.

Pytanie 85. Dotyczy SWZ. W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania¹ przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwi zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

¹- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza umożliwienie łączności przy użyciu tunelu VPN o którym mowa powyżej.

Pytanie 86. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §5 ust. 10. Mając na uwadze, że nie wszystkie podmioty objęte są obowiązkiem powołania IOD, prosimy o zaznaczenie w nawiasie (dotyczy podmiotów objętych obowiązkiem powołania IOD).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w §5 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. *Procesor oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych: nr tel., adres e-mail: – (dotyczy podmiotów objętych obowiązkiem powołania IOD).*

Pytanie 87. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §7. Prosimy o zmianę treści par. 7 na:

(1)przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2)podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

(3)Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4)czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5)przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6)przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(7)przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uzasadnienie

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerty wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla §7 ust. 1-4 przedmiotowej umowy ale modyfikuje postanowienia w niżej określony sposób. W Załączniku nr 4 do Wzoru Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w §7 dodaje się ust. 5-11 o następującej treści:

5. Przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

6. Podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

7. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom wskazanym w Umowie Głównej jako podprzetwarzającym.

8. Czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem 7 dni roboczych, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, przed dniem podjęcia zadań przez dodatkowy podmiot.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

10. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.

11. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń. Pod warunkiem, że przedmiot dostawy będzie wyprodukowany poza Obszarem Gospodarczym UE.

Pytanie 88. **Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, §7 ust. 1 pkt. b) – d) oraz f).** Uprzejmie prosimy o obniżenie stawki kary umownej do 01% tj. stawki powszechnie przyjmowanej, zarówno w umowach zawieranych w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Uzasadnienie. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczą – kompensacyjną, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary do 0,1%, jednakże dokonuje modyfikacji w/w paragrafu. Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

Strony ustanawiają kary umowne:

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:*
 - a) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, niezależnie od czasu odstąpienia;*
 - b) *w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 11 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego;*
 - c) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;*
 - d) *w wysokości 0,4% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki;*
 - e) *w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*
 - f) *w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki.*

Pytanie 89. **Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, §7 ust. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[...] z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 90. **Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, §8 ust. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z projektu umowy zapisu: *„bez konieczności wzywania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń”* oraz dodanie w miejscu usuniętego zapisu: *„pod warunkiem uprzedniego wezwania do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego.”*?

Uzasadnienie

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 91. **Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu ochronę interesów podwykonawcy (dostawcy sprzętu medycznego) nie będącego podwykonawcą robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rachunek rozliczeniowy o którym mowa w pytaniu pod warunkiem, że wystawcą faktury będzie Wykonawca.

Pytanie 92. **Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ**

Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie zapisu:

„Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady przedmiotu zamówienia wynikłe na skutek:

- eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §3 ust. 8 otrzymują następujące brzmienie:

8. Gwarancja sprzętu opisanego w §1 pkt 2 powyżej nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, jak również

a. uszkodzenia i wady przedmiotu zamówienia wynikłe na skutek:

- eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

W związku z powyższym zmianie ulegają niżej wymienione zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział IV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **do 5 miesięcy od podpisania umowy.***

2. Rozdział VII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. W celu potwierdzenia, że zaofertowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

*1.1 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Parametrach techniczno – użytkowych tomografu z UPS oraz niezbędnych robotach adaptacyjnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych – Załącznik nr 3 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 23 – 33, 35, 40, 43-44, 47, 53, 55-61, 63, 64-67, 70-71, 76-87, 89-95, 97-109, 113-114, 117-118, 126, 128-129, 132-134, 137, 140, 143-145.** Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczą.*

Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, z którego ma jednoznacznie wynikać, które konkretne parametry sprzęt potwierdza.

1.1.1. Zgodnie z art. 107 ust. 2 uPzp jeżeli Wykonawca nie złoży w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy przedmiotowego środka dowodowego określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 SWZ.

*1.2 Informacje (np. opisy, katalogi, prospekty, ulotki informacyjne, fotografie, instrukcje użytkowania) dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Parametrach techniczno – użytkowych tomografu z UPS oraz niezbędnych robotach adaptacyjnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych – Załącznik nr 3 do SWZ – **dotyczy parametrów technicznych określonych w poz. 34, 36-39, 41-42, 45-46, 48-52, 54, 62, 63.1, 68-69, 72-75, 88, 96, 110-112, 115-116, 119-125, 127, 130-131, 135-136, 138-139, 141-142.** Jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pozycji dotyczą.*

Jeżeli w/w informacje nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, z którego ma jednoznacznie wynikać, które konkretne parametry sprzęt potwierdza.

1.2.1. Przepisu art. 107 ust. 2 uPzp nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni tj. **do dnia 18.06.2024 r.** Bieg terminu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

2. Rozdział XVI ust. 9 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 21.03.2024 r. do godz. 10.00.***

3. Rozdział XVII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2024 r., o godzinie 10:30.

Na podstawie art. 137 ust. 1 i art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: **21.03.2024 r. godz. 10:00;**

- otwarcia ofert: **21.03.2024 r. godz. 10:30;**

- termin związania ofertą: **18.06.2024 r.**

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie II.
- Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe tomografu z UPS oraz niezbędne roboty adaptacyjne, budowlano – montażowe i instalacyjne, *po modyfikacji II.*
- Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy), *po modyfikacji I.*
- Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, *po modyfikacji I.*

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ

WICEPREZES ZARZĄDU PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARIJAŃSKĄ