

Dreżdenko, dnia 23 maja 2024 roku

Do Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie

**P2**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/PN/8/2024, Dz.U. Unii Europejskiej 2024/S 88-268521 z dnia 2024-05-06

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień i zmienia treści SWZ:

#### Pytanie 1

##### **SWZ 6.10.4, umowa najmu §2 ust. 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze?

##### **Odp. do pytania 1**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### Pytanie 2

##### **SWZ 6.10.6, umowa najmu §2 ust. 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na „W terminie do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany na koszt własny dokonać koniecznych napraw.”? Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu na 72 godziny?

##### **Odp. do pytania 2**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### Pytanie 3

##### **SWZ 6.10.8 (umowa najmu §2 ust. 9)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wynajmowanego analizatora Wykonawca zobowiązany będzie na koszt własny, w terminie do 14 dni po trzeciej awarii, wymienić analizator na inny o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż oferowany wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz podłączeniem do informatycznego systemu laboratoryjnego InfoMedica”?

##### **Odp. do pytania 3**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### Pytanie 4

##### **pakiet nr 2 poz. 14**

W związku z szerokim zakresem liniowości oferowanych odczynników do oznaczenia CRP prosimy o doprecyzowanie zakresu liniowości dla testu Białko C-reaktywne, ultraczule.

##### **Odp. do pytania 4**

Zamawiający wyjaśnia, że test „Białko C-reaktywne, ultraczule” winien wykrywać poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l.

#### Pytanie 5

##### **pakiet 2 pkt.4**

Czy Zamawiający wymaga, aby przystawka ISE wyposażona była w rozdzielne wymieniane pojedynczo elektrody do oznaczania sodu, potasu i chlorków?

##### **Odp. do pytania 5**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

#### Pytanie 6

##### **pakiet 2 pkt. 4**

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli elektrody Na, K i Cl nie wymagają żadnej interwencji dodatkowej poza okresową kalibracją i konserwacją to oferowany analizator spełnia wymagania punktu 4 SWZ „elektrody bezobsługowe.”

##### **Odp. do pytania 6**

Zamawiający wyjaśnia, że wyrażenie „elektrody bezobsługowe” dotyczy elektrod, które przed zamontowaniem w urządzeniu nie wymagają ingerencji użytkownika, są gotowe do zamontowania w analizatorze. Okresowa kalibracja i konserwacja elektrod to kolejne procesy wynikające ze stosowania elektrod.

#### **Pytanie 7**

##### **pakiet 2 pkt. 4**

Prosimy o doprecyzowanie jaką wydajność ISE powinien posiadać oferowany analizator.

##### **Odp. do pytania 7**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

#### **Pytanie 8**

##### **pakiet 2 pkt. 9**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rotora odczynnikowego o zakresie temperatur 4-12°C?

##### **Odp. do pytania 8**

Zamawiający **dopuszcza** złożenie oferty w pakiecie 2 na analizator z rotorem odczynnikowym chłodzonym w innym niż wskazany zakresie temperatur pod warunkiem, że zakres tych temperatur jest zgodny z wymaganiami producenta odczynników.

#### **Pytanie 9**

##### **pakiet 2 pkt. 10**

Proszę o dopuszczenie rotora na materiały kontrolne i kalibratory chłodzonego do temperatury 4-12°C

##### **Odp. do pytania 9**

Zamawiający **dopuszcza** złożenie oferty w pakiecie 2 na analizator z rotorem na materiał kontrolny i kalibratory chłodzone w innym niż wskazany zakresie temperatur pod warunkiem, że zakres tych temperatur jest zgodny z wymaganiami producenta materiałów kontrolnych i kalibratorów.

#### **Pytanie 10**

##### **pakiet 2**

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był wyposażony w automatyczny podajnik próbek, który umożliwia wstawianie próbek w statywach w dowolnym momencie pracy aparatu niezależnie od pipetowania materiału badanego bez konieczności przerywania pracy analizatora.

##### **Odp. do pytania 10**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

#### **Pytanie 11**

##### **pakiet 2 pkt. 27**

Prosimy o potwierdzenie, że kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona będzie codziennie 7 dni w tygodniu na co najmniej jednym z dwóch zaferowanych poziomów niezależnie od zapisów w ulotkach odczynnikowych producenta odczynnika. Taki zapis pozwoli na złożenie przez oferentów równoważnych ofert odczynnikowych.

##### **Odp. do pytania 11**

Zamawiający wyjaśnia, że kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona będzie codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, Wykonawca sporządzając ofertę zobowiązany jest dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora w zakresie wymaganej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

Zgodnie z projektowanymi warunkami umowy §4 ust. 4 – „W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, umożliwiających wykonanie szacowanej ilości badań wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć je na koszt własny.”

#### **Pytanie 12**

##### **pakiet 2 poz. 26**

W związku z zapisem „Zdolność wiązania żelaza oraz kontrola N i P” prosimy o doprecyzowanie, że należy zaferować odczynnik do oznaczenia Zdolności wiązania żelaza oraz dodatkowo kontrole na dwóch poziomach, które mogą wchodzić w skład zestawu odczynnikowego, lub mogą być oferowane oddzielnie. Wymóg zaferowania zestawu „Zdolność wiązania żelaza oraz kontrola N i P” wskazuje na określonego wykonawcę.

##### **Odp. do pytania 12**

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie badania zdolności wiązania żelaza Wykonawca zobowiązany jest zaferować odczynniki i materiał kontrolny na dwóch poziomach – mogą to być produkty oferowane w zestawie czy też każdy osobno – sposób konfekcjonowania jest nieistotny.

### **Pytanie 13**

#### **pakiet 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i zaoferowanie ich ilości zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

#### **Odp. do pytania 13**

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

### **Pytanie 14**

#### **pakiet 2 pkt. 15**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrod referencyjnych i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tych elektrod. Płyiny i elektrody referencyjne są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

#### **Odp. do pytania 14**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 28.8 SWZ w załączniku nr 1 do oferty należy wskazać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne (zużywalne) i inne, niezbędne do wykonania wskazanej ilości badań diagnostycznych, gwarantujących wykonanie wg wytycznych wskazanych w metodykach w okresie obowiązywania umowy.

Zgodnie z projektowanymi warunkami umowy §4 ust. 4 – „W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, umożliwiających wykonanie szacowanej ilości badań wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć je na koszt własny.”

Wykonawca może doprecyzować składaną ofertę podając co wchodzi w zakres wymaganego serwisu, który jest widoczny w podany czynsz najmu.

### **Pytanie 15**

#### **pakiet 2**

Prosimy o potwierdzenie, że oferowane analizatory biochemiczne i odczynniki do tych analizatorów powinny stanowić spójny system analityczny i powinny być produkowane przez tego samego producenta w minimum 90 %.

#### **Odp. do pytania 15**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

### **Pytanie 16**

#### **pakiet 2**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?

#### **Odp. do pytania 16**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 28.8 SWZ w załączniku nr 1 do oferty należy wskazać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne (zużywalne) i inne, niezbędne do wykonania wskazanej ilości badań diagnostycznych, gwarantujących wykonanie wg wytycznych wskazanych w metodykach w okresie obowiązywania umowy.

Zgodnie z projektowanymi warunkami umowy §4 ust. 4 – „W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, umożliwiających wykonanie szacowanej ilości badań wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć je na koszt własny.”

### **Pytanie 17**

#### **pakiet 2 pkt. 7**

Prosimy o potwierdzenie, że analizator, którego „Średnie zużycie wynosi: 20l wody/godzinę- przy maksymalnym obciążeniu pracą” spełnia wymagania punktu 7 SWZ - „zużycie wody - maksymalnie do 20l/ na godzinę”.

#### **Odp. do pytania 17**

Zamawiający wyjaśnia, że zużycie wody w oferowanym analizatorze nie może przekroczyć 20l/na godzinę.

**Pytanie 18**

**pakiet 2 pkt.9**

Prosimy o potwierdzenie, że analizator, którego liczba testów fotometrycznych na pokładzie wynosi 60 spełnia wymagania punktu 9 SWZ „aparat posiadający taką ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, aby zagwarantować wykonywanie wskazanego poniżej zakresu badań z możliwością umieszczenia na pokładzie dwóch serii odczynnika”

**Odp. do pytania 18**

Zamawiający wyjaśnia, że dla następujących oznaczeń: A1C, UIBC, etanol (które wykonywane są rzadko) odczynniki wkładane są na pokład analizatora, jeżeli jest zlecenie wykonania tych badań.

Zamawiający **dopuszcza** złożenie oferty na analizator w pakiecie 2, który w chłodzonym rotorze odczynnikowy posiada minimum 60 miejsc chłodzonych na odczynniki.

**Pytanie 19**

**pakiet 2 pkt.4**

Czy Zamawiający wymaga oznaczania ISE metodą pośrednią?

**Odp. do pytania 19**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

**Pytanie 20**

**pakiet 7, pkt.7**

Czy w związku z wymogiem zaoferowania w postępowaniu przetargowym 23 różnych odczynników Zamawiający wymaga, aby rotor odczynnikowy oferowanego analizatora umożliwiał jednoczesne umieszczenia na pokładzie aparatu wszystkich oferowanych odczynników. Takie rozwiązanie zagwarantuje możliwość stałego dostępu do wszystkich badań bez konieczności okresowego chowania odczynników w lodówce zewnętrznej co oprócz stałego dostępu do zleczanych w laboratorium badań zagwarantuje optymalizację pracy personelu laboratorium.

**Odp. do pytania 20**

Komisja proponuje doprecyzować, że zgodnie z pkt. 7 chłodzony rotor odczynnikowy (temperatura lodówki), posiadający **co najmniej** taką ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, aby zagwarantować wykonywanie wskazanego poniżej zakresu badań.

**Pytanie 21**

**pakiet 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby liczba zestawów odczynnikowych i kalibratorów została skalkulowana w oparciu o praktykę ich realnego zużycia, a nie jedynie w oparciu o zapisy w ulotkach odczynnikowych. Jakość danego zestawu będzie dodatkowo potwierdzana wynikami kontroli jakości co zagwarantuje stosowanie odczynnika zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjne. Tak skonstruowana oferta zapewni stosowanie metod pod pełną kontrolą i pozwoli na ekonomiczne skonstruowanie oferty przetargowej w oparciu o najlepszą wiedzę i wolę wykonawcy, gwarantując jednocześnie Zamawiającemu wykonanie wymaganej liczby oznaczeń bez zbędnych strat odczynnikowych.

**Odp. do pytania 21**

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

**Pytanie 22**

**pakiet 7, pkt.3**

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg” wydajność analizatora: minimum 60 oznaczeń/ godz. (wydajność rzeczywista wynikająca z bieżącej pracy analizatora)” jest spełniony, jeśli oferowany analizator posiada wydajność maksymalną 100 oznaczeń/godzinę. Żadne ulotki marketingowe w przypadku analizatorów wszystkich producentów nie podają „wydajności rzeczywistej wynikająca z bieżącej pracy danego analizatora”, gdyż ta wydajność zależy od miksu i rodzaju wykonywanych na analizatorze oznaczeń, które różnią się zarówno swoją metodyką - reakcje jedno i dwustopniowe jak i czasem trwania badania.

**Odp. do pytania 22**

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy **wprowadza zmianę** w pakiecie 7, pkt. 3 – treść po zmianie: wydajność analizatora: minimum 60 oznaczeń/ godz.”

**Pytanie 23**

**pakiet 7**

Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis „zestaw do oznaczania witaminy D3 25(OH)” oznacza konieczność zaoferowania witaminy D Total (OH).

**Odp. do pytania 23**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby analizator oznaczał poziom witaminy D3 25(OH).

**Pytanie 24**

**pakiet 7**

Czy podanej liczby badań należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę?

**Odp. do pytania 24**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 6.8 SWZ Wykonawca do szacowanej ilości badań winien doliczyć ilość odczynników niezbędną do przeprowadzenia zalecanych kontroli i kalibracji wg wytycznych producenta. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca winien dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora.

**Pytanie 25**

**pakiet 7**

Poprosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynniki, można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na materiał kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odp. do pytania 25**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie jedno czy wieloparametrowych materiałów kontrolnych. Istotne jest, aby badania wykonywane na zaoferowanym analizatorze z zastosowaniem proponowanych przez Wykonawcę odczynników i pozostałych niezbędnych materiałów były zgodne z przyjętymi standardami laboratoryjnymi.

**Pytanie 26**

**pakiet 7, pkt.9**

Czy w związku z wymogiem „możliwość umieszczania odczynników na pokładzie bezpośrednio po wyjęciu z lodówki” zamawiający potwierdza, że dopuszcza proces mieszania odczynników przed ich pierwszym wstawieniem na pokład analizatora.

**Odp. do pytania 26**

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie czynności jakie należy podjąć między wyjęciem odczynnika gotowego do użycia z lodówki a wstawieniem na pokład analizatora.

**Pytanie 27**

**pakiet 7 pkt.10**

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg SWZ „automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu zakresu liniowości (automatyczne rozcieńczanie dotyczy ponownego badania próbki po przekroczeniu zakresu liniowości w pierwszym badaniu” dotyczy zdolności oferowanego analizatora do wykonywania automatycznych rozcieńczeń, a nie dotyczy możliwości automatycznego rozcieńczania próbek dla każdego z oferowanych analizatów.

**Odp. do pytania 27**

Zamawiający wyjaśnia, że analizator winien posiadać funkcję automatycznego rozcieńczania próbki w przypadku wykonywania ponownego badania w związku z przekroczeniem liniowości w pierwszym badaniu co najmniej dla następujących badań: poz. 1 TSH, poz. 5 troponina, poz. 9 prokalcytonina, poz. 14 HCG, poz. 15 PSA.

**Pytanie 28**

**pakiet 7 pkt.22**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „22. analizator wyposażony w wirówkę do wstępnego opracowania materiału do badań immunochemicznych (obecnie stosowany system aspiracyjno - próżniowych firmy Sarstedt)” oznacza konieczność zaoferowania w postępowaniu przetargowym wolnostojącej wirówki do wstępnego opracowania materiału do badań immunochemicznych.

**Odp. do pytania 28**

Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 2 do SWZ dla pakietu 7 pkt. 22 zawarty jest zapis: „analizator wyposażony w wirówkę do wstępnego opracowania materiału do badań immunochemicznych (obecnie stosowany system aspiracyjno - próżniowych firmy Sarstedt) z rotorem na co najmniej 24 pozycje i możliwością programowania czasu i szybkości wirowania, **nie będącą integralną częścią analizatora.**”

### **Pytanie 29**

#### **Projektowane postanowienia umowy dostawy §2 ust. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?  
Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

#### **Odp. do pytania 29**

Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 6 do SWZ, w §2 ust. 1 zawarty jest zapis, że zamówienia będą składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki realizacji umowy w zakresie składania zamówień Strony uzgodnią po jej zawarciu.

### **Pytanie 30**

#### **Projektowane postanowienia umowy dostawy §2 ust. 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 70% wartości brutto umowy dla każdego pakietu."?

#### **Odp. do pytania 30**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 31**

#### **Projektowane postanowienia umowy dostawy §6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje w terminie określonym w §2 ust.1 i ust.2, odmówi realizacji bieżącej dostawy lub nie dotrzyma terminu realizacji reklamacji, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne. Kary te będą odpowiadały różnicy ceny zakupu przedmiotu umowy u innego dostawcy, jednak tylko w sytuacji, gdy różnica ta jest bezpośrednio wynikiem opóźnienia Wykonawcy i będzie uwzględniała okoliczności towarzyszące opóźnieniu. Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za okres opóźnienia, ale liczony do dnia rzeczywistej szkody spowodowanej opóźnieniem, nie przekraczający jednak daty zastępczego zakupu. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub opóźnienia terminu realizacji reklamacji przekraczającego 2 dni, Zamawiający, przed podjęciem decyzji o powierzeniu wykonania umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o zaistniałych opóźnieniach i wyznaczenia dodatkowego, rozsądnego terminu na wykonanie zobowiązań umownych. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest możliwe tylko po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zamiarze odstąpienia, przy czym takie odstąpienie może nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od daty pierwotnego terminu zakończenia umowy."?

#### **Odp. do pytania 31**

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w dodatku nr 6 do SWZ §6 ust. 4- treść po zmianie:

4. Niezależnie od innych zastrzeżonych kar umownych, jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca nie zrealizuje w terminie określonym w §2 ust.1 i ust.2, odmówi realizacji bieżącej dostawy lub nie dotrzyma terminu realizacji reklamacji, Zamawiający **uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych** w wysokości różnicy ceny zakupu przedmiotu umowy u innego dostawcy, zachowując również prawo do naliczenia kar umownych za okres **zwłoki** liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub opóźnienia terminu realizacji reklamacji przekraczającego co najmniej 2 dni, Zamawiający według swego wyboru uprawniony jest również do powierzenia wykonania niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby wzywania Wykonawcy do wykonania umowy bądź też do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dalszego terminu celem wykonania umowy. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni po upływie terminu końcowego na jaki niniejsza umowa została zawarta.

### **Pytanie 32**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService?  
Uzasadnienie: Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

#### **Odp. do pytania 32**

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy **wprowadza zmianę** w dodatku nr 6 do SWZ, umowa najmu poprzez dodanie w §2 ust. 17 o treści:

„Usługi serwisowe w zakresie przedmiotu najmu mogą być prowadzone z wykorzystaniem zdalnego dostępu pod warunkiem pisemnego uzgodnienia przez Strony na etapie instalacji analizatora warunków gwarantujących bezpieczeństwo wymiany danych i minimalizujących powstawanie podatności na cyberataki.”

### **Pytanie 33**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 2 a)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu w zakresie pakietów 2 i 7 do 21 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Aktualna sytuacja na rynku oraz skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

#### **Odp. do pytania 33**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 34**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 7**

Prosimy o ujednoczenie zapisów z zapisami w SWZ tj zmianę na „Czas reakcji serwisu do 24 godzin (w dni robocze)....”

#### **Odp. do pytania 34**

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 **wprowadza zmianę** w dodatku nr 6 do SWZ- umowa najmu §2 ust. 7- treść po zmianie:

„Czas reakcji serwisu do 24 godzin (w dni robocze) od daty zgłoszenia awarii (telefonicznie, poczta elektroniczna, helpdesk), rozumiany jako zebranie informacji, wstępne zdiagnozowanie awarii, ewentualny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego. „

### **Pytanie 35**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust.7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na 48 godziny w dni robocze?

#### **Odp. do pytania 35**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 36**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 8**

Prosimy o modyfikację zgodnie z pytaniem nr 2.

#### **Odp. do pytania 36**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 37**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku awarii i niemożności jej usunięcia przez inżyniera serwisowego w ciągu 48 godzin w dni robocze, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie kolejnych 3 dni roboczych dostarczyć aparat zastępczy, identyczny z posiadanym lub pokryć koszty różnice kosztów badań zleconych podwykonawcom.”

#### **Odp. do pytania 37**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający prowadzi całodobową hospitalizację, a diagnostyka jest podstawowym działaniem umożliwiającym diagnozowanie i leczenie.

### **Pytanie 38**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 11**

Prosimy o modyfikację zgodnie z pytaniem nr 3.

#### **Odp. do pytania 38**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 39**

#### **Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1 lit. a)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wskazanej w załączniku nr 1 do umowy dostawy dla pakietu, którego uchybienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku uchybień terminów określonych w §2 ust. 2, 10, 14?

**Odp. do pytania 39**

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 **wprowadza zmianę** w dodatku nr 6 do SWZ- umowa najmu §5 ust. 1 lit. a) - treść po zmianie:

„§2 ust. 2, 11, 15 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości brutto wskazanej w załączniku nr 1 do umowy dostawy dla pakietu, którego uchybienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

**Pytanie 40**

**Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1 lit. b)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na karę umowną w wysokości 0,025% wartości brutto wskazanej w załączniku nr 1 do umowy dostawy dla pakietu, którego uchybienie dotyczy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, w przypadku uchybień terminów określonych w §2 ust. 6, 7, 8?

**Odp. do pytania 40**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 41**

**Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1 lit. c)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na karę umowną w wysokości 25,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku uchybień terminów określonych w §2 ust. 3?

**Odp. do pytania 41**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 42**

**Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1 lit. d)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku uchybień terminów określonych w §2 ust. 5?

**Odp. do pytania 42**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 43**

**Projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia waloryzacji opłaty dzierżawnej w świetle braku stosownych postanowień w obecnej umowie?"

**Odp. do pytania 43**

Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 6 do SWZ §10 ust. 2 umowy dostawy zawarty jest zapis:

„W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, **wyliczanego na podstawie cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy**, w wyniku zmian kosztów związanych z realizacją Umowy, Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia na zasadach opisanych w poniższych ustępach, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.”

Oplata za wynajęcie analizatorów jest zawarta w załączniku nr 1 do umowy (dodatek nr 2 do SWZ). W związku z powyższym jest objęta waloryzacją.

**Pytanie 44**

**pakiet 2, pkt. 9**

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w rotor odczynnikowy chłodzony w zakresie 5 – 8°C?

**Odp. do pytania 44**

**Dopuszcza się** złożenie oferty w pakiecie 2 na analizator z rotorem odczynnikowym chłodzonym w innym niż wskazany zakresie temperatur pod warunkiem, że zakres tych temperatur jest zgodny z wymaganiami producenta odczynników.

**Pytanie 45**

**pakiet 2, pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez chłodzonego rotora na materiały kontrolne i kalibratory? Kalibratory i kontrole powinny być przechowywane na pokładzie analizatora w ten sam sposób, co próbki pacjentów.

**Odp. do pytania 45**



Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 46**

**pakiet 2 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści CRP w zakresie pomiarowym do 1.9 – 150 mg/l?

**Odp. do pytania 46**

Zamawiający wyjaśnia, że test „Białko C-reaktywne, ultraczule” winien wykrywać poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l do co najmniej 300mg/l.

**Pytanie 47**

**pakiet 2 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści CRP w zakresie pomiarowym do 0.35 – 15 mg/l?

**Odp. do pytania 47**

Zamawiający wyjaśnia, że test „Białko C-reaktywne, ultraczule” winien wykrywać poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l do co najmniej 300mg/l.

**Pytanie 48**

**pakiet 2 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści CRP w zakresie pomiarowym do 1.3 – 300 mg/l?

**Odp. do pytania 48**

Zamawiający wyjaśnia, że test „Białko C-reaktywne, ultraczule” winien wykrywać poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l do co najmniej 300mg/l.

**Pytanie 49**

**pakiet 2, poz.14**

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza żadnego z wymienionych CRP w pytaniu 3, 4, 5 bądź nie doprecyzowuje zakresu pomiarowego, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „ultraczule” w odniesieniu do CRP.

**Odp. do pytania 49**

Zamawiający wyjaśnia, że test „Białko C-reaktywne, ultraczule” winien wykrywać poziom tego białka dla wartości od co najmniej 0,5mg/l do co najmniej 300mg/l.

**Pytanie 50**

**pakiet 7, pkt.7**

Czy Zamawiający dopuści analizator z pokładem odczynnikowym zamiast rotora i chłodzeniem w temperaturze 2-8°C?

**Odp. do pytania 50**

Zamawiający **dopuszcza** złożenie oferty w pakiecie 7 na analizator, który zamiast rotora odczynnikowego posiada pokład odczynnikowy z chłodzeniem w zakresie temperatur zgodnych z wymaganiami producenta odczynników.

**Pytanie 51**

**pakiet 7, pkt.9**

Czy Zamawiający dopuści dwa odczynniki, które wymagają obróbki wstępnej przed wstawieniem na pokład analizatora?

**Odp. do pytania 51**

W związku z nieprecyzyjnym pytaniem Zamawiający nie wprowadza zmiany.

**Pytanie 52**

**pakiet 7, pkt.10**

Czy Zamawiający dopuści automatyczne rozcieńczenie dla części odczynników i manualne dla pozostałych?

**Odp. do pytania 52**

W związku z nieprecyzyjnym pytaniem Zamawiający nie wprowadza zmiany.

**Pytanie 53**

**pakiet 7, pkt.14**

Z racji tego, że stanowisko ekspertów opracowane we Wspólnej Grupie Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology), American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) i World Heart Federation (WHF) ds. Uniwersalnej Definicji Zawału Serca, wskazuje na zastosowanie metod o wysokiej czułości oznaczania troponiny w celu wykluczania ostrego uszkodzenia mięśnia

sercowego w ciągu 1—2 godzin od początkowej oceny stężenia troponiny nie podając żadnego konkretnego producenta odczynnika ani nie wskazuje żadnego konkretnego algorytmu, wnosimy o wykreślenie słów „algorytm zwalidowany dla oferowanego testu”.

**Odp. do pytania 53**

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

**Pytanie 54**

**Projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odp. do pytania 54**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 34.2 SWZ zawarte są zapisy dotyczące ww. zakresu

**Pytanie 55**

**SWZ pkt 6.10 Warunki wpięcia analizatorów ppkt 6.10.6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów dotyczących serwisu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 6 do SWZ, umowa najmu stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy dostawy, §3 ust. 8 i 9.

**Odp. do pytania 55**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 56**

**Pakiet nr 6 pkt 1:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w obu analizatorach mają być stosowane jednakowe odczynniki, z wyjątkiem odczynników stosowanych do pomiaru RET wymaganych w analizatorze głównym.

**Odp. do pytania 56**

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 6 wymaga złożenia oferty obejmującej wynajęcie dwóch analizatorów pracujących na jednakowych odczynnikach. Jeżeli drugi analizator (backup) będzie także posiadał możliwość oznaczania RET, odczynniki winny być takie same jak w analizatorze głównym.

**Pytanie 57**

**Pakiet nr 6, pkt 4:**

Czy Zamawiający wymaga, aby różnicowanie WBC odbywało się przy wykorzystaniu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej na obu analizatorach?

**Odp. do pytania 57**

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie zastosowanego rodzaju cytometrii przepływowej w analizatorze.

**Pytanie 58**

**Pakiet nr 6, pkt 5:**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby oferowane analizatory posiadały możliwość monitorowania niedokrwistości z oceną odsetka mikrocytów i makrocytów, jako parametrów diagnostycznych, posiadających zakresy referencyjne i przesyłanych do systemu LIS?

**Odp. do pytania 58**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

**Pytanie 59**

**Pakiet nr 6, pkt 7:**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania analizatora głównego z podajnikiem na 20 próbek, wyposażonego w wygodne 10-miejscowe statywy i port manualny umożliwiający podanie próbki oraz analizatora pomocniczego z możliwością ręcznego podstawiania próbki.

**Odp. do pytania 59**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia oferty w pakiecie 6 na analizator z podajnikiem na 20 próbek.

**Pytanie 60**

**Pakiet nr 6, pkt 8:**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby aspirowana objętość próbki dla obydwu analizatorów nie przekraczała 30µl krwi pełnej, z uwagi na istniejące w szpitalu oddziały ginekologiczne/neonatologiczne i wynikającej z tego potrzeby analizowania próbek pediatrycznych?

**Odp. do pytania 60**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

**Pytanie 61**

**Pakiet nr 6, pkt 11:**

Prosimy o doprecyzowanie, iż w punkcie tym Zamawiający miał na myśli oprogramowanie wbudowane w analizator hematologiczny, które zarządza odczynnikami i w sposób graficzny pokazuje status ich wykorzystania oraz termin przydatności.

**Odp. do pytania 61**

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie sposobu realizacji wymagania automatycznego monitorowania odczynników, co najmniej w zakresie ilości zużytej lub pozostałej do wykorzystania oraz terminu przydatności. Funkcjonalność ta może być realizowana przez analizator lub przez zestaw komputerowy dostarczony z analizatorem.

**Pytanie 62**

**Pakiet nr 6, pkt 17:**

Czy Zamawiający wymaga jednego rodzaju materiału kontrolnego (trzy poziomy) uwzględniającego również parametry retikulocytarne? Dodatkowo czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiału kontrolnego, którego termin ważności jest zgodny z terminem ważności na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy?

**Odp. do pytania 62**

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 6 materiały kontrolne winny obejmować także parametry retikulocytarne. W pozostałym zakresie odpowiedź jak do pytania 65.

**Pytanie 63**

**Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowo, aby instrukcja obsługi była wbudowana w oprogramowanie analizatorów z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetleń działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatorów?

**Odp. do pytania 63**

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

**Pytanie 64**

**Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 4:**

Czy Zamawiający dopuści przesłanie metodyki wykonywania badań w ślad za podpisaną umową z biura Wykonawcy? Uprzejmie prosimy również o wyrażenie zgody na przesłanie w ślad za podpisaną umową z biura Wykonawcy dokumentów dopuszczających oferowane analizatory do obrotu zgodnie z §2 ust. 3 lit. c) umowy najmu.

**Odp. do pytania 64**

Zamawiający wyjaśnia, że nie precyzuje szczegółowo, jaka winna być forma dostarczenia/udostępnienia wymaganych dokumentów. Istotne jest, aby Zamawiający otrzymał wymagane dokumenty we wskazanym terminie. Czy narzędziem wykorzystanym do realizacji tego obowiązku będzie „gołąb pocztowy” wysłany z biura Wykonawcy, przesyłka kurierska, czy sieć internetowa - nie ma to znaczenia dla osiągnięcia celu.

**Pytanie 65**

**Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść:

*„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.*

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości

uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

#### **Odp. do pytania 65**

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 **wprowadza zmianę** w dodatku nr 6 do SWZ- umowa dostawy §2 ust. 8 - treść po zmianie:

„Wykonawca gwarantuje, że dostarczany asortyment objęty będzie minimum 6 miesięcznym terminem ważności/sterylizacji licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego, *(jeśli dotyczy – z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin na opakowani wynosi do 2 miesięcy, a dostawy wynikają z harmonogramu dostaw ustalonego przez Wykonawcę)* oraz posiada wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z jego klasyfikacją.”

#### **Pytanie 66**

##### **Projektowane postanowienia umowy §4 ust. 4:**

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

*„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.*

Upierzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Rozdziale 6 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 6.7.

#### **Odp. do pytania 66**

Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne niedoszacowanie przez Wykonawcę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych dotyczy wyłącznie wskazanego zakresu i ilości badań.

Biorąc pod uwagę proponowane w pozostałych pytaniach sugestie Wykonawców w zakresie oszczędnego wyliczenia ilości niezbędnych materiałów do wykonania wskazanego zakresu badań na potrzeby obliczenia ceny oferty, powodujemy Państwo, że takie przyjęte zapisy są niezbędne.

Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 **wprowadza zmianę** w dodatku nr 6 do SWZ- umowa dostawy §4 ust. 4 i pkt. 6.7 SWZ - treść po zmianie:

„W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych/zużywalnych, umożliwiających wykonanie szacowanej ilości badań wskazanych w dodatku nr 2 do SWZ/zalączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć je na koszt własny, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany realizacją badań przekraczających ilość wskazaną w dodatku nr 2 do SWZ/zalączniku nr 1 do umowy bądź wykonywaniem analiz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów i dostarczonymi metodykami.”

#### **Pytanie 67**

##### **Projektowane postanowienia umowy §6 ust. 4:**

Prosimy zastąpienie słowa: „*opóźnienia*” na „*zwłoki*”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

#### **Odp. do pytania 67**

Zamawiający wprowadził zmianę w odpowiedzi na pytanie 31.

#### **Pytanie 68**

##### **Projektowane postanowienia umowy §9 ust. 4:**

Upierzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „*od daty zawarcia umowy*” zwrotem „*od daty wystąpienia przesłanek uzasadniających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. p) i q)*”.

Wykonawca wskazuje, iż w okresie trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia liczba pracowników, którzy biorą udział w realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty.

#### **Odp. do pytania 68**

Zamawiający wyjaśnia, wymaganie wskazane w §9 ust. 4 projektowanych postanowień umowy jest stanowić będzie punkt odniesienia (dane bazowe), które miały wpływ na wycenę oferty. Jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o którym mowa w ust. 2 pkt. p) i q) Zamawiający będzie porównywał dane bazowe z danymi przedstawionymi w ramach złożonego wniosku.

**Pytanie 69**

**Projektowane postanowienia umowy, Umowa najmu §1 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wdzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

*„Obowiązek ubezpieczenia wdzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wdzierżawiającego (Wykonawcy)”.*

**Odp. do pytania 69**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany, ponieważ dane te są niezbędne w celach księgowych.

**Pytanie 70**

**Projektowane postanowienia umowy, Umowa najmu §2 ust. 6:**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie:

*„Możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z inżynierem serwisu w dni robocze, w godzinach 8.00 – 17.00. W weekendy, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy dostępny jest dyżur telefoniczny w godzinach 9.00 – 14.00”.*

Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi.

**Odp. do pytania 70**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Zamawiający prowadzi całodobową hospitalizację, także w dni wolne od pracy i święta, a diagnostyka jest podstawowym działaniem umożliwiającym diagnozowanie i leczenie.

**Pytanie 71**

**Projektowane postanowienia umowy, Umowa najmu §2 ust. 7:**

Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Rozdziałem 6 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 6.10 Warunki wpięcia analizatorów ppkt 6.10.4 i dodanie wyrażenia „w dni robocze”.

**Odp. do pytania 71**

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w ww. zakresie, w pytaniu 34.

**Pytanie 72**

**Projektowane postanowienia umowy, Umowa najmu §5 ust. 1 lit. b):**

Prosimy o zastąpienie wyrażenia „za każdą rozpoczętą godzinę” zwrotem „za każdy rozpoczęty dzień”.

Zastrzeżenie kary naliczanej za każdą godzinę uchybienia ma charakter zawyżony, np. w przypadku drobnego naruszenia nie skutkującego żadną szkodą dla Zamawiającego.

**Odp. do pytania 72**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 73**

**Pakiet 8**

Prosimy o wyłączenie pozycji 1, 2 z pakietu 8 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w pakiecie 8 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, a nie posiadającego testów aglutacyjnych?

**Odp. do pytania 73**

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

**Agnieszka Banaszek**

W trybie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 Ustawy wyjaśnienia i zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 24.05.2024 r.