

Warszawa, 25 lipca 2024 r.

BF-2.262.17.2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek nr 1 :**

Proszę o udzielenie odpowiedzi do zadania VII – inkubator:

Czy wymagane obciążenie półek nie mniej niż 45 kg dotyczy jednej półki czy wszystkich półek czyli maksymalne obciążenie komory większe od 45 kg?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że wymagane obciążenie półek nie mniej niż 45 kg dotyczy wszystkich półek w inkubatorze.

**Wniosek nr 2 :**

Czy inkubator należy wnieść do miejsca docelowego? Czy w budynku jest winda czy trzeba wnieść po schodach?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że inkubator należy wnieść do miejsca docelowego, wskazanego przez pracownika laboratorium zgodnie z zapisem SWZ. Nie będzie konieczności korzystania z windy lub schodów, siedziba laboratorium mieści się na parterze budynku.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji treści SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 07.08.2024 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **07.08.2024 r. godz. 11:15.**

Z poważaniem,  
Ewa Mrówka  
Dyrektor  
Departamentu Laboratoriów  
*/podpisano elektronicznie/*