



Poznań, dnia 2025-03-28

EZ/24/2025/...

2.50

Wg rozdzielnika:

do uczestników i zainteresowanych postępowanie o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego 24/2025 zakup materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela odpowiedzi:

Pakiet 2

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy samoprzylepny chłonny opatrunek z silikonową warstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do rany, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii nośnej i zielonego wkładu chłonnego pomiędzy tymi dwiema warstwami. Do łączenia tych warstw jest wykorzystywana akrylowa warstwa samoprzylepna. Folia nośna jest przepuszczalna dla powietrza, ale wodoodporna, co pozwala pacjentowi brać prysznic. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Nad warstwą silikonową produkt posiada białą, hydrofilową włókninę (wiskoza i polipropylen). Wkład chłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan (superabsorbent polyacrylate, SAP) pozwalające na wchłanianie i zatrzymywanie wysięku i jest owinięty hydrofilową tkaniną celulozową, która ma rozprzodzać płyn. Pokryty jest hydrofobową zieloną włókniną polipropylenową, która wskazuje stronę nieprzylegającą do rany, opatrunek w rozmiarze 12,5cm x 12,5cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 2

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy samoprzylepny chłonny opatrunek z silikonową warstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do rany, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii nośnej i zielonego wkładu chłonnego pomiędzy tymi dwiema warstwami. Do łączenia tych warstw jest wykorzystywana akrylowa warstwa samoprzylepna. Folia nośna jest przepuszczalna dla powietrza, ale wodoodporna, co pozwala pacjentowi brać prysznic. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Nad warstwą silikonową produkt posiada białą, hydrofilową włókninę (wiskoza i polipropylen). Wkład chłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan (superabsorbent polyacrylate, SAP)

pozwalające na wchłanianie i zatrzymywanie wysięku i jest owinięty hydrofilową tkaniną celulozową, która ma rozprowadzać płyn. Pokryty jest hydrofobową zieloną włókniną polipropylenową, która wskazuje stronę nieprzylegającą do rany, opatrunek w rozmiarze 17,5cm x 17,5cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 2

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy samoprzylepny chłonny opatrunek z silikonową warstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do rany i zielonego wkładu chłonnego. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Nad warstwą silikonową produkt posiada białą, hydrofilową włókninę (wiskoza i polipropylen). Wkład chłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan (superabsorbent polyacrylate, SAP) pozwalające na wchłanianie i zatrzymywanie wysięku i jest owinięty hydrofilową tkaniną celulozową, która ma rozprowadzać płyn. Tylne części opatrunku wykonana jest z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, wskazującej stronę nieprzylegającą do rany. Jest ona hydrofobowa, ale przepuszczalna dla powietrza, co umożliwia wymianę gazową, opatrunek w rozmiarze 20cm x 25cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania system jednorazowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran o składzie:

- jednorazowa pompa do podciśnieniowej terapii ran bez konieczności używania kanistra, zasilany bateriami AA, działający 21 dni, wytwarzający podciśnienie o wartości max 120mmHg;
- 2 baterie alkaliczne typu AA;
- 2 sztuki zestawów opatrunkowych złożonych z następujących elementów:
 - 1 opatrunek w jednym z ośmiu dostępnych rozmiarów (10x20cm, 10x30cm, 10x40cm, 16x16cm, 16x21cm, 16x31cm, 21x21cm, 26x26cm)
 - 6 taśm mocujących umożliwiających pewne zamocowanie opatrunku
 - Przewód przedłużający?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2

Pozycja 5 – Prosimy o określenie na jaki rozmiar opatrunku Zamawiający wyrazi zgodę: 10x20cm, 10x30cm, 10x40cm, 16x16cm, 16x21cm, 16x31cm, 21x21cm, 26x26cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2

Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunki do podciśnieniowej terapii ran zbudowane z pięciu warstw:

1. warstwa folii stanowiąca barierę dla bakterii i umożliwia odparowanie wysięku,
2. warstwa chłonna zapewnia odseparowanie wysięku,
3. warstwa piankowa zapewnia odpowiedni rozkład podciśnienia w obrębie opatrunku,

4. warstwa dystansowa utrzymuje przepływ powietrza oraz umożliwia odprowadzanie z rany wysięku i zawartych w nim bakterii,

5. silikonowa warstwa przypną;

Opatrunki pakowane razem z sześcioma taśmami mocującymi ułatwiającymi pewne mocowanie opatrunku.

W rozmiarach odpowiednio:

6a – 16 x 21 cm

6b – 10 x 20 cm

6c – 10 x 30 cm

6d – 16 x 16 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran, o składzie:

1) sterylna pompa działająca 10 dni, wytwarzająca podciśnienie o wartości max 120mmHg

2) 2 baterie zasilające AA;

3) 2 opatrunki do terapii podciśnieniowej, zbudowane z czterech warstw:

1. warstwa folii stanowiąca barierę dla bakterii i umożliwia odparowanie wysięku,

2. warstwa chłonna zapewnia odseparowanie wysięku,

3. warstwa piankowa zapewnia odpowiedni rozkład podciśnienia w obrębie opatrunku,

4. warstwa dystansowa utrzymuje przepływ powietrza oraz umożliwia odprowadzanie z rany wysięku i zawartych w nim bakterii,

5. silikonowa warstwa przypną;

5) 6 taśm mocujących umożliwiających pewne zamocowanie opatrunku;

6) przewód przedłużający;

Opatrunki dostępne w rozmiarach:

10x20cm, 10x30cm, 10x40cm, 16x16cm, 16x21cm, 16x31cm, 21x21cm, 26x26cm.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga opatrunku ze wskaźnikiem wypełnienia opatrunku optymalizującego częstość zmiany (p. 3 opisu) oraz z silikonową perforowaną warstwą kontaktową.

Dodatkowo w opisanym produkcie brak wymaganego przez Zamawiającego w p. 7 przeźroczystego uchwytu do paska zwiększającego mobilność pacjenta i zapewniającego dyskrecję.

Ponadto Zamawiający nie rozumie p. 3)5. - silikonowa warstwa przypną;?

Zamawiający dopuszcza pompy w zakresie parametrów działania min. 7 dni oraz wytwarzające ciśnienie min. 80 mmHg (p. 1 opisu)

Pakiet 13

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw jednorazowego użytku do podciśnieniowej terapii leczenia ran, o składzie:

1) sterylna pompa działająca 21 dni, wytwarzająca podciśnienie o wartości max 120mmHg

2) 2 baterie zasilające AA;

3) 2 opatrunki do terapii podciśnieniowej, zbudowane z pięciu warstw:

1. warstwa folii stanowiąca barierę dla bakterii i umożliwia odparowanie wysięku,
2. warstwa chłonna zapewnia odseparowanie wysięku,
3. warstwa piankowa zapewnia odpowiedni rozkład podciśnienia w obrębie opatrunku,
4. warstwa dystansowa utrzymuje przepływ powietrza oraz umożliwia odprowadzanie z rany wysięku i zawartych w nim bakterii,
5. silikonowa warstwa przypną;
- 5) 6 taśm mocujących umożliwiających pewne zamocowanie opatrunku;
- 6) przewód przedłużający;

Opatrunki dostępne w rozmiarach:

10x20cm, 10x30cm, 10x40cm, 16x16cm, 16x21cm, 16x31cm, 21x21cm, 26x26cm.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga opatrunku ze wskaźnikiem wypełnienia opatrunku optymalizującego częstość zmiany (p. 3 opisu) oraz z silikonową perforowaną warstwą kontaktową. Dodatkowo w opisanym produkcie brak wymaganego przez Zamawiającego w p. 7 przeźroczystego uchwytu do paska zwiększającego mobilność pacjenta i zapewniającego dyskrecję.

Ponadto Zamawiający nie rozumie p. 3)5. - silikonowa warstwa przypną;?

Zamawiający dopuszcza pompy w zakresie parametrów działania min. 7 dni oraz wytwarzające ciśnienie min. 80 mmHg (p. 1 opisu)

Pakiet 20

Pozycje 1-3, 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran, w którego składzie samoprzylepna podkładka z portem połączona jest z drenem wykonanym z miękkiego polichlorku winylu (PWC) – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20

Pozycje 4-5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowe zbiorniki na wydzielinę połączony z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego polichlorku winylu (PWC) – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaskę o rozciągliwości 120% - pozostałe parametry zgodnie z wymogami SWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 22

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę jałową operacyjną, z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej, z nitką RTG przymocowaną na stałe o wymiarach 45 x 45 cm, masa powierzchniowa $\geq 23\text{g/m}^2$, op. 2 sztuki, zapakowane w opakowanie typu papier-folia z jedną etykietą samoprzylepną zawierającą identyfikację wyrobu?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwety o wymiarach 30 x 30 cm.

Pakiet nr 22

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę jałową 45 x 45 cm gazowa 6 warstw, 20 nitkowa z nitką radiacyjną, op. 5 sztuk, pakowana w podwójną torebkę papierowo foliową?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwety 8 warstwowej , dopuści gazę 20 nitkową.

Pakiet nr 22

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę jałową 45 x 45 cm gazowa 6 warstw, 20 nitkowa z nitką radiacyjną, op. 2 sztuk, pakowana w podwójną torebkę papierowo foliową?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwety 10 warstwowej , o wymiarach 50 x 50 cm, dopuści gazę 20 nitkową.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider

Paulina Giermek
mgr inż.