

Poznań 17 listopada 2023

Wyjaśnienia treści swz:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych. Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 29/23.

**Zamawiający:**

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Solna 21, 61-736 Poznań

Dotyczy: „Dostawa produktów jednorazowego użytku.”

Znak Sprawy: **29/23**

**Pakiet 1, poz. 2-4**

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki antyzwrotnej.

Odp. Tak

**Pakiet 1, poz. 7-10**

Proszę o dopuszczenie strzykawek których cylinder wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu.

Odp. Tak

**Pakiet 1, poz. 11-16**

Proszę o dopuszczenie igieł kodowanych kolorystycznie na nasadkach oraz opakowaniach zbiorczych zamiast na opakowaniach jednostkowych.

Odp. Tak

**Pakiet 9, poz. 2**

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odp. Tak

2. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odp. Zamawiający oczekuje fartuchów chirurgicznych medycznych.

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy **w pakiecie 9. Poz. 2?**

Odp. Przez personel medycznych.

**Pakiet 9, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Tak

**Pakiet 9, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>.

Odp. Tak

**Pakiet 9, poz. 2, 4**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Nie

**Pakiet 9, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie fartuchów z jedną parą troków niezapakowaną w kartoniki.

Odp. Tak

**Pakiet 9, poz. 5**

Proszę o odstąpienie od wymogu kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarem. Oznaczeni rozmiaru znajduje się w widocznym miejscu na metce.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu kolorowej lamówki oraz nadruku.

**Postępowanie**

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych . Numer sprawy: 29/23.

**Pakiet nr 13 poz. 1**

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp. Tak rozmiar 112x25 mm. Bez znaczenia czy papier ma być gładki czy w kratkę.

**Pakiet nr 13 poz. 3**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego.

Odp. Tak dopuszcza.

**Pakiet nr 13 poz. 5**

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp. Bez znaczenia czy papier ma być gładki czy w kratkę.

**Pakiet 13 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie elektrody do defibrylatora Zoll typu DF59NC. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Posiadamy taki defibrylator i takich elektrod potrzebujemy.

**Pakiet 13 poz. 8**

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami- zatem czy Zamawiający oczekuje 6 szt ( 3 pary) czy też 6 par )?

Odp. Tak 6 szt ( 3 pary)

**dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:**

„Dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych.”

**Znak sprawy:** WSPL Zam. Publ. Nr 29/23

Szanowni Państwo,

Niniejszym jako zainteresowani postępowaniem o udzielenie Zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem:

1. Czy w **Pakiecie nr 2 w poz. 9** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odp. Tak

2. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 2 poz. 9** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie