



Słupsk, dnia 15.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa wyrobów medycznych - nr postępowania 40/PN/2024

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 21

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne o chłonności min. 1300 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część nr 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych o rozmiarze 55 x 40 mm, z podłużnym otworem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 x 40 mm, z nacięciem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy ok. 25,7 mm w kształcie 10-płatkowego kwiatka, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Część nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o średnicy 30 mm okrągłych, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Część nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera dla dzieci, kwadratowych z zaokrąglonymi rogami, o rozmiarze 36 x 39 mm, z podłużnym otworem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Część nr 9 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o średnicy 30 mm, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Część nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod kwadratowych o zaokrąglonych rogach o rozmiarze 36 mm x 40 mm z języczkiem ułatwiającym odklejanie, hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Część nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod owalnych o rozmiarze 36 mm x 42 mm z języczkiem ułatwiającym odklejanie, hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Część nr 9 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 35 x 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Część nr 9 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 45 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Część nr 9 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 30 mm x 44 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Projekt umowy – par. 1 ust. 2

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wyjaśnienie czy szkolenie wymienione w par. 1 ust. 2 dot. przedmiotu zamówienia z części nr 9.

Odp. Zamawiającego: Szkolenie jest wymagane w przypadku gdy wymaga tego producent danego przedmiotu zamówienia lub wynika to instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14:

Pytanie Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki renomowanej firmy Timesco pozwalając na zaoferowanie wysokiej klasy sprzętu medycznego wg poniższych opisów:

Jednorazowa łyżka Callisto Macintosh

- Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; metalowa
- Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację;
- Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwyty po użyciu; z zatrzaskiem kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki
- Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku;
- Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło;
- Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści;
- Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki;

MACINTOSH



KOD PRODUKTU	NAZWA
DS.3940.150.05	Callisto Macintosh rozmiar 0
DS.3940.150.10	Callisto Macintosh rozmiar 1
DS.3940.150.15	Callisto Macintosh rozmiar 2
DS.3940.150.20	Callisto Macintosh rozmiar 3
DS.3940.150.23	Callisto Macintosh rozmiar 3,5
DS.3940.150.25	Callisto Macintosh rozmiar 4
DS.3940.150.30	Callisto Macintosh rozmiar 5

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Pytanie Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowa łyżka Callisto Miller o poniższych parametrach:

- Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; metalowa
- Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację;
- Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwyty po użyciu; z zatrzaskiem kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki
- Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku;
- Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło;
- Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści;

- Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki;

MILLER



KOD PRODUKTU	NAZWA
DS.3940.185.02	Callisto Miller rozmiar 000
DS.3940.185.03	Callisto Miller rozmiar 00
DS.3940.185.05	Callisto Miller rozmiar 0
DS.3940.185.10	Callisto Miller rozmiar 1
DS.3940.185.15	Callisto Miller rozmiar 2
DS.3940.185.20	Callisto Miller rozmiar 3
DS.3940.185.25	Callisto Miller rozmiar 4

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pytanie Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeści o poniższych parametrach:

Rękojeść laryngoskopu jednorazowego użytku. Metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami, zapewniają możliwość intubacji z wielką siłą.

Mocne, jasne źródło światła LED zapewnia doskonale oświetlenie ze średnią wydajnością 11 000 luksów w odległości 2 cm.

Rękojeść w zielonym standardzie ISO 7376, zapewniająca pełną kompatybilność z łyżkami w standardzie ISO 7376. Konstrukcja wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego.

Fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna, łatwa do szybkiego usunięcia do bezpiecznej utylizacji.

Wyraźny znak na podstawie uchwytu informujący o jednorazowym użytku. Wyraźne oznakowanie symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2), foliowe opakowanie. Na opakowaniu jednostkowym data ważności rękojeści min. 2 lata.

Rękojeść MINI 120 mm x 25 mm

Rękojeść MEDIUM 139 mm x 33 mm

Rękojeść COMPACT 120 mm x 29 mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pytanie Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżki plastikowe o poniższych parametrach:

MACINTOSH:

- Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; plastikowa
- Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację;

- Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwyty po użyciu; z zatrzaskiem kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki
- Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu plastiku, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku;
- Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło;
- Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści;
- Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki;

Produkt, Kod, Opis

2965.150.15NS Freeway Macintosh Size 2 116mm x 22mm

2965.150.20NS Freeway Macintosh Size 3 134mm x 19mm

2965.150.25NS Freeway Macintosh Size 4 155mm x 20mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Pytanie Pakietu nr 2 poz. 5

Callisto zestawy rękojeść + łyżka:



Czy Zamawiający dopuści zestawy laryngoskopów jednorazowego użytku zaprojektowany w celu zaferowania prawdziwie taniej alternatywy dla ostrzy i rękojeści wielokrotnego użytku o wyjątkowych specyfikacjach w celu zmniejszenia zakażeń krzyżowych, kosztów, konserwacji i kosztów przetwarzania. Marka Timesco Callisto cieszy się zaufaniem i szacunkiem ze względu na wysoki poziom wydajności klinicznej. Zestawy Callisto Blade & Compact Preloaded Handle Sets zapewniają gotowy do użycia system zwiększający wydajność i wygodę. Jednorazowa kompaktowa rękojeść laryngoskopu Timesco Callisto oferuje doskonałe oświetlenie i wyjątkową wytrzymałość. Jednorazowe łopatki Timesco Callisto są dostępne w szerokiej gamie, w tym specjalistycznych łopatek, wszystkie z wyjątkowymi specyfikacjami, w tym; sztywną metalową szpatułką, bezpiecznym mocowaniem i bezdotykowym haczykiem, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego.

DS.3950.952.05	Callisto Macintosh Blade Size 0 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.10	Callisto Macintosh Blade Size 1 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.15	Callisto Macintosh Blade Size 2 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.20	Callisto Macintosh Blade Size 3 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.23	Callisto Macintosh Blade Size 3.5 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.25	Callisto Macintosh Blade Size 4 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.27	Callisto Macintosh Blade Size 5 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.28	Callisto Miller Blade Size 00 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.30	Callisto Miller Blade Size 0 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.35	Callisto Miller Blade Size 1 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.40	Callisto Miller Blade Size 2 & Callisto Preloaded Compact Handle Set
DS.3950.952.45	Callisto Miller Blade Size 3 & Callisto Preloaded Compact Handle Set

Timesco Callisto Preloaded Compact Handle oferuje:

Laryngoskopy jednorazowe (łyżka i rękojeść stanowi całość). Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz ze źródłem światła.

Mocna, jasna żarówka LED zapewniającą doskonałe oświetlenie o średniej minimalnej mocy wyjściowej 11 000 luksów przy pomiarze w odległości 2 cm od żarówki. Konstrukcja z tworzywa sztucznego o niskiej objętości zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych i koszty utylizacji. Wyraźne oznaczenie jednorazowego użytku na podstawie uchwytu, uchwyt z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, Data ważności baterii jest wyraźnie oznaczona z tyłu uchwytu. Wstępnie załadowane alkaliczne baterie guzikowe, które można szybko i łatwo wyjąć w celu bezpiecznej utylizacji baterii. Zielone mocowanie ISO 7376 kompatybilne z zielonymi łopatkami laryngoskopu. Metalowy hak zapewnia wyjątkową wytrzymałość rękojeści jednorazowego użytku.

Dopuszczenie powyższych parametrów zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. zał. wzór Umowy Depozytu)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 - 5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej a niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako

zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieutworzonego banku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie systemu do szycia łąkotki AIR+ typu ALL-INSIDE, zbudowany z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0. Urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygiętą do góry pod kątem 15 stopni i w dół pod kątem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowany sterylnie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Czy w części nr 11 w pozycji nr 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatora o powierzchni 2,2m² – pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 7 pkt. 2 i 3 do 0,1% ? Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w § 8: „ Nie wyłączać ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także:

1) w kontekście parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych asortymentu objętego przedmiotem umowy w następujących sytuacjach:

a) gdy powstała możliwość dostarczenia Zamawiającemu asortymentu o atrakcyjniejszych właściwościach, a przede wszystkim opartego na nowocześniejszych i korzystniejszych rozwiązaniach technologicznych i jakościowych, z zastrzeżeniem, iż zamienny asortyment spełnia warunki techniczne określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w dokumentach zamówienia. W takim przypadku Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu asortyment zamienny na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w sytuacji konieczności dostosowania asortymentu objętego przedmiotem umowy do aktualnych na dzień zmiany umowy rozwiązań technicznych i jakościowych ze względu na zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w takim przypadku zmiana będzie polegała na dostosowaniu zakupywanego asortymentu do wymagań przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

c) w sytuacji wstrzymania, wycofania lub zakończenia produkcji danego asortymentu objętego przedmiotem umowy – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie zakupywanego asortymentu na asortyment, który będzie spełniał wymagania Zamawiającego, opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w dokumentach zamówienia. Zmiana ta nie może spowodować pogorszenia parametrów technicznych asortymentu zakupywanego przez Zamawiającego, to jest Wykonawca dostarczy asortyment o tożsamy parametrach lub lepszych. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających możliwość dokonania zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie, w szczególności poprzez pisemne oświadczenie producenta;

d) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

2) w kontekście zmiany cen jednostkowych asortymentu w przypadku wprowadzonej przez producenta zmiany numeru katalogowego produktu lub wielkości opakowania lub sposobu konfekcjonowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej (zarówno jej zwiększenie jak i zmniejszenie) objętej przedmiotem umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający preferuje podpisanie umowy w formie pisemnej.

Pytanie nr 27:

Część nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu: jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane ze stopu metalu (stal, aluminium), niski profil łyżki tożsamy jest z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z tworzywa sztucznego oraz ostionięte czarnym płaszczem z tworzywa sztucznego. Średnica światłowodu 5 mm. Dostępna w rozmiarach: Macintosh 1; 2; 3; 4; 5 oraz Miller 00; 0; 1; 2; 3; 4. Rozmiar zaznaczony na opakowaniu jednostkowym. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia. Opakowanie folia-folia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Część nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści etykietę i instrukcję użycia w języku angielskim?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Część nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu: jednorazowa łyżka światłowodowa, typ Miller rozmiary 00; 0; 1; 2; 3; 4 oraz Macintosh 0; 1; 2; 3; 4; 5. Nieodkształcająca się łyżka

wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieostronięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbolu nie do powtórnego użycia naniesione na łyżce, opakowanie folia-folia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Część nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 2 (długość 120 mm, wysokość 15 mm), 3 (długość 140 mm, wysokość 45 mm), 4 (długość 160 mm, wysokość 47 mm), szerokość łyżek 20-25 mm, długość od końca części akrylowej do końca łyżki 36-50 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Część nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści brak logo producenta bezpośrednio na łyżce?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32:

Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Część nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Część nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

Część nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

Część nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 36 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

Część nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Yankauer o długości 27 cm oraz średnicy CH21?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Część nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 235 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Część nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o średnicy 18CH?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Część nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy CH18, natomiast przy samym końcu o średnicy CH9?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Część nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 235 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Część nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o średnicy 18CH?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Część nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy CH18 lub CH24?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza o średnicy CH18.

Pytanie nr 44:

Część nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości 27 cm oraz średnicy CH21?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Część nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości 25 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Część nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do infuzji o długości min. 150 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:

dotyczy pakietu 25

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO₂ nie dopuszczone przez Farmakopeę brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48:

dotyczy pakietu 25

Czy wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopeę brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49:

Część 9 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 54mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 50:

Część 9 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą z wypustką o rozmiarze 51x49mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 51:

Część 9 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę noworodkową okrągłą o średnicy 30mm z żelcem stałym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 52:

Część 9 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczną okrągłą z wypustką z żelcem stałym o rozmiarach 36x31mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 53:

Część 9 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dzieci o średnicy 36mm z żelcem stałym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 54:

Część 9 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę noworodkową okrągłą z pianki lub włókniny z żelcem stałym do ekg spoczynkowego i monitoringu o średnicy 25mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 55:

Część 9 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczną okrągłą z pianki lub włókniny z wypustką do ekg spoczynkowego i monitoringu o rozmiarze 36x31?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 56:

Część 9 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczną prostokątną z pianki lub włókniny do ekg spoczynkowego i monitoringu o rozmiarze 36x28?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 57:

Część 9 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x50?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru i kształtu elektrody, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 58:

Część 10 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką o średnicy CH 21 o długości 260mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59:

Część 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z jedna z poniższych końcówek?

	miniatura krótka 12CH, zagięta	miniatura krótka 12CH, prosta	miniatura krótko 16CH, zagięta	miniatura krótka 16CH, prosta	miniatura długa 12CH, zagięta	miniatura długa 12CH, prosta
Typ						

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60:

Część 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH25 z rączką poniżej:



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61:

Część 10 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH30 oraz końcówka jak poniżej:



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62:

Część 10 pozycja 4-5 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yaunkauer CH21 o całkowitej 26cm kompatybilną z drenem z pozycji 6 pak. 15?



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

Część nr 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści stapler zawierający zszywki bez pokrycia teflonem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Część nr 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 65:

Część nr 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki w rozmiarze 7,2 x 4,9mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 66:

Część nr 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki w rozmiarze 5,9 x 3,9mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Część nr 21 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1326ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający w części 13 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Staplery do skóry wraz z zszywkami powlekanymi teflonem. Stapler zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Automatyczne podawanie zszywek. Zszywki powlekanymi teflonem. Zszywki o wysokim profilu i prostokątnym kształcie. Typ zszywki -szeroka, grzbiet 6,5mm, nóżka – 4,7mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

PAKIET NR 2. Pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO- 7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metalu (cynk, aluminium, magnez, miedź), niski profil łyżki tożsamy jest z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie pokryte są czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu 4,7 mm. Konstrukcja światłowodu zapewnia doskonałą transmisję skupionego światła. Dostępna w rozmiarach Macintosh 1; 2; 3; 3.5; 4; 5; Miller 00; 0; 1; 1.5; 2; 3; 4. Rozmiar wyraźnie kodowany na opakowaniu jednostkowym, etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j. polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu)...”

W ramach produktu o poniższych parametrach:

„Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo znane z wq producenta.

Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. :

#0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm

#1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm

#2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm

#3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm
#4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm
#5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm

Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.

Oraz

Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielony standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. łyżka w kształcie rynienki. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, płaska z zaokrągloną krawędzią. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz.

Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić o s w i a d c z e n i e m p r o d u c e n t a - z a ł ą c z y ć d o o f e r t y)

Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta.

Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.:

#00- morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm
#0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm
#1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm
#2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm
#3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm
#4 - g r a f i t o w y / d ł . 1 8 2 . 0 m m x s z e r . 1 7 . 0 m m

Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym oznaczony: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), nazwa i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.”



Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70:

PAKIET NR 2. Pozycja nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller Rozmiary 00, 0, 1,

2, 3, 4 i Macintosh 0; 1; 2; 3; 3,5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojęściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) lub równoważnym. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojęści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieostłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbolu „nie do powtórnego użycia” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu (pakowanie folia-folia),
W ramach produktu o poniższych parametrach:

„łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00; 0; 1; 2; 3; 4 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. łyżka wykonana z niemagnetycznego, stopu metalu, kompatybilna z rękojęściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Mocowanie w rękojęści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieostłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie na łyżce, w jej górnej części, następujących informacji: rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta.

Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr LOT, nr katalogowy. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojęściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód nieostłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojęści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojęści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. ”



Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71:

PAKIET NR 2. Pozycja nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na dopuszczenie w ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja) lub równoważnym. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO7376 lub równoważnym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła-dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia.,,

W ramach produktu o poniższych parametrach:

„Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja) lub równoważnym. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO7376 lub równoważnym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła-dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia.”



Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72:

PAKIET NR 2. Pozycja nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na dopuszczenie w ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„Łyżki światłowodowe (akryl/plastyk), jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste ,typu Macintosh o rozmiarach 2 (długość 114mm, wysokość 417mm), 3 (długość 133mm, wysokość 19mm) i 4 (długość 151mm, wysokość 20mm), szerokość łyżek 24-25mm, długość od końca łyżki części akrylowej do końca łyżki 28-29mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO7376-3 lub równoważnym), łyżki nie zawierające żadnych metalowych elementów - mogą być bezpiecznie stosowane w warunkach rezonansu magnetycznego (MRI), bezpośrednio na łyżce powinny znajdować się: znak CE, logo producenta, typ łyżki, rozmiar oraz znak informujący o braku możliwości ponownego użytku (produkt jednorazowego zastosowania), zapakowane pojedynczo folia- papier, w opakowaniu zbiorczym min. 40-50 sztuk, ważność min. 5 lat od daty produkcji, spełniające min. normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 7376:2009; BS EN ISO13485:2012; ISO15223-1:2012 lub równoważnym.,,

W ramach produktu o poniższych parametrach:

„Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh zaprojektowana do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego. Wykonana z odpornego na odkształcenia poliwęglanu, kompatybilna z dedykowanymi do rezonansu magnetycznego rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego z zielonym znacznikiem standardu ISO 7376 na bocznej krawędzi. Mocowanie w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących, wykonanych z niemagnetycznego metalu i plastikowym hakiem. łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią, siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta)

Na górnej krawędzi łyżki wyraźny symbol „MR” - Rezonans Magnetyczny oraz kod łyżki. Na bocznej krawędzi podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta.

łyżka testowana laboratoryjnie pod kątem bezpiecznego użycia w następujących warunkach rezonansu magnetycznego:

- statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli włącznie
- pole gradientu przestrzennego do 2250 Gausów/cm włącznie
- maksymalny uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) wynoszący 2,68 W/kg przez 15 minut skanowania (Potwierdzić oświadczeniem producenta lub instrukcją obsługi)

Rozmiary łyżek:

#1 (dł. 70.0 mm x szer. 10.0 mm)

#2 (dł. 90.0 mm x szer. 12.0 mm)

#3 (dł. 110.0 mm x szer. 15.0 mm)

#4 (dł. 133.0 mm x szer. 15.0 mm)

Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki oznaczone kolorami w zależności od rozmiaru. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym symbolem MR (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu. ”



Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73:

PAKIET NR 2. Pozycja nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na dopuszczenie w ramach równoważności ofert i zmianę parametru z:

„Laryngoskopy jednorazowe (łyżka i rękojeść stanowi całość). Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz ze źródłem światła.

- rękojeść wykonana z ABS i Poliamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie,
- łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym Ledowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Typ, rozmiar łyżki. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Rozmiar Maintoshc 2; 3; 4, Miller 00,0; 1; 2; 3; 4,

W ramach produktu o poniższych parametrach:

„Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg.

(Potwierdzić oświadczeniem producenta) Na

górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta.

Rozmiary zestawów:

0 (dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm) z rękojeścią pediatriczną

1 (dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm) z rękojeścią pediatriczną

#2 (dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm) z rękojeścią dla dorosłych

#3 (dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm) z rękojeścią dla dorosłych

#4 (dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm) z rękojeścią dla dorosłych

#5 (dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm) z rękojeścią dla dorosłych

Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu

w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe, w postaci łatwych do otwarcia saszetek oznaczonych kolorami w zależności od rozmiaru. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata.

Oraz

Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Miller z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer

katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta.

Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści :

#00 - morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna

#0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna

#1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna

#2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm) / rękojeść dorosły

#3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm / rękojeść dorosły

#4 - grafitowy / dł. 182.0 mm x szer. 17.0 mm / rękojeść dorosły

Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe.

Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania.. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR.

Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. ”

Bateria wyjęta dla lepszego zobrazowania

Battery removed for clarity



Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 74:

Dotyczy Części 17

Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na podłokietnik o wym. 35x80 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Dotyczy Części 17 Poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej osłony na sondę śródoperacyjną - zestaw o składzie zgodnym z opisem SWZ, jednakże o wym. 130x2440 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 76:

Dotyczy Części 17 Poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej osłony pozwalającej na wielokrotną wymianę optyki w rozmiarze 18x244 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 77:

Dotyczy Części 17 Poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej uniwersalnej osłony lampy operacyjnej, pakowanej pojedynczo, średnica otworu wlotowego 1,4 cm (14 mm), jasnoniebieska folia polietylenowa o grubości 41 µm, zewnętrzna średnica dysku z 16 nacięciami, wynosi 11,8 cm, grubość 1,8 mm; opakowanie zewnętrzne folia- papier 15,24x9,53 cm zawierające 2 naklejki transferowe. Sterylizacja tlenek etylenu. Wyrób medyczny zgodny z normą PN EN 13795:2019.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 78:

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą część oddzielnie w zakresie części nr 11?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiający w części nr 11 pozycji 1 dopuści dializatory z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia 1,8 m²?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80:

Czy Zamawiający w części nr 11 pozycji 2 dopuści dializatory z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81:

Czy Zamawiający w części nr 11 pozycji 3 dopuści dializatory z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 2,2 m², pozostałe wymagania zgodne z SWZ? Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednego wykonawcę, dlatego zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przygotowanie konkurencyjnej oferty oraz zaferowanie wysokiej jakości dializatorów stosowanych w Prywatnych Stacjach Dializ oraz Szpitalach Państwowych w kraju.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 82:

Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na łyżkę laryngoskopową ze światłowodem odsoniętym na długości, ale osłoniętym od strony użytkownika, aby go nie oślepić?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83:

Pakiet 2 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tych dwóch pozycji z pakietu? Ich ilość jest nieznaczną w stosunku do pozostałych, a spełniają dokładnie tę samą funkcję.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 84:

Pakiet 9 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie Elektrody do prób wysiłkowych, Holter, ergonomiczne, owalne, o rozmiarze 57x34 mm z podłożem piankowym i stałym żelom, ze stykiem Ag/AgCl

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85:

Pakiet 9 poz. 1 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający pisząc elektrody do prób wysiłkowych oczekuje elektrod, które nie będą potrzebowały wymiany w ciągu dnia i całkowitej powierzchni 1522 mm² z powierzchnią żelom 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 18N.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 86:

Pakiet 9 poz. 2 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający pisząc Elektroda EKG dla noworodków z hydrożelom oczekuje całkowitej powierzchni 565 mm², powierzchni żelom 201 mm², grubości 1mm, odporność na odrywanie 2.5N.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 87:

Pakiet 9 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie Elektroda EKG, Holter, monitoring dla dzieci z hydrożelom, o rozmiarach \varnothing 35mm x 43mm do długotrwałego użytku, złącze zatrzaskowe.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 88:

Pakiet 9 poz. 3 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający pisząc Elektroda do EKG dla dzieci z hydrożelom oczekuje elektrod o całkowitej powierzchni 1182 mm², powierzchni żelom 254 mm², grubości 1mm i odporność na odrywanie 4N.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 89:

Pakiet 9 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie Elektroda żelowa do krótkotrwałego lub doraźnego użytku, pokryta bardzo mocnym łagodnym dla skóry klejem, żel, podłoże piankowe wodoodporne i zmywalne, najwyższej jakości sensory Ag/AgCl, rozmiar 57 x 34 mm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 90:

Pakiet 9 poz.4 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający pisząc Elektroda żelowa do krótkotrwałego lub doraźnego użytku, pokryta bardzo mocnym łagodnym dla skóry klejem oczekuje całkowitej powierzchni 1522 mm², powierzchni żelom 254 mm², grubości 1mm, odporność na odrywanie 5N.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 91:

Pakiet 12

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 12, pozycja 1: Dostęp do platformy e-learningowej - jako forma doszkalania personelu, dająca możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności na czas trwania umowy przetargowej z zakresu: Aktywowania i użytkowania tępej igły i tępej igły z filtrem. Sesje szkoleniowe z filmami instruktażowymi / lektor polski. Moduł zakończony testem i wydaniem certyfikatu.

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 12, pozycja 2: Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętnicznych wprowadzany po igle, 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny- (poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF) i optyczny-(czarne paski/znaczniki w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 3/4" (20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. Sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie 25 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92:

Pakiet 14 Czy Zamawiający w pakiecie 14 wymaga: zestaw infuzyjny grawitacyjny, biały, z filtrem 0,2 mikrona na linii, filtr o niskich właściwościach wiązania białek, wykonany z polieterosulfonu. Dren o średnicy wew/zew = 3mm/4mm, wykonany z PTE (elastomer termoplastyczny). Długość drenu 167mm, zestawu 175 mm. Objętość wypełnienia zestawu 20ml, nie zawiera: PVC, DEHP, latex BishenolA. Okres ważności 3 lata od daty produkcji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93:

Pytanie do wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu jak poniżej:

1. Odbiór, ilościowy i jakościowy dostarczonej partii przedmiotu zamówienia (zgodnej z zamówieniem Zamawiającego) będzie przeprowadzony przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela w Aptece Szpitala ze względu na niemożność przewidzenia daty dostawy oraz ograniczone zasoby do wypełnienia tego zapisu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 94:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w zakresie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych na następujący:

łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 95:

Część 10 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach: zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz pakowanego osobno drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96:

Część 10 Poz. 5. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach: Zestaw do odsysania pola operacyjnego zawierający końcówkę typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 28CH, posiadająca 4 otwory odbarczające, przezroczysta oraz pakowanego osobno drenu, sterylny, śr. wew 7 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączkami

żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97:

Pakiet 20 Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze 12-24 Ch z balonem 10 ml dla 12-14 Ch oraz 15 ml dla pozostałych rozmiarów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 98:

Pakiet 20 Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o dł. 40 cm, z balonem 10 ml dla 12-14 Ch oraz 15 ml dla pozostałych rozmiarów, cewnik transparentny z 100% silikonu z kontrastującą linią RTG.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99:

Pakiet 20 Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z prostą otwartą końcówką, długość 40 cm, dostępne rozmiary 12-24 Ch, cewnik z balonem 10 ml dla 12-14 Ch oraz 15 ml dla pozostałych rozmiarów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100:

Pakiet 20 Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o długości 200 mm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101:

Pakiet 20 Poz.5. Prosimy o dopuszczenie przewodnicy ze stali nierdzewnej z prostą końcówką elastyczną 6 cm, długość 90 cm, średnica 0,035", dostarczany w dyspenserze ułatwiającym aplikację jedną ręką.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102:

Pakiet 20 Poz.6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy typu J, miękkiej na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części, średnica 0.035", długość 85cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103:

Pakiet 20 Poz.7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy z hydrofilną końcówką na długości 5 cm, dostarczana w dyspenserze ułatwiającym aplikację jedną ręką.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104:

Pakiet 20 Poz.8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 42 cm, z balonem 50 ml lub 80 ml do wyboru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105:

Pakiet 20 Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał powłokę hydrofilową na powierzchni, ułatwiającą wprowadzanie i późniejsze usunięcie cewnika z cewki moczowej pacjenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106:

Pakiet 20 Poz. 9 oraz 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem dostosowanym do rozmiaru cewnika o długości 40cm, wykonany z silikonu 100%, zwiększający komfort pacjent, ze znacznikami RTG, dwa otwory powyżej i poniżej balonu, rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr, produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G oraz 22G, długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, przewodnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm, rozmiary cewnika: CH8/10/12.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107:

Pakiet 20 Poz.11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G, 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy typu J wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, długość całkowita 260 mm, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, nacięcia (poprzeczne rowkowania) dla bezpiecznego zamocowania, cewnik z usztywniającym mandrynem oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; przewodnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 70 cm; łącznik do podłączenia worka na mocz oraz kranik Luer Lock. Rozmiary cewnika CH8 i CH9.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 108:

Pakiet 20 Poz.13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o dł. 6 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109:

Pakiet 20 Poz.14. Prosimy o dopuszczenie długości 74 cm dla cewnika z zakończeniem Tiemann oraz 70 cm dla cewnika z zakończeniem prostym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego wysokochłonnego podkładu medycznego, niesterylnego, przeznaczonego do absorpcji płynów ustrojowych, trójwarstwowy, z nieprzepuszczalną, antypoślizgową warstwą spodnią wykonaną z polipropylenu, z miękką warstwą wierzchnią z włókniny, środkowa warstwa chłonna wykonana z włókien celulozowych. Rdzeń chłonny z marginesami uszczelniającymi z każdej strony, zabezpieczającymi przed wyciekaniem płynów. Rozmiar: 60 cm x 91 cm ± 2 cm. Minimalna średnia chłonność wynosi 850 ml zgodnie z ISO 11948-1. Pakowane po 150 szt. (6 x 25 szt.). Zgodne z normą EN ISO 13485.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o chłonności min.1000gr od strony pacjenta. Pozostałe parametry SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112:

Pakiet 14 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do infuzji (do podaży cytostatyków z grupy TAXOLI) z filtrem 0,2 mikrona w linii. Dren wykonany z poliuretanu (bez zawartości PCV), o długości 142 cm, na końcu drenu zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą sterylne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Przyrząd posiada kolec z odpowietrznikiem zabezpieczony klapką. Objętość wypełnienia zestawu 11,5ml. Dren bez zawartości DEHP.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113:

Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający, jako produkt równorzędny dopuści igłę do blokad obwodowych z wykorzystaniem USG:

- powierzchnia igły izolowana na całej długości, odstąpiona tylko końcówka stymulująca/szlif z końcem Quincke lub równoważnym – 30°, z ulepszoną wizualizacją na pierwszych 2 cm
 - elastyczny cewnik do podawania leku zakończony Luer-Lock,
 - kabel do stymulacji kompatybilny ze stymulatorem nerwów, ergonomicznie umiejscowiony na stałe z tyłu uchwytu, równoległe do drenu,
 - podziałka,
 - sterylna,
 - jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo,
- w rozmiarze 20G x 100 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114:

Pakiet 6 Czy Zamawiający wymaga, aby igły dla zachowania jak najbardziej czytelnej i jednoznacznej sygnalizacji echogenicznej posiadały co najmniej 2 wyraźne odcinki o różnych długościach dla rozróżnienia końcówki igły od jej trzonu - znaczniki na odcinkach posiadające min. 12 powierzchni/ kątów odbicia na całym obwodzie igły?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115:

Pakiet 6 Czy Zamawiający wymaga, aby przewód elektryczny łączący igłę ze stymulatorem był zintegrowany z uchwytem? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowemu rozłączeniu w trakcie wykonywania procedur blokad nerwów obwodowych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak