

Wrocław, dnia 15.04.2025r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala, fartuchów, koszul szpitalnych, obuwia roboczego, materaców na łóżka szpitalne i odzieży ochrony radiologicznej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy: Karta Produktu. Zadanie 11, Fartuch ochronny dla dzieci

Czy zamawiający dopuści fartuch dziecięcy w materiale Leadfree lekki, model jak na zdjęciu, materiał również zawiera włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym? Producent, który oferuje materiał bezwinylowy zawierający ołów nie przewiduje użycia tego materiału w akcesoriach i w asortymencie dla dzieci.



ODP: Zamawiający dopuści fartuch w materiale Leadfree lekki, model jak na zdjęciu.

2. Dotyczy: Karty produktu, Zadanie 13, Koc RTG, pozycja 5

Zamawiający pisze o ochronności przód/tył, czy zamawiający ma na myśli płaszcz?

Jeśli zamawiający ma na myśli koc, prosimy o podanie wymiarów koca. Dodatkowo w przypadku kiedy Zamawiający ma na myśli koc o ochronności 0,5mm Pb, prosimy o dopuszczenie materiału guma ołowiowa, która zawiera włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z

działaniem antybakteryjnym. Producent, który oferuje materiał bezwinylowy zawierający ołów nie przewiduje użycia tego materiału w akcesoriach i asortymencie dla dzieci.

ODP: Zamawiający informuje, że ma na myśli koc o ochronności 0,5mm Pb, dopuszczając użycie materiału gumy ołowiowej, która zawiera włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym.

3. Dotyczy: Karta produktu, Zadanie 15, Przyłbice ochronne RTG

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru przyłbicy, czy chodzi o ochronność całej twarzy, czy o krótką przyłbicę z wycięciem na nos? Przykładowe zdjęcia poniżej.



ODP: Zamawiający informuje, że wymaga przyłbic o ochronności całej twarzy.

Dotyczy Zadania 1:

4. Czy Zamawiający dopuści pościel szpitalną o maksymalnej temperaturze prasowania 150°C?
Wysokie temperatury osłabiają struktury tkanin.

ODP: Zamawiający nie dopuści pościeli szpitalnej o maksymalnej temperaturze prasowania 150°C.

5. Czy Zamawiający dopuści wymiary jak poniżej:
- **Prześcieradło 160x250cm**
- **poszwa dziecięca 100x160cm**
- **podkład na łóżko 90x160cm?**
Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

ODP: Zamawiający dopuszcza prześcieradła, poszwy oraz podkład o wskazanych wyżej wymiarach, zmieniając wprowadzając zmianę w karcie parametrów technicznych.

6. Czy Zamawiający dopuści w ramach kryterium oceny dla Zadania 1 Certyfikat OEKO-TEX STANDARD na tkaninę, z której wykonany jest wyrób gotowy?
Certyfikat na tkaninę jest równoważny w kontekście cech użytkowych potwierdzonych w Certyfikacie OEKO-TEX STANDARD.

ODP: Zamawiający dopuści w ramach kryteriów dla zadania 1 Certyfikat OEKO-TEX STANDARD na tkaninę, z której wykonany jest wyrób gotowy, punktując dodatkowo przedstawienie certyfikatu za spełnienie kryterium.

Dotyczy Zadania nr 4:

7. Czy Zamawiający dopuści odzież wykonaną z tkaniny o gramaturze 130 g/m² +/-4%, pozostała charakterystyka tkaniny zgodna z wymaganiami?

Różnica w gramaturze nieznacznie różni się od wymaganej i nie wpływa na komfort użytkowania.

ODP: Zamawiający nie dopuści odzieży wykonanej z tkaniny o gramaturze 130 g/m² +/-4% w zadaniu 4.

8. Czy Zamawiający dopuści odzież w 7 kolorach takich jak: zielony, niebieski, szary, czerwony, granatowy, fuksja, morski?

ODP: Zamawiający dopuszcza odzież w 7 kolorach takich jak: zielony, niebieski, szary, czerwony, granatowy, fuksja, morski.

9. Czy Zamawiający dopuści nadruk na spodniach i spódnicach pod gumą, od strony zewnętrznej?

Nadruk będzie pozwalał na łatwą identyfikację odzieży, jednak nie będzie widoczny po zakryciu bluzą.

ODP: Zamawiający dopuszcza nadruk na spodniach i spódnicach pod gumą, od strony zewnętrznej, nie czyniąc wymogu.

10. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że wyrób posiada parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795, nie określając jaki ma być to dokument.

Czy Zamawiający wymaga zatem złożenia wraz z ofertą Akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795?

ODP: Zamawiający w SIWZ oraz kartach technicznych określił zadania dla których dokument jest wymagany oraz te w których za przedstawienie dokumentu przyznaje dodatkowe punkty Oferentowi i tych zapisów nie zmienia.

11. Zamawiający wymaga określonej gramatury i składu odzieży dla odzieży roboczej dwuczęściowej.

Czy aby być pewnym parametrów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Akredytowanych

raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających skład chemiczny i gramaturę tkaniny z jakiej zostanie odszyta odzież?

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

12. Czy Zamawiający dopuści fartuchy-tuniki z krótkim rękawem, w 4 kolorach: białym, niebieskim, granatowym, różowym?

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

13. Czy Zamawiający dopuści fartuchy-tuniki z tkaniny o gramaturze 150 – 170 g/m², która zapewnia komfort termofizjologiczny?

ODP: Zamawiający dopuści w ramach Zadania 4 odzież białą proponowaną przez Wykonawcę zgodną z normą CEN/TS 14237 lecz nie czyni z tego wymogu.

Dotyczy zadania nr 5:

14. Czy Zamawiający dopuści fartuchy białe z tkaniny bawełniano-poliestrowej bez domieszek, o parametrach wymaganych przez Zamawiającego?

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

15. Czy Zamawiający dopuści koszule szpitalne wykonane z tkaniny białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max. 140 g/m², z dwoma parami troków do wiązania w kolorze koszuli, natomiast z kolorowymi lamówkami przy szyi, umożliwiającymi łatwą identyfikację rozmiarów?

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

16. Czy Zamawiający dopuści koszule szpitalne w rozmiarach łamanych M/L, XL/2XL?
Używanie dwóch uniwersalnych rozmiarów znacznie ułatwia obieg bielizny na oddziałach.

ODP: Zamawiający dopuści koszule szpitalne w uniwersalnych rozmiarach proponowanych przez Wykonawcę lecz nie czyni z tego wymogu.

Dotyczy zadania nr 7:

17. Zamawiający wymaga aby obuwie było elastyczne, antystatyczne oraz komfortowe w użytkowaniu.

Czy na potwierdzenie powyższych wymagań, Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających:

- właściwości ergonomiczne wg EN ISO 20344,
- odporność na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344,
- odporność elektryczną obuwia?

ODP: Zamawiający określił wymagania dla asortymentu w SWZ oraz karcie technicznej i ich nie zmienia.

Dotyczy wszystkich pakietów:

18. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie nadrukiem o wysokości liter 0,6 – 1,0 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Proponowany nadruk jest estetyczny oraz widoczny.

ODP: Zamawiający dopuści oznakowanie nadrukiem o wysokości 0,6 – 1,0 cm lecz nie czyni z tego wymogu.

19. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających że oferowane wyroby spełniają normę CEN/TS 14237 zgodnie z Tabelą 1 lub normę równoważną. Nie każdy asortyment podlega badaniom.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy CEN/TS 14237 dla tkaniny z jakiej wykonane są koszule szpitalne, a wymaga złożenia wraz z ofertą:

- dla pościeli: aktualnego Certyfikatu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającego zgodność wyrobu gotowego z normą CEN/TS 14237 w zakresie Tabeli 1,

- dla fartucha-tuniki oraz dla fartucha lekarskiego: Certyfikatu na wyrób gotowy potwierdzającego zgodność z normą CEN/TS 14237 Tabela 9 wystawionego przez niezależne laboratorium badawcze,
- odzieży roboczej dwuczęściowej: Akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795?

ODP: Zamawiający określił wymagania dla asortymentu w SWZ oraz karcie technicznej i ich nie zmienia.

- 20. W związku z dużą liczbą zadań oraz wymaganych dokumentów, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu przewidzianego na składanie ofert o co najmniej 2 dni robocze od daty opublikowania odpowiedzi na pytania.**

ODP: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18.04.2025 r.

21. Pytanie do postępowania Zadanie 3 koce

Zamawiający wymaga aby koc spełniał normę CEN/TS 14237. Koc nie jest wyrobem medycznym czy zatem Zamawiający zmieni zapis dotyczący tego wymagania na Atest PZH i Oeko Tex Standard 100?

ODP: Zamawiający dopuszcza spełnienie obu kryteriów tj. Atestu PZH i Oeko Tex Standard 100 zamiennie zamiast normy CEN/TS 14237 lecz nie czyni wymogu.

- 22. czy dopuszczona jest odzież bez norm, które są opisane w zadaniu dot. odzieży roboczej dla personelu medycznego?**

ODP: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty bez potwierdzenia spełnienia normy. Oferty te nie otrzymają jednak dodatkowych punktów przyznawanych zgodnie z zapisami SWZ.

Czy jest dopuszczona zmiana w fasonie spodni: zamiast gumki ze sznurkiem - tylko gumka w pasie mocna, trójstopniowa.

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu.

Pytania do zadania 11 – 14

- 23. Zamawiający wymaga, aby etykieta zawierała następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr seryjny, waga osłony, CE i nr jednostki notyfikowanej.**

Prosimy o skorygowanie tego wymogu zgodnie z zapisami normy IEC 61331-3:20214

Zgodnie z normą IEC 61331-3:20214 etykieta nie ma zawierać „wagi osłony”, ale wagę materiału rentgenochronnego w kg/m², użytego w osłonie wyrażoną przez parametr Ws

**Table 1 – Information and examples for marking
PROTECTIVE APRONS and THYROID COLLARS**

Information	Example
a) Name or trade mark of MANUFACTURER or supplier.	xyz
b) Letter designating the type of PROTECTIVE APRON, namely L (light-duty), H (heavy-duty), LC (light-duty closed) or HC (heavy-duty closed).	L, H, LC or HC
c) Value(s) of the LEAD EQUIVALENT in thickness of lead, expressed as the symbol Pb followed by the thickness in millimetres, as follows: – for all PROTECTIVE APRONS, and THYROID COLLARS, the value applying to the front section – and, if different, the value applying to the back section.	mm Pb 0,35(front) mm Pb 0,25(back)
d) X-RAY TUBE VOLTAGE range used for the determination of the values of the LEAD EQUIVALENT, appended to the marking given in accordance with item c), by adding an oblique stroke followed by the value of the X-RAY TUBE VOLTAGE range in kilovolts. For PROTECTIVE APRONS designed for higher energy use, to 150 kV (5.3).	50 kV - 110 kV 50 kV - 150 kV
e) AREA DENSITY, W_S , the minimum mass per unit area in kg.m^{-2} , required to provide the value of LEAD EQUIVALENT stated in (c) above, at X-RAY TUBE VOLTAGE range shown in (d)	W_S 4,60
f) The size and length of the PROTECTIVE APRON, which shall, directly on the label, or indirectly through ACCOMPANYING DOCUMENTS, enable correlation to the body dimensions which should be referenced to EN 13402-3, by pictogram referenced under EN 340, or MANUFACTURER'S sizing dimension tables.	
g) Reference to this standard, given as "IEC 61331-3:2014".	

ODP: Zamawiający określił wymagane parametry w SIWZ oraz karcie parametrów i nie zmienia zapisów.

zadanie 11

24. Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru pieluchy ochronnej: S, M lub L.

ODP: Zamawiający oczekuje pieluch w rozmiarze S, M, L po jednej sztuce.

zadanie 13

25. Prosimy o podanie wymiarów koca rtg. Koce nie posiadają standardowej rozmiarówki, są szyte na zamówienie a ich cena uzależniona jest od ich wymiarów.

ODP: Zamawiający informuje, że wymaga koca RTG o rozmiarze 140x90 cm.

zadanie 13

26. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli opisując parametr ochronności koca cyt.: „Ochrona przodu 0,5 mm Pb wraz z częścią ochronną tyłu 0,25 mm Pb”
Koc to po prostu płachta obszytej gumy ołowiowej, nie posiada przodu ani tyłu.

ODP: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 2: „Zamawiający informuje, że ma na myśli koc o ochronności 0,5mm Pb, dopuszczając użycie materiału gumy ołowiowej, która zawiera włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym.”.

zadanie 14, poz. 1

27. Zgodnie z normą IEC 61331-3:2014 minimalna dopuszczalna ochronność osłony na tarczyce to 0,35mmPb.

Prosimy o skorygowanie błędnego zapisu.

ODP: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie zwiększa min. ochronność osłony tarczycy w zadaniu do wartości 0,5 mm Pb.

zadanie 14, poz. 2

28. Czy opisana osłona ma chronić gonady męskie czy żeńskie?

ODP: Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga zaoferowania jednej sztuki osłony na gonady męskie oraz jednej sztuki na gonady żeńskie.

zadanie 15, poz. 2

29. W formularzu cenowym brakuje przyłbicy. Są tylko okulary.

ODP: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie uzupełnił brakującą pozycję w formularzu asortymentowym, zamieszczając poprawiony wzór na stronie.

zadanie 17

30. Jaka ma być minimalna pojemność wieszaka? Ile minimum fartuchów ma być powieszonych?

ODP: Zamawiający informuje, że minimalnie wieszak ma pomieścić 10 szt. fartuchów.

zadanie 17

31. Czy Zamawiający dopuści wieszak w całości wykonany ze stali nierdzewnej?

ODP: Zamawiający informuje, że dopuści wieszak w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

zadanie 17

32. Czy Zamawiający dopuści wieszak w całości wykonany ze stali malowanej proszkowo?

ODP: Zamawiający informuje, że dopuści wieszak w całości wykonany ze stali malowanej proszkowo.

zadanie 17

33. Czy przez sformułowanie „haczyki” zamawiający rozumie ramiona wieszaka? Jeżeli nie prosimy o doprecyzowanie konstrukcji całego wieszaka. Czy oprócz ramion/uchwytów wieszak ma być dodatkowo wyposażony w dodatkowe haczyki, gdzie i w jakich ilościach?

ODP: Zamawiający doprecyzowuje, że pisząc „haczyki” miał na myśli ramiona wieszaka.

Dotyczy zadania nr 10 materace na łóżka szpitalne

34. Czy Zamawiający dopuści materace na łóżka szpitalne z pokrowcem równoważnym posiadającym deklarację zgodności z normami PN-EN ISO 20417:2021-10, PN-EN ISO 21856:2023-01, PN-EN ISO 15223-1:2022-01, PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 14971:2020-05?

ODP: Zamawiający dopuszcza nie czyniąc wymogu.

Dotyczy zadania nr 10 materace na łóżka szpitalne

35. Czy Zamawiający dopuści materace wyposażony w pokrowiec wykonany z atestowanej tkaniny nieprzemakalnej chroniący przed zabrudzeniami, wilgocią i zanieczyszczeniem jedynie materac?

ODP: Zamawiający dopuszcza nie czyniąc wymogu.

Dotyczy Pakietu nr 10

36. Czy Zamawiający dopuści materace z tkaniną pokrowca o właściwościach barierowych, bez normy ISO/TC 94 /SC 13 N357 oraz procedury CIOP nr NOU-27?

ODP: Zamawiający nie dopuści materacy z tkaniną pokrowca o właściwościach barierowych, niespełniających normy ISO/TC 94 /SC 13 N357 oraz procedury CIOP nr NOU-27.

37. Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 oznakowanie nadrukiem po 1szt. nadruku tzn. po jednej stronie pościeli w 1 rogu oraz po drugiej stronie pościeli w rogu razem 2 nadruki na pościeli?

ODP: Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 oznakowanie nadrukiem po 1szt. nadruku tzn. po jednej stronie pościeli w 1 rogu oraz po drugiej stronie pościeli w rogu razem 2 nadruki na pościeli, lecz nie czyni z tego wymogu.

Pytania dotyczące:

Zadanie 11 pozycja 2 pkt 1; Zadanie 12 pozycja 1 pkt 1; Zadanie 12 pozycja 2 pkt 1; Zadanie 11 pozycja 3 pkt 1; Zadanie 13 pozycja 1 pkt 1; Zadanie 14 pozycja 1 pkt 1

38. Czy Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z materiału bezwinyłowego, bezołowiowego lżejszego od klasycznej gumy ołowianej o 30%? Materiał jest certyfikowany, równoważny ochronnie z ołowianym.

ODP: Zamawiający dopuszcza nie czyniąc wymogu.

Zadanie 11 pozycja 2 pkt 1; Zadanie 12 pozycja 1 pkt 1; Zadanie 12 pozycja 2 pkt 1; Zadanie 11 pozycja 3 pkt 1; Zadanie 13 pozycja 1 pkt 1; Zadanie 14 pozycja 1 pkt 1

39. Prosimy aby Zamawiający doprecyzował jaką gramaturę ma mieć materiał ochronny, który zawiera ołów, ale jest lżejszy o 30% o klasycznej gumy ołowiowej.

ODP: Zamawiający informuje, że ilekroć dopuszcza w zadaniu materiał ochronny, który zawiera ołów ale jest lżejszy o 30% ma na myśli spełnienie warunków: dla przodu 6,0 kg/m² ; 0,5mmPb i dla tyłu 3,0 kg/m² ; 0,25 mmPb.

Pytania dotyczące:

Zadanie 11 pozycja 2 pkt 4; Zadanie 12 pozycja 2 pkt 4; Zadanie 12 pozycja 2 pkt 4; Zadanie 12 pozycja 3 pkt 4; Zadanie 13 pozycja 1 pkt 4; Zadanie 14 pozycja 1 pkt 3

40. Czy Zamawiający dopuści materiał wierzchni zawierający jodek srebra o działaniu antybakteryjnym, ale nie zawierający włókien węglowych o działaniu antystatycznym? Jest to parametr, który wskazuje konkretnego producenta. Włókna węglowe nie mają istotnego wpływu w użytkowaniu fartucha. Antybakteryjność jest istotna, ale wymagana antystatyczność musi być osiągnięta na zasadzie przeplotu z innymi włóknami ergo taka tkanina nie jest "gładka" co stwarza problem przy konserwacji fartucha (co koliduje w wymogiem "Materiał wierzchni fartuchów łatwozmywalny niezostawiający plam z krwi i środków kontrastowych, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami."

ODP: Zamawiający dopuszcza nie czyniąc wymogu.

Pytania dotyczące: Zadanie 12 pozycja 2 pkt 5

41. Czy ochrona z przodu fartucha ma w sumie wynosić 0.25 mm Pb?

ODP: Zamawiający potwierdza, że ochrona z przodu fartucha ma w sumie wynosić 0.25 mm Pb.

Pytania dotyczące: Zadanie 12 pozycja 3 pkt 5

42. Czy ochrona z przodu fartucha ma w sumie wynosić 0.25 mm Pb?

ODP: Zamawiający potwierdza, że ochrona z przodu fartucha ma w sumie wynosić 0.25 mm Pb.

Pytania dotyczące: Zadanie 13 pozycja 1 pkt 5

43. Prosimy o doprecyzowanie ochronności koca. Nie ma możliwości aby koc miał ochronę z przodu i tyłu.

ODP: : Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 2: „Zamawiający informuje, że ma na myśli koc o ochronności 0,5mm Pb, dopuszczając użycie materiału gumy ołowiowej, która zawiera włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym.”.

Pytania dotyczące: Zadanie 13 pozycja 1

44. Prosimy o podanie wymiarów koca, jest to niezbędne do oszacowania ceny.

ODP: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 25: „Zamawiający informuje, że wymaga koca RTG o rozmiarze 140x90 cm”.

Pytania dotyczące: Zadanie 17 pozycja 1 pkt 4

45. Czy Zamawiający dopuści wieszak na maksymalnie 12 fartuchów?

ODP: Zamawiający dopuści lecz nie czyni z tego wymogu.

UWAGA !!!!

W związku z treścią odpowiedzi na pytanie nr 29 – Zamawiający zamieszcza skorygowany załącznik nr 2 – formularz cenowy.