

Znak procedury: LI/5503/02/2023

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

Dział Inżynierii Klinicznej, bud. A-V, pok. 29

Odpowiedzi do przetargu ofertowego LI/5503/02/2023 na dostawę ubrań ochronnych RTG

1. Dot. Pozycji nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4, okularów ochronnych RTG o ich masie 75 gr. Pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza w pozycji nr 4, okulary ochronne RTG o ich masie 75 gr.

2. Dot. Pozycji nr 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na osłony z materiału, który zawiera PCV?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza osłony z materiału, który zawiera PCV.

3. Dot. Pozycji nr 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu odnośnie materiału wykonania fartuchów i osłona na tarczycę. Najpopularniejszą mieszanką dwupierwiastkową (w stosunku do jakości i ceny) jest mieszanka bizmutu i antymonu. Oba pierwiastki są nietoksyczne i łatwe w utylizacji..

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza fartuchy wykonane z lekkiego materiału bezołowiowego, dwupierwiastkowego złożonego z bizmutu i antymonu (zapewniający poziom ochrony mm Pb w zakresie 60-110 kv) oraz z materiału wierzchniego wolnego od latexu, PCV, łatwozmywalnego?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza fartuchy wykonane z lekkiego materiału bezołowiowego, dwupierwiastkowego złożonego z bizmutu i antymonu (zapewniający poziom ochrony mm Pb w zakresie 60-110 kv) oraz z materiału wierzchniego wolnego od latexu, PCV, łatwozmywalnego.

4. Pakiet 1

Poz. 1. pkt. 6, Poz. 2 pkt. 6, Poz. 3 pkt. 5

Termin „metale ciężkie” jest nieprecyzyjny i można zaliczyć do niego min. bizmut który jest podstawowym składnikiem wszystkich dostępnych na rynku mieszanek ochronnych bezołowiowych, tym samym prosimy o zmianę terminu „nie zawierający metali ciężkich” na „nie zawierający kadmu, rtęci i ołowiu”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiał wykonany z mieszanki antymonu i bizmutu.

5. Pakiet 1

Poz. 1. pkt. 6, Poz. 2 pkt. 6, Poz. 3 pkt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania materiału nie zawierającego PCV i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winylowego. Polimer zastosowany do wytworzenia materiału ochronnego nie ma żadnego przełożenia na funkcjonalność czy walory ochronne lub użytkowe wyrobu gotowego.

Odpowiedź: Tak, zamawiający odstępuje od wymogu zaferowania materiału nie zawierającego PCV i dopuszcza materiał wykonany z polimeru winylowego.

6. Pakiet 1

Poz. 1 pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie zróżnicowanych rozmiarów uniwersalnych fartuchów bez podziału na damskie i męskie. Producent oferuje szeroki wybór rozmiarów od XXS do 4XL , to ponad 9 niezależnych rozmiarów kamizelek i spódnic co pozwala na dokładne dopasowanie rozmiaru do użytkownika.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zróżnicowane rozmiary uniwersalnych fartuchów bez podziału na damskie i męskie.

7. Pakiet 1

Poz. 1 pkt. 11, Poz. 2 pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie spódnic bez kieszeni.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza spódnicę bez kieszeni.

8. Pakiet 1

Poz. 4 pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie okularów o masie max. 70g

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza okulary o masie max. 70g.