



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/ 132 /2023
ZP.26.16.2023

Błonie, dnia 30 maja 2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2023/BZP 00231510/01 z dnia 24.05.2023 r. na zakup ambulansów typu C [Nr postępowania: RM/ZP/16/2023]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1)Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odbiór ambulansu w siedzibie Wykonawcy.

2)Pytanie: Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dojazdu na kołach.

3)Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu.

4)Pytanie: Aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje okna dachowego o podanych minimalnych wymiarach 500 x 900 mm, które będzie stanowiło wyjście ewakuacyjne.

5)Pytanie: Czy drzwi boczne lewe winny być wyposażone w otwierane okno w kolorze nadwozia, które pełni funkcję wentylacyjną oraz stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne podnosząc bezpieczeństwo użytkowników ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby boczne drzwi lewe były wyposażone w otwierane okno.

6)Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że lawetę pod nosze ma dostarczyć Wykonawca ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że lawetę pod nosze dostarczy Wykonawca.

7)Pytanie: Prosimy o dopuszczenie złożenia do oferty Deklaracji Zgodności aktualną z normą PN EN 1789 zamiast Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.





**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

8)Pytanie: Dotyczy załącznika nr 2 - pkt. VI - przedział medyczny – ppkt. 4 - prosimy o dopuszczenie fotela u wezłowiaw noszy obrotowego w zakresie 90 stopni co jest wystarczające do złożenia fotela bokiem oraz jazdy tyłem do kierunku jazdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel o takich parametrach.

9)Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż krzeselko z płozami typu Rolman ma zostać zamontowane w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwными?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż krzeselko z płozami typu Rolman (lub produkt równoważny) ma zostać zamontowany w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwными.

10)Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe adaptacji medycznej NIE MAJĄ być wliczone w cenę oferty co nie podniesie jej kosztu, i Klient będzie za nie płacił każdorazowo po Wykonaniu usługi zgodnie z paragrafem 5 umowy pkt. 9?

Odpowiedź: Przeglądy okresowe adaptacji medycznej nie mają być wliczone w cenę oferty.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:

Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

