

## Zeszyt wymagań.

### I. Przedmiot zamówienia

Materac szpitalny, o wymiarach: długość: 200 cm , szerokość: 90 cm, grubość 10cm do łóżek medycznych i rehabilitacyjnych, będący wyrobem medycznym

### Charakterystyka produktu

Wymaga się, aby dostarczony produkt posiadał następujące cechy:

#### Wkład materaca

- Wkład materaca wykonany z wysokiej, jakości pianki poliuretanowej o gęstości pozornej od 23-26 kg/m<sup>3</sup>
- Musi cechować się elastycznością i sprężystością.
  - elastyczność przy odbiciu nie mniej niż 35 %
  - odkształcenia trwałe nie więcej niż 8%
  - wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 90 kPa
- Powierzchnia wkładu płaska na całej powierzchni każdej ze stron.
- Pozytywna ocena higieniczna wydana przez PZH
- Atest Oeko-Tex standard 100
- Czyszczenie łagodnymi środkami piorącymi w miejscu zabrudzeń

#### Pokrowiec materaca

- Paroprzepuszczalny- nieprzemakalny wykonany z poliestru z wodoszczelną i paroprzepuszczalną powłoką poliuretanową stanowiącą barierę dla bakterii i wirusów.
- Bez zawartości latexu
- Antyalergiczny
- Tkanina trudnopalna
- Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą środków z zawartością chloru
- Możliwość prania w temp do 95 stopni Celsjusza
- Dezynfekcja parą wodną
- Możliwość suszenia w suszarce.
- Atest PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia w tym szpitalach - pod prześcieradła.
- Odporny na zapalenie – test papierosa, zapalki
- Kolor: dowolne odcienie niebieskiego oraz zielonego
- Zamek błyskawiczny rozsuwany z 2 stron zabezpieczony listwą zabezpieczającą przed przenikaniem płynów.

### II. Wymagane dokumenty

Do złożonych ofert należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich powyższych wymagań