



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-66/24

Tarnów, 31-07-2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na: dzierżawę analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu i jego osadu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach oraz materiałów kontrolnych do oznaczeń.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 23.13 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, o których mowa w pkt.23.13 SWZ do 20% wartości brutto umowy ?
2. **Dotyczy pkt 23.14 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie w przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 7 Załącznik Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia wraz z systemem kart charakterystyki, metodyk i instrukcji używania aparatu i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 5.3 i 12.11.2 SWZ oraz pkt 1 Załącznika Nr 3 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w części materiałów zużywalnych, który nie został zakwalifikowany przez wytwórcę jako wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlega Ustawie o wyrobach medycznych i nie musi posiadać dopuszczenia do obrotu lub deklaracji zgodności CE IVD?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 12 Załącznik Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin w dni robocze ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 12 Załącznika 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora immunologicznego, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 12 Załącznika 6.2 do SWZ.** Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora immunologicznego: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 pkt 11 Załącznika Nr 6.4 do SWZ.** Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu zapamiętywania krzywych kalibracyjnych i powiązanej z tym możliwość pracy na różnych seriach danego odczynnika dla rozwiązania ,gdzie większość proponowanych



odczynników tj., do PT, Fibrynogen i DD jest prekalibrowana, zaś APTT nie wymaga kalibracji, a dla ATIII, który jako jedyne wymaga kalibracji wykonawca zagwarantuje dostarczenie 1 serie odczynnika na przestrzeni roku (2 serie na kontrakt).

9. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli do D-Dimerów płynnej, gotowej do użycia?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający poprzez zapis „możliwość pracy na kilku seriach danego odczynnika jednocześnie” rozumie pracę na minimum 2 seriach?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający ze względu na dostępną przestrzeń w laboratorium wymaga analizatora nabladowego czy wolnostojącego?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wymaga płynnych, gotowych do użycia odczynników do PT i APTT?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wymaga automatycznego czytnika kodów kreskowych, bez potrzeby manualnego przykładania pojedynczych próbek do okienka czytnika?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wymaga podglądu krzywych reakcji krzepnięcia dostępnych z programu Operatora i opis danych w instrukcji obsługi dla Operatora?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 pkt 6 Załącznika Nr 6.4 do SWZ.** Czy Zamawiający poprzez zapis „Stały monitoring stabilności i zużycia odczynników na pokładzie analizatora” rozumie również informację o ilości poszczególnych testów możliwych do wykonania z dostępnej na pokładzie ilości odczynników?
16. **Dotyczy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy termin 24h na zgłoszenie naruszenia do administratora może zostać wydłużony? Wskazujemy, że termin 24h wskazany w par 3 pkt. 7 jest zbyt krótki. Rozporządzenie zakłada termin 72h na zgłoszenie takiego naruszenia przez Administratora, dlatego też rekomendujemy wydłużenie go do co najmniej 48h dla Podmiotu przetwarzającego.
17. **Dotyczy pkt 23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
18. **Dotyczy Formularza Ofertowego.** Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 24 Załącznika Nr 6.5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:*”.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 6 pkt 41 Załącznika Nr 6.6 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i pasków z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy, a kontroli i kalibratorów z terminem ważności minimum 2 miesiące od daty dostawy? Kontrole i kalibratory mają krótszy termin ważności ze względu na rodzaj materiału.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 6 pkt 43 Załącznika Nr 6.6 do SWZ.** Czy Zamawiający potwierdza, że tak jak w przypadku innych pakietów- czas naprawy do 24 godzin dotyczy dni roboczych?
22. **Dotyczy pkt 23.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o wykreślenie zwrotu „*telefonicznie*” i usunięcie możliwości zgłaszania zapotrzebowania telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej te zamówienia
23. **Dotyczy pkt 23.9.3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Uprzejmie prosimy o usunięcie zwrotu „*jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, począwszy od 1 stycznia 2025 r.*” Zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mające wpływ na ceny brutto przedmiotu zamówienia mogą wystąpić częściej niż jeden raz w ciągu roku, a wtedy Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania się do tych zmian.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 23.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgłaszania zapotrzebowania telefonicznie. Dla



- Wykonawcy do celów audytowych konieczne jest posiadanie każdego złożonego zamówienia przez Zamawiającego w formie pisemnej
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik Nr 3 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie treści załącznika tylko do tego pakietu w którym będzie składane oświadczenie?
 26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 23.25 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próg wykonania umowy wynosił 80%?
 27. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga, aby testy HBS Ag, Anty HCV, HIV dawały jednoznaczny wynik (reaktywny/nieraktywny) w pierwszym oznaczeniu bez tzw „szarej strefy”? Pozwala to uniknąć dalszych oznaczeń w surowicy pacjenta co wiąże się z kosztami, wydłużonym czasem diagnostyki i nakładem pracy.
 28. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 15 Załącznika Nr 6.3 do SWZ.** W związku z tym, że Zamawiający wymaga analizatora pracującego bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących, czy Zamawiający wymaga wyposażenie analizatora w system mycia igieł gwarantujący eliminację efektu przeniesienia dla oznaczanego materiału biologicznego dla surowicy na poziomie $\leq 0,1$ ppm?
 29. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznik 1 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o informację czy do podanych ilości w formularzu cenowym należy doliczyć testy na kalibrację i kontrole zgodnie z przedstawionym harmonogramem w pkt. 18 opisu parametrów granicznych?
 30. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 22 Załącznika Nr 6.3 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o modyfikacje niniejszego zapisu na „Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin w dni robocze”
 31. **Dotyczy Pakietu Nr 3 pkt 20 Załącznika Nr 6.3 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość wysyłania materiału do innego laboratorium w przypadku braku skutecznej naprawy w przeciągu 24 godzin aby zapewnić ciągłość w wydawaniu wyników. Istnieje realne ryzyko, że Wykonawca nie będziemy w stanie naprawić aparatu w 24 godziny z powodu braku dostępnych części na miejscu, niestety praktycznie każde zgłoszenie w piątek niesie ze sobą takie ryzyko?
 32. **Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ Pakiet Nr 2.** Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w kolumnie: „Ilość oznaczeń (aparatów) w okresie 24 miesiące” liczby poszczególnych testów zawierają również testy przeznaczone na kontrole/kalibracje/rekalibracje.
 33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5 Załącznika Nr 1 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca w pozycji 5. Załącznika nr 1. „EBV-VCA/EA IgG zaoferował dwa odrębne testy: EBV VCA IgG i EBV EA IgG?
 34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7 i 8 Załącznika Nr 1 do SWZ oraz pkt 11 Załącznika nr 6.2 do SWZ „Borrelia burgdorferi IgG i Borrelia burgdorferi IgM”.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza oznaczać przeciwciała w kierunku Borrelia IgG w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym oraz Borrelia IgM w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia neuroborreliozy EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Mygland et al. 2010). Dostęp do tego narzędzia diagnostycznego może być przydatny nie tylko w do potwierdzenia rozpoznania neuroborreliozy, ustalenia etiologii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ale też w diagnostyce różnicowej pacjentów z rozsianymi zmianami w obrazie rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego ze stwardnieniem rozsianym czy też w diagnostyce różnicowej chorych neurologicznych z zapaleniem mózgu lub udarem, zwłaszcza u osób starszych.
 35. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 2 Załącznika Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści system dozujący próbki za pomocą jednorazowych końcówek, a odczynniki dedykowanymi głowicami pipetującymi, których czystość gwarantuje specjalna procedura płukania? Jest to rozwiązanie równoważne z opisanym punkcie drugim wymogiem eliminacji kontaminacji.
 36. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 3 Załącznika Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie kalibracji przy pomocy kalibratorów zawartych w każdym zestawie odczynnikowym z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta (od 1 do 8 tygodni)?
 37. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 4 Załącznika Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora gotowego do pracy 24h/dobę, który korzysta z



materiałów zużywalnych, jednak ich uzupełnienie nie wymaga zatrzymania analizatora i jest możliwe podczas wykonywania oznaczeń, a wszelkie procedury konserwacyjne przebiegają z częstotliwością nie większą niż raz na dobę? Analizator posiada także funkcję autostart, która umożliwi przygotowanie analizatora do codziennej, rutynowej pracy na godzinę wskazaną przez użytkownika.

38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 8 Załącznika Nr 6.2 do SWZ..** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niezawartych w zestawach odczynnikowych materiałów kontrolnych i wyszczególnienie ich w Załączniku numer 1. w części tabeli: „*Kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne (podać jakie - w razie konieczności dodać kolejne pozycje) niezbędne do wykonania. oznaczeń z poz. 2 - 10. W razie potrzeby dodać kolejne pozycje?*”. Pozwoli to na indywidualne, ekonomiczne gospodarowanie materiałem kontrolnym w zależności od potrzeb i harmonogramu prowadzonej kontroli w laboratorium Zamawiającego.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 10 i 14 Załącznika Nr 6.2 do SWZ..** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym data ważności odczynników po otwarciu ulega skróceniu w stosunku do daty ważności podanej na opakowaniu? Jednocześnie okres przydatności odczynników skalkulowanych w ofercie jest wystarczający, aby nie dopuścić do ich potencjalnego niewykorzystania
40. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznika Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający wymaga, aby czas wykonania oznaczenia *Clostridium difficile*-GDH i *Clostridium difficile* Toksyna A i B ze względu na potencjalną pilną konieczność izolacji pacjenta w przypadku wyniku dodatniego był krótszy niż 45 min?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznika Nr 6.2 do SWZ..** Czy ze względu na zwiększoną użyteczność kliniczną i monitorowanie poziomów poszczególnych przeciwciał Zamawiający wymaga, aby testy do oznaczania przeciwciał w kierunku diagnostyki boreliozy, różyczki oraz mononukleozy były testami ilościowymi?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznika Nr 6.2 do SWZ.** Czy ze względu na prowadzenie diagnostyki w kierunku zakażenia wirusem Epsteina-Barr głównie w populacji pediatrycznej Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania, które zniweluje wymaganą objętość surowicy do badania poniżej 100µl?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznika Nr 6.2 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalny dostęp serwisowy Wykonawcy do oferowanego analizatora? Możliwość zdalnego monitorowania analizatora skróci czas reakcji serwisu w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów.
44. **Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt 23 SWZ– Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o wyrażenie zgodny na modyfikację zapisu Umowy poprzez dodanie punktu dotyczącego nieistotnego rozszerzenia zakresu oferowanego asortymentu/produktów o nowy produkt spełniający wymagania SWZ.
45. **Dotyczy Pakiet Nr 2 Załącznik Nr 6.2 do SWZ.** Czy do podłączenia analizatora do LIS Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu komputerowego?
46. **Dotyczy Pakiet Nr 2 Załącznik Nr 6.2 do SWZ.** Czy jeżeli warunki instalacyjne oraz sprawdzona jakość wody w laboratorium będą wymagały specjalnego urządzenia (stacja uzdatniania wody), czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył takie urządzenie wraz z analizatorem?
47. **Dotyczy pkt 23.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? *Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynika ze zmian podjętych przez klienta już w trakcie trwania instalacji w szczególności: zmiana konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.*
48. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 17 Załącznika Nr 6.1 do SWZ –** wymaganych parametrów systemu biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i immunologiczny) oraz **pkt. 50 Załącznika Nr 6.1 do SWZ -** wymaganych parametrów dla analizatora back-up –



- biochemicznego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów wyprodukowanych w 20.. r po przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją na czas trwania umowy?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.
 50. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?
 51. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test HCG+beta wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?
 52. **Dotyczy pkt 10 SWZ.** Zwracamy się z prośbą o możliwość usunięcia zbędnych wierszy pozostawionych na podpis osoby uprawnionej do składania oferty i zostawienie jedynie jednego pola na podpis.
 53. **Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy.** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż podana ilość oznaczeń zawiera już ilości testów potrzebnych na kontrolę i kalibrację
 54. **Dotyczy pkt 23.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?
 55. **Dotyczy pkt 23.2 i 23.3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie wskazanych dokumentów drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można dokumenty w tej formie wysłać?
 56. **Dotyczy pkt 23.9.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o modyfikację zapisów niniejszego postanowienia, tak aby w przypadku podwyższenia ceny urzędowej cena umowna brutto mogła ulec zmianie. Niniejszy zapis powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może wkalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.
 57. **Dotyczy pkt 23.9.3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z niniejszego postanowienia sformułowania "jeden raz w ciągu roku kalendarzowego"?
 58. **Dotyczy pkt 23.13 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.
 59. **Dotyczy pkt 23.13 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy?
 60. **Dotyczy pkt 23.13 lit. c) SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "25%" na "10%"?
 61. **Dotyczy pkt 23.14 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "20%" na "10%"?
 62. **Dotyczy pkt 23.20 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.



63. **Dotyczy pkt 23.20 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po przedostatnim zdaniu: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty.”?
64. **Dotyczy pkt 23.14 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie sformułowania “Pkt.22.14 SWZ stosuje się.” z niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?
65. **Dotyczy pkt 23.21 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?
66. **Dotyczy pkt 23.26 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
67. **Dotyczy pkt 23.26 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
68. **Dotyczy pkt 23.27 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.
69. **Dotyczy pkt 23.40 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 23.35, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy? W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.
70. **Dotyczy pkt 23.41 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?
71. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 3 ust. 3 – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z konieczności upoważnienia pracowników Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych? Zwracamy uwagę, iż Pracownicy są już upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych. W ocenie Wykonawcy nie ma konieczności stosowania dodatkowych upoważnień.
72. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 3 ust. 7 – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
73. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 4 – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:
 "a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
 b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.



- c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
- d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?
74. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 5 ust. 2 – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w sposób zezwalający Wykonawcy na podpowierzenie przetwarzania spółkom powiązanim i podwykonawcom Wykonawcy w zakresie przetwarzania do państwa trzeciego, w tym znajdującym się również poza EOG? Lista tych podmiotów zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji. Globalne koncerty podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do przestrzegania takich samych warunków, którym sam podlega według umowy. W związku z tym oraz w celu zapewnienia sprawnego wykonania usługi Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie powierzenia przetwarzania oraz dodanie zastrzeżenia (oraz wspomniany załącznik): „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”
75. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 8 – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.
76. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 10 ust. 1 – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
77. **Dotyczy pkt 10 Załączników Nr 6.1-6.6 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do punktu: “Serwis techniczny wliczony w dzierżawę, przez okres obowiązywania umowy, czas naprawy do 24 godzin przy zgłoszeniu w dni robocze, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin” ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1-2, 23, 26, 44, 54, 56-70 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** w ramach wypełnienia wymogu określonego w pkt 7 Załącznika Nr 6.2 do SWZ również udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się: metodyki oznaczeń w języku polskim, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcje obsługi analizatora.

Ad. 4 Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.3 SWZ Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w zakresie **Pakietu Nr 2** tylko: analizatory, odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późniejszymi zmianami), natomiast w pkt 12.11.2 SWZ mowa o materiałach eksploatacyjnych (tj. nie będących: odczynnikiem, kalibratorem, materiałem kontrolnym – o których mowa w pkt 12.11.1 SWZ)

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 12 Załącznika Nr 6.1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2**.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie **Pakietu Nr 2** serwisu zdalnego dla zaoferowanego analizatora immunologicznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań pkt 12 Załącznika Nr 6.2 do SWZ, w tym w zakresie określonych terminów napraw i wymiany aparatu.



Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie nowych zapisów do pkt 23 SWZ – Projektowane warunki umowy.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 11 Załącznika Nr 6.4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 4**.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** kontroli do D-dimerów płynnej, gotowej do użycia.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 4** w ramach wypełnienia wymogu „możliwość pracy na kilku seriach danego odczynnika jednocześnie” określonego w pkt 11 Załącznika Nr 6.4 do SWZ również pracę na minimum 2 seriach danego odczynnika jednocześnie.

Ad. 11 Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: w pkt 1 Załącznika Nr 6.4 do SWZ w **Pakiecie Nr 4** w kolumnie „Parametry wymagane”

zapis o treści:

„Aparat główny będący przedmiotem dzierżawy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2024 r.“

zmienia na zapis o treści:

„Aparat główny będący przedmiotem dzierżawy nablutowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2024 r“

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** płynnych gotowych do użycia odczynników do PT i APTT, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Ad. 13 Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: w pkt 19 Załącznika Nr 6.4 do SWZ w **Pakiecie Nr 4** w kolumnie „Parametry wymagane”

zapis o treści:

„Możliwość identyfikacji pacjentów z kodów kreskowych (czytnik kodów kreskowych w analizatorze lub załączony do zestawu)“

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość identyfikacji pacjentów z kodów kreskowych (automatyczny czytnik kodów kreskowych w analizatorze lub załączony do zestawu)“

Ad. 14 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4** analizatorów spełniających wymagania określone w SWZ, dopuszcza natomiast zaoferowanie analizatorów z podglądem krzywych reakcji krzepnięcia dostępnych z programu Operatora i opisem danych w instrukcji obsługi dla Operatora.

Ad. 15 Zamawiający potwierdza, iż przez zapis w pkt 6 Załącznika Nr 6.4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4** „Stały monitoring stabilności i zużycia odczynników na pokładzie analizatora” należy rozumieć również informację o ilości poszczególnych testów możliwych do wykonania z dostępnej na pokładzie ilości odczynników.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach **Załącznika Nr 9 do SWZ** – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w **Formularzu ofertowym** tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 5** w ramach wypełnienia wymogu określonego w pkt 24 Załącznika Nr 6.5 do SWZ, tj. „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dostarczone z pierwszą dostawą odczynników” również możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów wymienionego wyżej pkt 24 Załącznika Nr 6.5 do SWZ.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6** odczynników i pasków z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy, a kontroli i kalibratorów z terminem ważności minimum 2 miesiące od daty dostawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 21 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 43 Załącznika Nr 6.6 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6**.

Ad. 22 i 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z **pkt 23.1 SWZ** – Projektowane postanowienia umowy zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości zgłaszania zapotrzebowania



telefonicznie. Równocześnie Zamawiający informuje, że z tej formy zamawiania korzysta sporadycznie - główną formą zgłaszania zapotrzebowań są fakсы i e-maile.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia na wzorze **Załącznika Nr 3** tylko w zakresie Pakietów w zakresie, których Wykonawca składa ofertę.

Ad. 27 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3** testów HBS Ag, Anty HCV, HIV spełniających wymagania określone w SWZ.

Ad. 28 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3** analizatora spełniającego wymagania określone w SWZ.

Ad. 29 Zamawiający ujął w Załączniku Nr 1 do SWZ w **Pakiecie Nr 3** również testy na kalibrację i kontrole zgodnie z przedstawionym harmonogramem w pkt. 18 Załącznika Nr 6.3 do SWZ.

Ad. 30 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 22 Załącznika Nr 6.3 do SWZ dla przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 3**.

Ad. 31 Zgodnie z zapisem pkt 20 Załącznika Nr 6.3 dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3** „W sytuacji awarii analizatora przedłużającej się powyżej 24 godzin, umożliwienie realizacji badań we wskazanym przez Zamawiającego Laboratorium”.

Ad. 32 Zamawiający ujął w Załączniku Nr 1 do SWZ w **Pakiecie Nr 2** testy przeznaczone na kontrole/kalibracje/rekalibracje.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** dwóch odrębnych testów EBV VCA IgG i EBV EA IgG, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 34 Zamawiający zgodnie z zapisem pkt 11 Załącznika Nr 6.2 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2** wymaga „Możliwość oznaczania przeciwciał Borelioza IgG w surowicy i PMR”. Dopuszcza natomiast również taki sposób potwierdzania dla Borrelia burgdorferi IgM.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** w ramach wypełnienia wymogu określonego w pkt 2 Załącznika Nr 6.2 do SWZ również zaoferowanie analizatora z systemem dozującym próbki za pomocą jednorazowych końcówek, a odczynniki dedykowanymi głowicami pipetującymi, których czystość gwarantuje specjalna procedura płukania.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** w ramach wypełnienia wymogu określonego w pkt 3 Załącznika Nr 6.2 do SWZ również wykonywanie kalibracji przy pomocy kalibratorów zawartych w każdym zestawie odczynnikowym z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta (od 1 do 8 tygodni).

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** w ramach wypełnienia wymogu określonego w pkt 4 Załącznika Nr 6.2 do SWZ również zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora gotowego do pracy 24h/dobę, który korzysta z materiałów zużywalnych, jednak ich uzupełnienie nie wymaga zatrzymania analizatora i jest możliwe podczas wykonywania oznaczeń, a wszelkie procedury konserwacyjne przebiegają z częstotliwością nie większą niż raz na dobę. Analizator posiada także funkcję autostart, która umożliwi przygotowanie analizatora do codziennej, rutynowej pracy na godzinę wskazaną przez użytkownika.

Ad. 38 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** zaoferowanie niezawartych w zestawach odczynnikowych materiałów kontrolnych i wyszczególnienie ich w Załączniku Nr 1 do SWZ w części tabeli: „Kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne (podać jakie - w razie konieczności dodać kolejne pozycje) niezbędne do wykonania. oznaczeń z poz. 2 - 10. W razie potrzeby dodać kolejne pozycje”.

Ad. 39 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 2** zaoferowanie odczynników, których data ważności po otwarciu ulega skróceniu w stosunku do daty ważności podanej na opakowaniu, pod warunkiem, że okres przydatności odczynników skalkulowanych w ofercie jest wystarczający, aby nie dopuścić do ich potencjalnego niewykorzystania.

Ad. 40 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 8 i 9** Załącznika Nr 1 do SWZ materiałów do oznaczenia Clostridium difficile-GDH i Clostridium difficile Toksyna A i B spełniających wymagania określone w SWZ.

Ad. 41 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2** testy do oznaczania przeciwciał w kierunku diagnostyki boreliozy, różyczki oraz mononukleozy były testami ilościowymi.

Ad. 42 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2** materiały do prowadzenia diagnostyki w kierunku zakażenia wirusem Epsteina-Barr posiadały rozwiązanie, które zniweluje wymaganą objętość surowicy do badania poniżej 100µl.



Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zdalny dostęp serwisowy Wykonawcy do oferowanego w zakresie **Pakietu Nr 2** analizatora, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań pkt 12 Załącznika Nr 6.2 do SWZ, w tym w zakresie określonych terminów napraw i wymiany aparatu.

Ad. 45 Zamawiający w pkt 5 Załącznika Nr 6.2 w kolumnie „Wymagane parametry” jasno określił „W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatora do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowych i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatora do sieci”.

Ad. 46 W przypadku gdy zaoferowany w zakresie **Pakietu Nr 2** analizator będzie wymagał specjalnego urządzenia (stacja uzdatniania wody), to Wykonawca musi dostarczyć takie urządzenie wraz z analizatorem w ramach jego dzierżawy.

Ad. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa).

Ad. 48 Zgodnie z wymogiem określonym w pkt: 17, 50, 65 Załącznika nr 6.1 do SWZ zaoferowane analizatory w **Pakiecie Nr 1** winny mieć rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016 r.. Zamawiający dopuszcza analizatory po przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Ad. 49 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** testów do oznaczania troponiny spełniających wymagania określone w SWZ.

Ad. 50 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** testów do oznaczania prokalcytoniny spełniających wymagania określone w SWZ.

Ad. 51 Zamawiający stosuje testy HCG+beta zarówno jako test ciążyowy, jak i w ginekologii onkologicznej (stąd określenie testów w Załączniku Nr 1 do SWZ „HCG+b”). Jeżeli Wykonawca posiada oddzielne testy HCG+beta stosowane jako test ciążyowy i testy HCG+beta stosowane w ginekologii onkologicznej to winien zaoferować oba te testy.

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza usunięcie z Formularza Cenowego – Załącznik Nr 1 do SWZ zbędnych wierszy pozostawionych na podpis osoby uprawnionej do składania oferty i zostawienie jedynie jednego pola na podpis.

Ad. 53 Zamawiający potwierdza, iż podana w **Pakiecie Nr 1** w Załączniku Nr 1 do SWZ ilość oznaczeń zawiera już ilości testów potrzebnych na kontrolę i kalibrację.

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów wskazanych w **pkt 23.2 i pkt 23.3 do SWZ** drogą elektroniczną, natomiast adres mailowy, na który można dokumenty w tej formie wysłać będzie podany w chwili wezwania Wykonawcy do złożenia tych dokumentów.

Ad. 71-75 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do Załącznika Nr 9 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ad. 76 Zamawiający dopuszcza zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Ad. 76 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wymagań określonych w pkt 10 Załącznika Nr 6.1 do SWZ, jak również w Załącznikach Nr 6.2-6.6 do SWZ w zakresie wymagań serwisu technicznego.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.11 i Ad.13 działając na podstawie art. 137 ust. 1,4,6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 13.08.2024r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 13.08.2024r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.11.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 17.1., 18.1., 19.1., Załączniku Nr 6.4 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6.4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Z up. **DYREKTORA**

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

mgr p.i.e.t. Maria Bawól
Zastępca Dyrektora