

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Szczecin, dnia 02.08.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) pn.: **Dostawa urządzeń do utrzymywania temperatury**

Nr postępowania: 272.10.2023

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.- dalej „Pzp”), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z dyspozycją przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp:

Pytanie 1

Część 3 - Chłodziarka i szafy chłodnicze

Urządzenie 1 (chłodziarka)

Czy Zamawiający dopuści pojemność 598 l i wymiary 77,5x189,0x70,0 cm (SxWxG) przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 2

Cześć 4 - Chłodnia laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści pojemność 598 l i wymiary 77,5x189,0x70,0 cm (SxWxG) przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią SWZ dopuszcza się chłodnie laboratoryjną, której komora ma pojemność użytkową nie mniejszą niż 540l. Tym samym Wykonawca może zaoferować urządzenie które ma pojemność użytkową większą niż 540l, pod warunkiem, że jej wymiary zewnętrzne nie będą większe niż wskazane w SWZ (tj. SxWxG) 75,1x184,4x75,0 cm.

Pytanie 3

Część 5 - Chłodziarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści głębokość 67 cm przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 4

Część 5 - Chłodziarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści wysokość 190,5 cm przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 5

Cześć 9 - Lodówka laboratoryjna jednodrzwiowa

Czy Zamawiający dopuści głębokość 67 cm przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 6

Cześć 9 - Lodówka laboratoryjna jednodrzwiowa

Czy Zamawiający dopuści wysokość 190,5 cm przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 7

Część 10 - Szafa chłodnicza do przechowywania podłóży

Czy Zamawiający dopuści pojemność wymiary 830x890x1990 mm (SzxGxW) przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 8

Czy w cz. 3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 558 l brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 9

Czy w cz. 3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 76,9 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 10

Czy w cz. 3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 87 cm i wys. 199,4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 11

Czy w cz. 3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 610 l netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 12

Czy w cz. 3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 582 l netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ. Jednocześnie wyjaśniamy iż parametr wskazany w SWZ tj. komora o pojemności 583l oznacza iż Zamawiający wymaga urządzenia 1 (chłodziarka) o pojemności komory brutto 583l.

Pytanie 13

Czy w cz.3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 80 cm i wysokości 199 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 14

Czy w cz. 3, poz. 1 Zamawiający dopuści chłodziarkę z obudową z blachy malowanej proszkowo w kolorze srebrnym i drzwiach w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 15

Czy w cz. 4 Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 87 cm i wys. 199,4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 16

Czy w cz. 4 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 610 l netto?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 540l. Tym samym jeśli chłodziarka o poj. 610 l netto jednocześnie spełnia wymóg pojemności użytkowej 540l to jest ona zgodna z SWZ pod warunkiem iż spełnia pozostałe parametry określone dla tego urządzenia.

Pytanie 17

Czy w cz. 4 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 582 l netto?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 540l. Tym samym jeśli chłodziarka o poj. 582 l netto jednocześnie spełnia wymóg pojemności użytkowej 540l to jest ona zgodna z SWZ pod warunkiem, iż spełnia pozostałe parametry określone dla tego urządzenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 18

Czy w cz. 4 Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 19

12. Czy w cz. 4 Zamawiający dopuści chłodziarkę z obudową z blachy malowanej proszkowo w kolorze srebrnym i drzwiach w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 20

Czy w cz. 4 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 441 l netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 21

Czy w cz. 5 Zamawiający dopuści chłodziarkę o szerokości: 60,1 cm i głębokości: 61,8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie tzn. szerokość 60,1cm i głębokość 61,8cm.

Modyfikacja:

Załącznik nr 3 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy,

Dotyczy części 5, pkt 2

Istniejące postanowienie

„2. Wymiary zewnętrzne nie więcej niż (SxWxG) 60x184x61,5 cm”

Postanowienie po modyfikacji

„2. Wymiary zewnętrzne nie więcej niż (SxWxG) 60,1x184x61,8 cm”

Pytanie 22

Czy w cz. 6 Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj. 1400 l brutto i 1286 l netto? Z uwagi na fakt, że urządzenie ma być wyposażone w zaledwie 6 półek, tak mała różnica w pojemności nie powinna być dla Zamawiającego istotna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 23

Czy w cz. 6 Zamawiający dopuści chłodziarkę w kolorze szarym i drzwiach w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 24

Czy w cz. 9 Zamawiający dopuści chłodziarkę o szerokości: 60,1 cm i głębokości: 61,8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie tzn. szerokość 60,1cm i głębokość 61,8cm.

Modyfikacja:

Załącznik nr 3 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy,

Dotyczy części 9, pkt 2

Istniejące postanowienie

„2. Wymiary zewnętrzne nie więcej niż (SxWxG) 60x184x61,5 cm”

Postanowienie po modyfikacji

„2. Wymiary zewnętrzne nie więcej niż (SxWxG) 60,1x184x61,8 cm”

Pytanie 25

Dotyczy pakietów:3, 4, 5, 6

Pyt.1

- Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?
- Czy jest winda towarowa lub osobowa w budynku? Jakie są jej wymiary po podłodze (SxG) i jaka jest wysokość?
- Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzeń po schodach ?
- Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
- Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Odpowiedź:

a.

Oddział Laboratoryjny Szczecin - II piętro

Oddział Laboratoryjny Kamień Pomorski - parter

Oddział Laboratoryjny Koszalin - I piętro

Oddział Laboratoryny Szczecinek - parter

b.

Oddział Laboratoryjny Szczecin - winda osobowa: wymiary po podłodze 109(S)x139(G)cm i wysokość 208cm

Oddział Laboratoryjny Kamień Pomorski - brak windy

Oddział Laboratoryjny Koszalin - brak windy

Oddział Laboratoryny Szczecinek - winda osobowa: drzwi 89 (S)x200(W)cm; wymiary po podłodze 92(S)x148(G)cm i wysokość 250cm

c.

Oddział Laboratoryjny Szczecin - tak

Oddział Laboratoryjny Kamień Pomorski - tak

Oddział Laboratoryjny Koszalin - tak

Oddział Laboratoryny Szczecinek - tak

d.

Oddział Laboratoryjny Szczecin - 85-90cm(S); 193-200 cm (W)

Oddział Laboratoryjny Kamień Pomorski - 70÷90cm(S); 190cm (W)

Oddział Laboratoryjny Koszalin - 80cm(S); 210 cm (W)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oddział Laboratoryjny Szczecinek - 90-133cm(S); 199-203(W)

e.

Oddział Laboratoryjny Szczecin - nie

Oddział Laboratoryjny Kamień Pomorski - wąskie przejścia

Oddział Laboratoryjny Koszalin - wąskie przejścia

Oddział Laboratoryjny Szczecinek - nie

Pytanie 26

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxWxG) 740* 1994 * 870(824) mm.

Wskazane wymiary tylko nieznacznie różnią się od wymagań Zamawiającego G-120mm W- 15mmm.

Głębokość obejmuje wszystkie elementy wystające.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 27

Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od +0 do +15 C.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 28

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxWxG) 740* 1994 * 870(824) mm.

Wskazane wymiary tylko nieznacznie różnią się od wymagań Zamawiającego G-120mm W- 15mmm.

Głębokość obejmuje wszystkie elementy wystające.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie 29

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od +0 do +15 C

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i podtrzymuje postanowienia SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 30

Pakiet 4

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga i wyrazi zgodę na przeprowadzenie wzorcowania w siedzibie Zamawiającego, po dostarczeniu urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem, że wzorcowanie potwierdzone będzie świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium i Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami dojazdu do siedziby i czasu wykonania.

Pytanie 31

Dotyczy części nr 5 i nr 9 Proszę o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chłodziarki nie posiadającej kółek jezdnych tylko nóżki do poziomowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Modyfikacja:

Załącznik nr 3 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy,

Dotyczy części 5, pkt 4

Istniejące postanowienie

„4. Kółka jezdne”

Postanowienie po modyfikacji

„4. Kółka jezdne lub nóżki do poziomowania”

Dotyczy części 9, pkt 4

Istniejące postanowienie

„4. Kółka jezdne”

Postanowienie po modyfikacji

„4. Kółka jezdne lub nóżki do poziomowania”

Pytanie 32

Część 1 Łazienka wodna

Czy Zamawiający może zweryfikować wymiary wewnętrzne łazienki? Podana specyfikacja dotycząca szerokości wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych jest identyczna, tj. 34 cm. Prosimy o podanie nowych wymiarów wewnętrznych oraz możliwego odchylenia w cm od tych wymiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający po zweryfikowaniu zapisów dotyczących wymiarów wewnętrznych w odniesieniu do zewnętrznych, rezygnuje z podawania wymiarów wewnętrznych łazienki opierając się tylko na parametrach zewnętrznych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Modyfikacja:

Załącznik nr 3 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy,

Dotyczy części 1, pkt 2

Istniejące postanowienie

„2. Wewnętrzne: nie więcej niż (SxWxG): 45x34x17 cm”

Postanowienie po modyfikacji

~~„2. Wewnętrzne: nie więcej niż (SxWxG): 45x34x17 cm”~~

Postanowienie wykreślono.

Pytania do umowy zał. 4:

Pytanie 33

(§ 3 ust. 8) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad z 7 dni roboczych do 14 dni?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpieryw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 7 dniowy termin realizacji jest trudny do dotrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim?

Uzasadnienie:

Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia. Żądanie od dystrybutora/importera instrukcji w języku polskim dla w/w wyrobu nie ma uzasadnienia prawnego, ponadto nie każdy dystrybutor będzie mógł spełnić to wymaganie również z uwagi na przepisy IVDR Artykuł 16.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie instrukcji używania w języku angielskim. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 07.04.2022 o wyrobach medycznych, Art. 12 ust. 4 instrukcje używania wyrobów medycznych dla użytkowników niebędących laikami winny być udostępnione w języku polskim lub angielskim. Zamawiający jako gospodarz postępowania wybiera język polski jako ten, w którym mają być przedstawione ww. dokumenty.

Pytanie 35

(§ 6 ust.1 pkt. 3) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max 0,1% wartości netto niedostarczonej części zamówienia za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu umowy, którego dostawa została opóźniona?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

*Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). **Wyrok KIO z dnia 14 października 2021 r., sygn. 2762/21** przy formułowaniu postanowień dotyczących kar umownych niezwykle istotne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikających z przyszłej umowy. Z jednej strony należy zatem uwzględnić interes Zamawiającego wynikający z dbałości o środki publiczne i przejawiający się w zagwarantowaniu takich narzędzi, które pozwolą mu skutecznie domagać się od wykonawcy spełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze również słuszny interes przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. **Przeciwstawienie obu w/w interesów nie może prowadzić do nieuzasadnionego przerzucenia na wykonawcę nadmiernych ryzyk kontraktowych i do przypisywania mu odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma żadnego wpływu.***

*Powyższy problem został zauważony przez Urząd Zamówień Publicznych, który w raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (Warszawa, 2018 r.), stwierdził że „**kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. Zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a wysokość kar umownych nie może być dowolna**”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę. Wykonawca jako profesjonalista składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego winien założyć realizację zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SWZ (w tym umowy). A zatem tak ukształtowana kara umowna (tj. na poziomie 0,2% od wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust. 1 – co należy odnosić do każdej części zamówienia osobno albowiem zgodnie z dyspozycją rozdziału XIV ust. 1 umowy będą zawierane oddzielnie dla każdej części) nie może być uznana za wygórowaną. Z punktu widzenia Zamawiającego kara umowna winna więc mobilizować wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy celem prawidłowego i terminowego jej wykonania, ale również zrekompensować ewentualne straty poniesione w wyniku braku rzetelności Wykonawcy. Co istotne zastrzeżona przez Zamawiającego kara odnosi się do sytuacji zawionych a więc w pełni koresponduje z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 36

(§ 6) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.

Pytanie 37

(§ 6 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.

Mając powyższe na względzie Zamawiający dodatkowo dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert

- pkt.2

Istniejący zapis:

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 04.08.2023 r., do godz. 09:00.**

Zastępuje się następującym:

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 09.08.2023 r., do godz. 09:00.**

- pkt. 3

Istniejący zapis:

Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 04.08.2023 r., o godz. 09:15.**

Zastępuje się następującym:

Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 09.08.2023 r., o godz. 09:15.**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- pkt. 5

Istniejący zapis:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 01.09.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach m.in. art. 307 ustawy Pzp.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 07.09.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach m.in. art. 307 ustawy Pzp.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego