



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 22.08.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”** (oznaczenie sprawy TP-15/2022) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2022 r. pod numerem: **2022/BZP 00300223/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. Prosimy o doprecyzowanie formularza cenowego w pakiecie nr 20 Zamawiający opisuje zamówienie w pozycji nr 6 w kolumnie Ilość wskazuje na 2 przeglądy rocznie i specyfikuje części do wymiany 2 razy w roku. Tymczasem filtr sterylny w sterylizatorze HS66, w sterylizatorze HS44, w myjniach 46-5 oraz uszczelki w myjniach 46-5 a także uszczelki drzwi w komorze GED wymienia się raz do roku. Opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, niezgodny z zakresem przeglądów o którym mówi producent Zamawiający naraża się na zawyżenie kosztów przeglądów o części które nie są wymagane do przeglądów technicznych tych wyrobów medycznych. Istnieje również przesłanka że oferta Wykonawcy będzie za wysoka w stosunku do budżetu, który na ten pakiet został założony przez Zamawiającego Prosimy o weryfikację zakres przeglądów bądź wyłączenie punktu 6 z pakietu nr 20. Wszystkie materiały zużywalne mogą zostać wycenione po wykonaniu przeglądu, zgodnie ze zużyciem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wykonawca jest przekonany, że w czasie eksploatacji urządzeń nie może dojść do szybszego zużycia materiałów eksploatacyjnych? W przypadku szybszego zużycia materiałów a braku uwzględnienia dodatkowej ilości, Zamawiający jest narażony na zakup materiałów poza ceną umowną.

2. Prosimy o wykreślenie punktu 5 pakietu nr 20 - Materiały eksploatacyjne do przeglądu: -
1 x system komputerowy T-DOC 1000SDM – do przeglądu komputera producent nie wykazuje żadnych części eksploatacyjnych w trakcie przeglądu

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje załącznik.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 22 sierpnia 2022 r.

DYREKTOR
mgr Sebastian JANKIEWICZ