

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 07.03.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 07.03.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku –powtórka.**  
Oznaczenie sprawy: **3/2024**

**Zapytanie nr 1.** Pakiet 16, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wąski z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 4 mm, do min. 100 cykli sterylizacji?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 2.** Pakiet 16, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 2,4 mm, do min. 100 cykli sterylizacji?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3.** Pakiet 16, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, z kablem dł. 3 m, wtyk typu Valleylab?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 4.** Pakiet 16, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, niedzieloną, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 109 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, z kablem dł. 3 m, wtyk typu Valleylab?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ – Zamawiający oczekuje elektrody kompatybilnej z urządzeniem SABRE 2400 firmy Conmed.**

**Zapytanie nr 5.** Pakiet 16, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny wtyk typu banan 4 mm, gniazdo do narzędzi 4 mm, dł. 5 m?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 6.** Pakiet 16, pozycja 7:

Czy Zamawiający wymaga elektrody monopolarnej pętli do konizacji z wtykiem 4 mm czy 2,4 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje elektrody monopolarnej z wtykiem o średnicy 2,4 mm.**

**Zapytanie nr 7.** Pakiet 16, pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wielorazową do elektrod monopolarnych o śr. 2,4 mm, dł. robocza 14 cm, wtyk do uchwytu o śr. 2,4 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 8.** Pakiet 16, pozycja 13:

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wielorazową do elektrod monopolarnych o śr. 4 mm, dł. robocza 10 cm, wtyk do uchwytu o śr. 4 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 9.** Pakiet 16, pozycja 14:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożyk, jednorazową, wtyk śr. 2,4 mm, dł. całkowita 70 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 10.** Pakiet 17, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 11.** Pakiet 17, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych jednorazowy dł. 5m do diatermii ERBE?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 12.** Pakiet 17, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulkę, śr. 4 mm, jednorazową, wtyk śr. 2,4 mm, dł. całkowita 70 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 13.** Pakiet 17, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 4 mm, do min.100 cykli sterylizacji?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści długość kabla 5 m pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 14.** Pakiet 17, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 4 mm, do min.100 cykli sterylizacji?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 15.** Pakiet 17, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, jednorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 2,4 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści długość kabla 5 m pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 16.** Pakiet 17, pozycja 10:

Czy Zamawiający wymaga przedłużki z wtykiem 4mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje przedłużki z wtykiem 4 mm.**

**Zapytanie nr 17.** Pakiet 17, pozycja 11:

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny wtyk typu banan 4 mm, gniazdo do narzędzi 4 mm, dł. 5 m?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 18.** Pakiet 17, pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny, wtyk do diatermii Erbe, dł. 5 m?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści kabel o długości 5 m pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 19.** Pakiet 17, pozycja 13:

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do resektoskopu Wolf, wtyk do diatermii 2-pinowy, dł. 4,5 m?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 20.** Pakiet 17, pozycja 15:

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny, wtyk 2-pinowy do diatermii, wtyk do pincety okrągły, dł. 5 m?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 21.** Pakiet 17, pozycja 16:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułę, wymiary 2,5 x 20 mm, dł. 120 mm, wtyk śr. 4 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 22.** Pakiet 17, pozycja 17:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową, wymiary 2,4 x 10 mm, dł. 110mm, wtyk śr. 4 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 23.** Pakiet 17, pozycja 18:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną półpętlę, wymiary 15 x 15 mm, długa, wtyk śr. 4 mm lub elektrodę monopolarną półpętlę, wymiary 20 x 20 mm, długa, wtyk śr. 4 mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 24.** Pakiet 17, pozycja 19:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną pętlę śr. 10 mm, dł. 130 mm, wtyk śr. 4mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 25.** Pakiet 17, pozycja 20:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną pętlę śr. 20 mm, dł. 14 mm, wtyk śr. 4 mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 26.** Pakiet 17, pozycja 21:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułę, wymiary 25 x 3,0 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.)?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 27.** Dotyczy pakietu nr 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 jednorazowe uchwyty do igieł systemowych pakowane po 100 szt./op., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tak aby ostatecznie ilość sztuk proponowanego asortymentu odpowiadała ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 28.** Dotyczy pakietu nr 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametru opisanego poniżej tabeli asortymentowo - cenowej (zał. nr1.). Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie próbówki lub próbówkostrzykawki były pakowane a 50szt. (zgodnie z zapisem pkt. 7 wymagań do pakietu), natomiast dopuszczenie przez Zamawiającego złożenia oferty na inną wielkość opakowań dotyczy

pozostałego asortymentu tj. igieł systemowych z poz. 6, multiadapterów lub adapterów luer w poz. 8; uchwytów jednorazowych z poz. 9.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 29 Dotyczy Pakiet nr 11 Poz. 1 Podgrzewany układ oddechowy**

Prosimy o dopuszczenie układu o długości 120 cm.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 30 Dotyczy Pakiet nr 11 Poz. 4 Okulary do fototerapii**

Prosimy o dopuszczenie następujących okularów do fototerapii:

- wykonane z miękkiego materiału o właściwościach hypoalergicznym,
- okularki można dostosować do pożądanego obwodu głowy,
- nie powodują ucisku na gałki oczne, a oczy dziecka mogą zamykać i otwierać się w naturalny sposób. Dostępne rozmiary: Preemie (obwód głowy <28 cm), Small (obwód głowy 28-34 cm), Medium (obwód głowy >34 cm)

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 31**

Wniosek o udzielenie ponownej odpowiedzi

Dotyczy: Prośba o ponowne rozważenie odpowiedzi na Zapytanie nr 12 do pakietu 8

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

Szanowni Państwo, W odniesieniu do opublikowanych odpowiedzi, wyrażamy nasze zaniepokojenie w związku z odpowiedzią udzieloną na zapytanie nr 12, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie tej kwestii z zachowaniem zasad gospodarowania finansowego jednostek sektora finansów publicznych i zasad konkurencyjności Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz zasadami gospodarowania finansowego, uprzejmie prosimy o dokładne zbadanie wyboru sztywnych parametrów technicznych poprzez umieszczenie w pakiecie nr 8 produktów nietożsamych.

Prosimy zweryfikować odpowiedź Zamawiającego w oparciu o szczegółowe sprawdzenie zasad konkurencyjności oraz ustalania, czy w ramach **wskazania cech technicznych i jakościowych zawartych w normach, specyfikacjach technicznych, ocenach technicznych i innych systemach referencji zgodnie z hierarchią wskazaną w ustawie, zasadne jest utrzymanie sztywnych parametrów technicznych w zakresie umieszczenia w pakiecie produktów nietożsamych?**

Zachowując pełen szacunek i gotowość do współpracy, prosimy o przemyślane rozważenie naszej prośby i udzielenie ponownej odpowiedzi.

**Zgodnie z wiedzą wykonawcy niedopuszczenie rozwiązań równoważnych** przy zachowaniu sztywnych cech technicznych jest sprzeczne ze **sposobem opisywania przedmiotu zamówienia określonym przez przepisy art. 29-31 ustawy. PZP**

*take działania:*

*podlegają art 305KK (po nowelizacji) i ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych*

**Nowość** Art. 17. - [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień  
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

0z.U.2024.104 t.j. | Akt obowiązujący  
Wersja od: 29 stycznia 2024 r.

Art. 17. [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień publicznych]

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych:

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

Z uwagi na powyższe, prosimy ponownie przeanalizować odpowiedź udzieloną w zapytaniu 12 i omówionych wyżej zagadnień związanych z produktem równoważnym, opis przedmiotu zamówienia powinien być zawsze przedmiotem bardzo dokładnej analizy i refleksji Zamawiającego a decyzje wątpliwe Wykonawca ma prawo skierować do instytucji kontrolnych zgodnie z art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu o wszczęcie kontroli uprzedniej lub doraźnej. Oczywiście wniosek ten jest fakultatywny jednak w przypadku

uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik może być wszczęta kontrola i nałożenie na Zamawiającego korekty finansowej.

Jesteśmy otwarci na wszelkie dalsze dyskusje w sprawie tej kwestii oraz na udzielenie wszelkich ustaleń lub informacji, które mogą przyczynić się do skutecznej i satysfakcjonującej dla obu stron współpracy. Liczymy na konstruktywny dialog w omawianej sprawie.

**Wyjaśnienie: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią nr 13 z dnia 28.02.2024 r. dopuścił rozwiązanie równoważne do pozycji nr 1 pakietu nr 8.**

**Zapytanie nr 32** Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicach głowicy 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm i 34 mm, długość ramienia 22 cm, dwa rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,5 mm ( śr. 21 mm, 24 mm, 26 mm), 4,8 mm (śr.29 mm) i 5,0 mm (śr. 32 mm, 34 mm). Opakowanie 1 szt.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 33** Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 i 17 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami okrągłymi, wysokość zszywek 3,8 mm w miejsce zszywek o wysokości 3,5 mm oraz 4,5 mm w miejsce zszywek o wysokości 4,8 mm. Technologia zszywania standardowa. Opakowania 1 szt.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 34** Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 6, 7, 10, 11 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokości 4,5 mm. Opakowanie 1 szt.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wysokość zszywki pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 35** Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie staplerów o długości ramienia 16 mm i 11 cm, artykulacja płynna w obie strony, zakres artykulacji do 45°. Opakowanie 1 szt.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość ramienia pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 36** Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dopuści ładunki dostarczane po jednej sztuce, po przeliczeniu wymaganej ilości w opakowaniu.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 37** Pakiet nr 7

Jako autoryzowany przedstawiciel marki Fujifilm i Choyang prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3 do oddzielnego pakietu oraz dopuszczenie poniższych parametrów.

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści: Detergent kompatybilny z poz. 2

Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów
Zapewniający doskonale właściwości myjąco-dezynfekujące
Opakowanie o poj. 1 litr

**Wyjaśnienie: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania, wyjaśnień udzielono w postępowaniu pn. „Zakup środków dezynfekcyjnych”, oznaczenie sprawy 1/2024.**

**Zapytanie nr 38** Pakiet nr 7

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści: Płyn kompatybilny z poz. 1 i 3

Oferent / Producent
Nazwa i typ

Kraj pochodzenia
Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadoctowego i Diazaadamantany (ISAZONE®)
Wysoka skuteczność biobójcza i sporobójcza już po 5 min.
Roztwór roboczy stabilny do 15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami),
Wysoka tolerancja materiałowa
Nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów
Skład: roztwór aktywny
Substancje czynne: Isazone ®0,010 g; kwas nadoctowy 0,180g, składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml
Przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885
Zgodny z PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1
Opakowanie o poj. 5 litrów
Rekomendacja autoryzowanego dystrybutora: a) urządzenia do mycia i dezynfekcji b) aparatów endoskopowych

**Wyjaśnienie: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania, wyjaśnień udzielono w postępowaniu pn. „Zakup środków dezynfekcyjnych”, oznaczenie sprawy 1/2024.**

**Zapytanie nr 39 Pakiet nr 7**

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści: Paski kompatybilne z poz. 2

Paski testowe do pomiaru efektywności i Minimalnej Zalecanej Koncentracji Kwasu Nadoctowego
Opakowanie min. 100 szt. pasków

**Wyjaśnienie: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania, wyjaśnień udzielono w postępowaniu pn. „Zakup środków dezynfekcyjnych”, oznaczenie sprawy 1/2024.**

**W imieniu Zamawiającego  
p.o. Dyrektora Szpitala Ogólnego  
Wojciech Łuczaj**