

**Wykonawcy uczestniczący**

**w postępowaniu**

**Dotyczy: Dostawy zaopatrzenia medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 74 pakiety.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treści pytań wraz z odpowiedzią.

**Pytanie 1**

**Pakiet 8, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,45 x 25 mm

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza igły o rozmiarze 0,45 x 25 mm

**Pytanie 2**

**Pakiet 8, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6 x 30 mm

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza igły o rozmiarze 0,6 x 30 mm

**Pytanie 3**

**Pakiet 8, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,7 x 40 mm

**Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,7 x 40 mm

**Pytanie 4**



**Nr cert: 20647-Q15-001PL  
ISO 9001**

**Pakiet 8, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,8 x 40 mm

**Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,8 x 40 mm

**Pytanie 5**

**Pakiet 8, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,9 x 40 mm

**Odpowiedź 5**

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,9 x 40 mm

**Pytanie 6**

**Pakiet 8, poz. 7**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 1,2 x 40 mm

**Odpowiedź 6**

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm

**Pytanie 7**

**Pakiet 8, poz. 8**

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,4 x 20 mm

**Odpowiedź 7**

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,4 x 20 mm

**Pytanie 8**

**Pakiet 9, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie strzykawki 100 ml z końcówką cewnikową z dwoma łącznikami LUER.

**Odpowiedź 8**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 100 ml z końcówką cewnikową z dwoma łącznikami LUER.

**Pytanie 9**

**Pakiet 9, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź 9**

Zamawiający nie dopuszcza strzykawek pakowanych po 80 sztuk

**Pytanie 10**

**Pakiet 9, poz. 4**



Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

### **Odpowiedź 10**

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

### **Pytanie nr 11**

#### **Pakiet 44, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie PÓŁMASKI FFP2

Została zaprojektowane w celu ochrony przed stałymi i nietłymi cząsteczkami cieczy.

- składana, idealnie wyprofilowana
- bez zaworu wydechowego,
- mocowana na gumki zakładane na uszy
- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,
- 5-warstwowa
- filtracja powyżej 94%,
- opakowanie – 25 szt.
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

### **Odpowiedź 11**

Zamawiający nie dopuszcza PÓŁMASKEK FFP2

### **Pytanie 12**

#### **Pakiet 45, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie fartucha nakładanego z przodu i wiązanego z tyłu.

### **Odpowiedź 12**

Zamawiający dopuszcza fartuch nakładany z przodu i wiązany z tyłu.

### **Pytanie 13**

#### **Pakiet 45, poz. 2**

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

2. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy **w pakiecie 45. Poz. 2?**



### **Odpowiedź 13**

Zamawiający informuje, iż fartuchy używają lekarze oraz pielęgniarki podczas wizyty pacjentów w gabinecie lub wizyty w środkowisku. Zamawiający nie oczekuje fartuchów do stosowania na bloku operacyjnym.

### **Pytanie 14**

#### **Pakiet 46, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o wymiarach 41 x 15 cm.

### **Odpowiedź 14**

Zamawiający dopuszcza ochraniacze o wymiarach 41 x 15 cm.

### **Pytanie 15**

#### **Pakiet 49, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie strzykawek innej firmy niż KD.

### **Odpowiedź 15**

Zamawiający dopuszcza strzykawki innej firmy niż KD.

### **Pytanie 16**

#### **Pakiet 72, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie strzykawki innej firmy niż Polfa.

### **Odpowiedź 16**

Zamawiający dopuszcza strzykawki innej firmy niż Polfa.

### **Pytanie 17**

Czy w **Pakiecie nr 39 w poz. 7** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

### **Odpowiedź 17**

Tak

### **Pytanie 18**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 39 poz. 7** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.



Nr cert: 20647-Q15-001PL  
ISO 9001

**Odpowiedź 18**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 39 poz 7.

Z poważaniem:



**Nr cert: 20647-Q15-001PL  
ISO 9001**