

Udzielenie wyjaśnień treści SWZ

udostępniono zgodnie z art.284 ust.6 ustawy PZP, tj. na stronie prowadzonego postępowania dotyczy: postępowania nr SPZZOZ-ZP-12/2024 pn.:

Dzierżawa analizatora do immunodiagnostyki wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych

Pytanie

1) do poz. 16

Czy Zamawiający dopuści analizator z identyfikacją materiału badanego za pomocą kodów kreskowych i odczynników za pomocą systemu znakowania odczynników RFID? System RFID pozwala na szybką i bezproblemową identyfikację odczynników i kalibratorów na pokładzie aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza identyfikacji odczynników za pomocą systemu znakowania RFID.

2) do poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wykonanie oznaczenia troponiny w czasie 23 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oznaczania troponiny w czasie 23 minut.

Udzielone przez zamawiającego odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ, co oznacza, że obowiązują one wykonawcę w tym samym zakresie co postanowienia SWZ.

Osoba sporządzająca – 25.04.2024r.:

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Emilia Lenartowicz-Gębka

Kierownik zamawiającego: Bernarda Dudek