

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



SO 9001



Wałbrzych, dnia 05.06.2020r.

DZPZ-530-Zp/22/PN-21/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa: Endoprotezy piersi i szery, Dwuwodny siarczan wapnia, Obłożenia do implantacji stymulatorów, Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego, Rurka intubacyjna zbrojona ” - Zp/22/PN-21/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie rurki zbrojone z przewodnicą umieszczoną w kanale rurki, dostosowana rozmiarem i długością. Rurka wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV bez zawartości lateksu, wyraźne czytniki głębokości nad mankietem, spiralne zbrojenie na całej długości rurki ze stali nierdzewnej. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, otwór Murphy`ego, atraumatyczne zakończenie rurki i otworu Murphy`ego. Oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie i balonie,

Rozmiary: od 3,0 do 9,5 co pół. Rurki sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Oznaczenie numeru rozmiaru i numeru serii na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki z przewodnicą. Łatwe otwarcie opakowania od strony łącznika.

Odp.: Zamawiający dopuści, jeżeli wykonane są z silikonowego PCV i spełniają pozostałe parametry

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, bez silikonu?

Odp.: Zamawiający nie dopuści – wymaga silikonowanego PCV.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 Pozycji 1 serweta do obłożenia klatki piersiowej 200x390 cm z oknem o wym. 35x40 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz otoczonym dodatkową warstwą wysokochłonną. Serweta wyposażona w dwie kieszenie 3-komorowe i przewodnice drenów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m², dodatkowa warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o grubości ponad 100 gr. krawędzie serwety wykonane z niebarwionego polimeru o grubości min. 0,12 mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 Pozycji 1 pensety anatomicznej ząbkowanej o długości 10,5 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 Pozycji 1 serweta na stolik 150x240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m² – zawinięcie zestawu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy w przypadku wezwania do dostarczenia próbek Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do implantacji stymulatorów z serwetą na stolik w rozmiarze 150 x 260 cm (w miejsce serwety 150 x 240 cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do implantacji stymulatorów z serwetą do obłożenia klatki piersiowej z włókniny SMS o gramaturze 50g/m² z otworem 25 x 30 cm wypełnionym folią, otoczony warstwą wzmocnienia SM o gramaturze 80g/m², krawędzie wykonane z tego samego materiału co reszta serwety, serweta zintegrowana z organizatorami przewodów, dodatkowo dodane do zestawu 2 kieszenie 2-komorowe?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza – wymaga „okno” 35x40 cm.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do implantacji stymulatorów z osłoną typu czepek z gumką w rozmiarze 85 cm x 85 cm (w miejsce osłony o Ø 80 cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do implantacji z fartuchem o gramaturze 45g/m² w rozmiarze XXL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do implantacji z fartuchem o gramaturze 35g/m² w rozmiarze XXXL?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia do implantacji stymulatorów spełniające wymogi normy EN 13795-1-3 oraz o następującym składzie:


- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (dwuwarstwowa + wzmocnienie o gramaturze powyżej 60 g/m²) - **Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x serweta do obłożenia klatki piersiowej 340/200 x 350 cm z oknem o wym. 32 x 38 cm wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym dodatkową warstwą wysokochłoną. Wyposażona w 2 zintegrowane kieszenie 3-komorowe oraz prowadnice do drenów. Materiał serwety wykonany z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m² z dodatkową warstwą chłoną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m²) - **Zamawiający nie dopuszcza.**

- 1 x kieszeń przylepna 1-komorowa 43 x 38 cm - **Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x osłona na sprzęt medyczny 95 x 85 cm ze ściągaczem - **Zamawiający dopuszcza.**

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm - **Zamawiający dopuszcza.**



- 1 x fartuch chirurgiczny roz. XXL dł. 155 cm, wykonany z włókniny SMS o gr. 40 g/m² -

Zamawiający nie dopuszcza.

- 1 x miska plastikowa 250 ml z tworzywa sztucznego - **Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x miska plastikowa 500 ml z tworzywa sztucznego - **Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x peseta anatomiczna ząbkowana 12,5 cm - **Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x skalpel nr 23 z rękojeścią - **Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 13. Dotyczy wzoru umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY

§ 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 istotnych postanowień umowy sprzedaży słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia SIWZ.

Pytanie 14. Dotyczy umowy

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:


Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres



działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odp.: Zamawiający nie zmienia SIWZ.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek intubacyjnych zbrojonych, wiodącego producenta, wykonanych z medycznej odmiany PCV niesilikonowanego, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, odporne na zaginanie. Rurki posiadają jeden czarny szeroki znacznik wokół pełnego obwodu rurki dla ułatwienia prawidłowego umieszczenia w tchawicy, oczko Murphego, rozmiar rurki na rurce oraz baloniku kontrolnym, na stałe wtopiony, biały łącznik 15 mm. Rurki z prowadnicą, wyprofilowane. Prowadnica o właściwościach poślizgowych, umieszczona wewnątrz rurki, dostosowana rozmiarem i długością. Sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Oznaczenie numeru rozmiaru i numeru serii na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki z prowadnicą. Łatwe otwarcie opakowania. Mankiet rurki oraz skalowanie dopasowane do rozmiaru (producent nie podaje w materiałach marketingowych wartości). Długości rurek odpowiednia dla poszczególnych rozmiarów: R5 321mm, R5,5 322mm, R6 329mm, R6,5 334mm, R7 352mm, R7,5 356mm, R8 364mm, R8,5 388mm, R9 398mm.


Odp.: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga odmiany silikonowanego PCV.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1-9

_W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Pakiet 5 poz. 1-9

Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa; łącznik



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



SO 9001



ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, do rurki dołączona jednorazowa, sterylna, przewodnica.

Odp.: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga silikonowego PCV.