

Katowice, dn. 30.12.2024r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę dializatorów, materiałów do dializ, komponentów do dializ,
Nr sprawy: ZP-24-139UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 4 pkt. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego o powierzchni 2,2 m² (pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją: wartości klirensu QB = 300ml/min.: dla fosforanów 253, dla mocznika 280; sterylizowane parą wodną)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2, Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych: średnica 11 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm
Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp.: Powyższe pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ, a opis swojego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3, Pakiet nr 2 poz. 2

Jakich ramion wymaga Zamawiający – prostych, czy zagiętych?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 4, Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 poz.2 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, Pakiet nr 2 poz. 3

W związku z użytkowaniem przez personel Zamawiającego w Stacji Dializ nowszej wersji urządzenia do ciągłych terapii nerkozastępczych multiFiltratePRO wykorzystującego alternatywny system połączeń drenów cytrynianu i wapnia typu SecuNect, prosimy o zgodę na zaoferowanie w powyższej pozycji również zestawu do hemodiafiltracji cytrynianowej opartego na przytoczonym systemie w postaci jednej kompleksowej kasyety (do wyboru przez Zamawiającego).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 10 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, 13 którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy **którego dotyczą niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 7, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto umowy niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.