

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
podkom. Łukasz ZIĘBIŃSKI

Zatwierdzam

Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie:

- 1) 6 termohigrometrów LB-103 o numerach seryjnych: 12872, 12873, 12877, 12878, 12879, 12880;
- 2) 3 termohigrometrów LB-532 o numerach seryjnych: 918, 922, 953.

Punkty wzorcowania: temperatura/wilgotność

+15°C/40%; +20°C/30%; +20°C/40%; +20°C/70%; +30°C/40%

Laboratorium wzorcujące powinno być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Usługa niezbędna do zachowania spójności pomiarowej zgodnie z normą PN/EN ISO 17025 zgodnie z Harmonogramem Wzorcowień i Sprawdzeń Systemu Jakości na rok 2025.

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
asp. Marek LEWIŃSKI

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Martyna PLEBAŃSKA