

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: mcholewa@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.MCH.38...../2024

Tarnów, 17.05.2024

Dotyczy:

Dostawa sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki dla Pracowni Angiokardiografii - PN 38/2024

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.06.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Część nr 9

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do predylatacji o średnicach 1 mm- 4 mm; o długościach 5 mm- 30 mm; ciśnieniu nominalnym 6 atm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do krętych i małych naczyń o średnicach 1mm- 4mm; o długościach 5mm- 30 mm; długości użytkowej cewnika 140 cm; ciśnieniu nominalnym 6 atm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy o średnicach 1,5 mm- 4,5 mm; o długościach 10mm- 40 mm (10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40mm; profilu wejścia 0,016"?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 16

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować stent wieńcowy kobaltowo-chromowy z biodegradowalnym polimerem uwalniający Syrolimus w dawce 2,6 µg/m; o średnicach 2,0-4,0mm;

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 17

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować stent wieńcowy powlekany biokompatybilnym polimerem, uwalniający Syrolimus; o długościach 9mm- 49 mm; średnicach 2,00mm- 4,5mm; ciśnieniu nominalnym 9-12 atm; ciśnieniu RBP- 16 atm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stent wieńcowy powlekany biokompatybilnym polimerem, uwalniający Syrolimus; o długościach 9mm- 49 mm; średnicach 2,00mm- 4,5mm; długości użytkowej 142 cm, skrócenie stentu przy rozprężeniu max 3%?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 20

Czy Zamawiający dopuści do oceny stent wieńcowy o długościach 8,00, mm-40 mm; średnicach: 2,0mm-4,0 mm; ciśnieniu nominalnym 11 atm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 21

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować stent wieńcowy uwalniający Syrolimus bez polimeru; o długościach 8 mm-48 mm; średnicach 2 mm- 4 mm; ciśnieniu NP 11 atm, RBP 16 atm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 22

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw do trudnych zmian i bifurkacji:

Poz. 1

Stent wieńcowy o długościach 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18mm, 21mm, 24mm, 28mm, 32 mm, 40 mm; średnicach 2,00 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm?

Poz. 2

Cewnik balonowy SC- o długości użytkowej 140 cm, średnicach 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4,0 mm?

Poz. 3

Cewnik balonowy NC o długości użytkowej 140 cm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik do usuwania skrzeplin współpracujący z cewnikiem prowadzącym 6 F i 7 F, profilu wejścia 6F= 0,021", 7F= 0,025" ?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 42

Czy zamawiający pozwoli zaoferować cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego o średnicach 5,5F, 6F, 7F, 8F, średnice wewnętrznego światła: 5,5F- 0,052", 6F- 0,057", 7F – 0,063", 8F- 0,072"?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 43

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy nacinający o długościach 6mm, 8mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm; średnicach balonu 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 3,50 mm; ciśnieniu RBP 20 atm?

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Część nr 44

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować mikrocewnik do CTO, którego długość sekcji hydrofilnej – przy długości 135 wynosi 70 cm, przy długości 150 cm wynosi 90 cm; średnica zewnętrzna w części dystalnej wynosi 1,8F; średnica zewnętrzna w części proksymalnej - 2,5F; długość profilu wejścia to 1,6F

Odpowiedz: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ strona internetowa prowadzonego postępowania

3/ A/a

Podpisać (a) :

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czoch

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr inż. Monika Chołota

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnyś