



REGON: 910858394

NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 1/3/24

Nasza data: 01.02. 2024rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2024/S 14 /00038557 – 2024 – pl ted.europa.eu/TED/19/01/2024

Termin składania ofert: 23.02.2024 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy
postępowania przetargowego
ZP/PN- 1/2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 roku wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem;

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: Dostawę protez, implantów oraz innych wyrobów ortopedycznych z podziałem na 7 zadań, sprawa nr ZP/PN-1/2024.

1. . Dotyczy załącznika nr 7 do SWZ tj. załącznika ilościowo-rodzajowego, zadanie nr 4 pozycja biodro lp. 5
Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja biodro lp. 5 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

2. Dotyczy załącznika nr 7 do SWZ tj. załącznika ilościowo-rodzajowego, zadanie nr 4 pozycja kolano rewizyjne, półzwiązane lp. 4
Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja kolano rewizyjne, półzwiązane lp. 4 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu:

Trzpień przedłużający wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm.

Trzpień przedłużający bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

3. Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ tj. Projektu umowy
Zapis w §7 ust. 1 pkt 4 brzmi: 4) łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości umowy brutto

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis o następującej treści: 4) łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości umowy brutto?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Monika Tytusowska Skarżyńska