

NZ/...829.../2019

Jelenia Góra, dnia 13.08.2019 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej dla potrzeb WCSKJ, nr ref. ZP/PN/26/06/2019 (Publikacja ogłoszenia 2019/S 2019-138-339271 Z DNIA 19.07.2019 R).

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Dot.: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie typu Nagahara jak na rys.:



NAGAHARA
NUCLEUS DIVIDING HOOK
for horizontal chopping techniques
1.5 mm long tip
0.9 mm inner edge
overall length 98 mm



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dot.: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie typu phaco chopper jak na rys.:

Phaco chopper, angled, 1.2 mm angle to tip, blunt tip, 60° cutting edge



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dot.: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy narzędzie dla techniki quick-chop jak na rys.:

Phaco chopper, 10 mm angle to tip wedge-shaped rounded tip, 70° cutting edge, L=90 mm, suggested for quick-chop



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dot.: Pakiet nr 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga do dostawy narzędzie jednorazowe

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga narzędzi jednorazowych.

ZESTAW 2:

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Formularzu Cenowym – treść „UWAGA”:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga wyłącznie kod/ numer katalogowy gotowego wyrobu medycznego oferowanego przez Wykonawcę?

Uwaga o podaniu kodów/ nr katalogowych „wszystkich elementów zaoferowanych” może sugerować iżnp. w Pakietach 3 oraz 4 wymagane jest podanie numerów katalogowych wszystkich elementów składowych zestawów, co jest niemożliwe do realizacji. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga numeru katalogowego kompletu.

Pytanie 2, dot. zapisów zawartych we Wzorze Oferty w zakresie Pakietu nr 4:

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w Pakiecie nr 4 z terminem przydatności do użycia **minimum 3/4 nominalnego okresu ważności (tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy).**

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 1 rok nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 5 produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. W związku z tym bardzo proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. zapisów § 3, ust. 2.1 Projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczanie faktur elektronicznie.

Ze względów logistycznych powyższe wymaganie jest trudne do realizacji po stronie Wykonawcy, dlatego proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Przy każdorazowej dostawie Wykonawca będzie dostarczał fakture vat w formie papierowej. Wykonawca dostarczy kopie faktury vat (np. pdf) na żądanie Zamawiającego (np. w przypadku gdy Wykonawca nie dołączy faktury do towaru) na wskazany adres e-mail lub fax.

Pytanie 4, dot. zapisów Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §2 ust. 6 umowy wg następującej propozycji:

„ 6. Do zmian opisanych w ust. 5 lit. a niniejszego paragrafu nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy. W przypadku zaś zmian opisanych w ust. 5 lit. b i lit. c niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 9. „

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie, nowa stawka powinna obowiązywać automatycznie bez konieczności zawierania

aneksu do umowy. Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, wartość netto towarów stanowi dla Wykonawcy ekwiwalent ekonomiczny za jego świadczenia, wartość netto nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, dot. zapisów Projektu Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §2 ust. 9 umowy wg następującej propozycji:

„9. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w **ust. 5 lit. b i lit. c** i ust. 8, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy lub informacje, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie, nowa stawka powinna obowiązywać automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, wartość netto towarów stanowi dla Wykonawcy ekwiwalent ekonomiczny za jego świadczenia, wartość netto nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 kolejnego ustępu, który **dopuszczałby zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych?**

Uzasadnienie:

Konieczność ujęcia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przewiduje art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy PZP.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §2 umowy ustępu nr 12?

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminów wskazanych w §3 ust. 1 **w dniach i godzinach roboczych?**

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Co prawda umowa przewiduje, że dostawy mają odbywać się w dni robocze, ale gdyby zamówienie zostało złożone w piątek po południu, Wykonawca mógłby mieć realnie tylko kilka godzin na zorganizowanie dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 3 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości przedmiotowego asortymentu oraz cykliczności dostaw, **jednakże jest zobowiązany zrealizować umowę przynajmniej w 80% jej całkowitej wartości i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej zrealizowanie.**”?*

Uzasadnienie:

Zamawiający musi wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. Zadeklarowanie przez Zamawiającego, że zakupi towary o wartości przynajmniej 80% wartości całkowitej umowy umożliwi Wykonawcy rzetelne i racjonalne skalkulowanie ryzyka, aby oferta była jak najkorzystniejsza dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku **zawinionego przez Wykonawcę niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.** „Wykonawca zobowiązany będzie **do wyrównania różnicy w cenie towaru zamówionego u innego dostawcy.**”?*

Uzasadnienie:

- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak terminowej dostawy wynika z wyłącznej winy Wykonawcy, a nie okoliczności, za które on nie odpowiada;
- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na koszty dostawy towaru, nie jest w stanie ocenić ich racjonalności oraz konieczności ich poniesienia. Dlatego też w przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu jedynie różnicę w cenie towaru;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z § 3 umowy ustępu nr 8?

Uzasadnienie:

Umowa zawarta na czas oznaczony może być rozwiązana jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na sytuację Zamawiającego, jego kondycję finansową lub współpracę z NFZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od otrzymania reklamacji,
- wad jakościowych w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego asortymentu od Zamawiającego,
- w przypadku wad ukrytych w ciągu.....dni **roboczych** od jednoznacznego stwierdzenia istnienia wady.”?

Uzasadnienie:

- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się jednostkami roboczymi;
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru, termin na jej rozpatrzenie powinien więc być liczony od momentu dostarczenia Wykonawcy reklamowanej partii towarów;

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu wskazanego w §5 ust. 6 umowy w **dniach roboczych?**

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1-4 umowy w następującym brzmieniu:

„1. W razie **czterokrotnej zwłoki** dostaw w okresie objętym umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od **niezrealizowanej części** umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od **niezrealizowanej części** umowy także w przypadku, jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia, **czterokrotnie** uchybia innym **istotnym** postanowieniom umowy.

3. W przypadku **zwłoki w** dostawie zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień **zwłoki** – po 0,5 % wartości **netto** niezrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż **50 zł** dziennie, nie więcej jednak niż **10 % wartości netto tej dostawy**.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% wartości netto niezrealizowanej części umowy**. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za **zwłokę** do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.”?

Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, a nawet Zamawiającego, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;

- Z uwagi na to, że umowa dotyczy sukcesywnej dostawy towarów, odstąpienie od niej może dotyczyć wyłącznie jeszcze jej niezrealizowanej części. W przeciwnym wypadku strony musiałyby zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły;

- Odstąpienie od niezrealizowanej części umowy powinno być dopuszczalne w przypadku powtarzających się (czterokrotnie) istotnych uchybień przez Wykonawcę, uprawnienie Zamawiającego umożliwiające mu odstąpienie w przypadku jednorazowego, nawet nieistotnego naruszenia umowy jest zbyt daleko idące;
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
- Minimalna kara umowna za zwłokę w wysokości 100 zł jest zbyt wygórowana, prosimy o jej obniżenie do 50 zł;
- Maksymalny próg kar umownych w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia jest zbyt wygórowany i zdecydowania przekracza wysokość ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Należy pamiętać, że kara umowna ma być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy;

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15, dot. zapisów Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu:

*„Niezależnie od kary umownej za **zwłokę** w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak również zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca **pozostaje w zwłoce** z wykonaniem umowy lub poszczególnych dostaw w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu **różnicy w cenie towaru zakupionego od innego dostawcy.**”?*

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących konieczności posługiwania się pojęciem „zwłoki” oraz zasad zwrotu kosztów towaru nabytego u innego dostawcy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

UWAGA !!

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Było:

12.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/wcskj> w terminie do dnia **21.08.2019 r. do godziny. 10:00**”.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu **21.08.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.**

Jest:

12.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/wcskj> w terminie do dnia **29.08.2019 r. do godziny. 10:00**”.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu **29.08.2019 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w **Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.**

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem
z up. Dyrektora WCSKJ
Kierownik Działu Umów,
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
inż. Jerzy Świątkowski



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl