

Reszel, dn. 08.08.2023r.

Nr sprawy: 2/2023

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pt.: „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 1/2023)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

Pytania i odpowiedzi

Zestaw 1.

Pytania do Część nr 4. Łóżka elektryczne (ilość 22 szt.)

Pytanie nr 1.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wbudowanego akumulatora co pozwoli zaoferować niższą cenę łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 990 mm i całkowitej długości 2120+/- 5mm co nieznacznie różni się od parametrów granicznych a pozwoli na transport łóżka windą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łóżka bez wydłużanego leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości leża 400 mm+/- 10mm co nieznacznie różni się od parametrów granicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 170 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga łóżko o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 220 kg.

Pytanie nr 6.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-12°

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji oparcia pleców oraz system autoregresji totalnej co pozwoli zaoferować niższą cenę łóżka

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez centralnego panelu sterującego, wyposażonego w pilot z 3 diodami LED informującymi o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej o pracy siłowników oraz o zablokowaniu/odblokowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9.

9. Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne składane wzdłuż ramy leża wykonane w zgodzie z normą PN-EN 60601-52:2010 z 3 poziomymi poprzeczkami z profilu owalnego. Po złożeniu niewystające ponad ramę leża z dodatkowym protektorem zabezpieczającym pacjenta na całej długości leża

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez poziomic.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11.

11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu konstrukcji łóżka ze stali węglowej lakierowanej z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra co pozwoli zaoferować korzystną cenę łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie nr 12.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez centralnego hamulca z blokowaniem kół parami: jednoczesne blokowanie kół u szczytu głowy, jednoczesne blokowanie kół u szczytu nóg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13.

13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy stalowej malowanej proszkowo z białym i białym boczny wykonany z płyty laminowanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14.

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą, wolną przestrzenią i zamkniętym kontenerkiem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15.

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 850 mm co nieznacznie różni się od parametrów granicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej nie mniejszej niż 850 mm.

Pytanie nr 16.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu bocznego 550x340+/-20 mm

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 17.

17. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową umieszczoną w stalowej osłonie

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 18.

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o następującym mechanizmie regulacji blatu:

Podnoszenie: aby podnieść wysokość blatu bocznego należy nacisnąć przycisk (następuje wtedy zwolnienie sprężyny gazowej) i ustawić blat na żądanej wysokości. Aby obniżyć wysokość blatu należy równocześnie przycisnąć

przycisk i cały mechanizm w dół ustawiając blat do żądaną wysokość

Ustawienie blatu pod kątem: blat boczny można przechylić pod kątem 30o w obie strony. W tym celu należy jedną ręką pociągnąć za uchwyt znajdujący się pod blatem opierając dłoń o czerwona nakładkę, a drugą ręką ustawić połkę pod żądanym kątem i puścić uchwyt, aby bolce weszły w otwory i unieruchomiły blat

Składanie i rozkładanie blatu: Aby rozłożyć blat boczny należy chwycić za blat od dołu i unieść do poziomu, Blat samoczynnie zostanie zablokowany w poziomie. Aby złożyć blat należy jedną ręką lekko unieść blat do góry a drugą ręką zwolnić blokadę pociągając gałkę , po czym powoli opuścić blat boczny.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 19.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowego 5 koła pod obudową sprężyny gazowej.

Odpowiedź: [Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie nr 20.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez aluminiowej osłony na sprężynę gazową.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Zestaw 2.

Część nr 3 Podnośnik transportowo-kąpielowy (ilość: 1 szt.)

Pytanie nr 1.

ad 4 "Dane Techniczne" Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sprzętu o poniższych parametrach: - Udźwig 136 kg, - Maksymalna masa całkowita (podnośnik + pacjent) – 214 kg - Zakres podnoszenia 515-1080mm licząc od podłogi do górnej krawędzi leża - Zasilanie akumulatorowe z systemem szybkiego ładowania akumulatora - Urządzenie z funkcją podnoszenia bez określonej prędkości (brak danych producenta w tym zakresie). Prędkość podnoszenia jest ustalona w taki sposób aby była bezpieczna dla pacjenta oraz wygodna dla personelu.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 2

ad 5 „Cechy produktu” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sprzętu o poniższych parametrach. - Podwójny system sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków awaryjnego podwyższania lub obniżania wbudowanych w kolumnę. - Wykończenie: malowana rama proszkowo - Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie do

transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi, - Sterowanie elektryczne z pilota oraz system awaryjnego obniżania/podwyższania , - Wskaźnik naładowania baterii na ładowarce oraz system ostrzegawczy o niskim stanie naładowania akumulatora (Jeśli akumulator wymaga doładowania, po włączeniu podnoszenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W tym momencie akumulator będzie wystarczająco naładowany, aby ukończyć bieżące zadanie.) - koła przednie obrotowe, - wszystkie koła wyposażone w hamulec, - podstawa o stałej szerokości nóg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

ad 6 „inne” Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie w postaci składanej bocznej poręczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 3.

Pytanie nr 1.

1. Dotyczy Część nr 1. Aparat do zamykania naczyń krwionośnych - diatermia

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony tylko w klawisze funkcjonalne (z naniesionymi ikonami trybów) umieszczone na panelu przednim? Takie rozwiązanie ułatwia bezpośredni dostęp do trybów a tym samym korzystanie z urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

2. Dotyczy Część nr 2. Rotor Elektryczny Pasywny i Aktywny

Czy Zamawiający dopuści rotor elektryczny o wysokości osi pedałów w zakresie 26-31cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 4.

Pytanie nr 1.

1. Dotyczy Część nr 3 Podnośnik transportowo-kąpielowy Załącznik nr 5 - Formularz parametrów technicznych (specyfikacja przedmiotowa), pkt 4 Czy Zamawiający dopuści podnośnik o udźwigu 180 kg oraz, co za tym idzie, o maksymalnej masie całkowitej wynoszącej 225 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

2. Dotyczy Część nr 3 Podnośnik transportowo-kąpielowy Załącznik nr 3 - Formularz parametrów technicznych (specyfikacja przedmiotowa), pkt 3 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy wózka kąpielowego czy podnośnika kąpielowo-transportowego – w przypadku podnośnika kąpielowo-transportowego prosimy o rezygnację z zapisu: zachowanie pozycji leżącej przez cały proces kąpeli.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3.

3. Dotyczy Część nr 3 Podnośnik transportowo-kąpielowy Załącznik nr 3 - Formularz parametrów technicznych (specyfikacja przedmiotowa), pkt 6 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy wózka kąpielowego czy podnośnika kąpielowo-transportowego – w przypadku podnośnika kąpielowo-transportowego prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez podnośnik składanej szyny bocznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający załącza:
- zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ.

Informacja zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/797041>

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: *„Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”*. (Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Projektowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Działanie 13.2 Ochrona zdrowia.

.....
/Kierownik Zamawiającego/