



Znak sprawy: DZA.381.8.1.2024

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) – na zakup mikroskopu operacyjnego i stołu operacyjnego.**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści w postępowaniu nr DZA.381.8.2024, Pakiet 1 – Mikroskop operacyjny, mikroskop operacyjny posiadające następujące parametry techniczne i funkcjonalności:

- większy zakres korekcji wady wzroku operatora od -8 D do +5 D,
- statyw jezdny z 4 kołami skrętnymi, każde wyposażone w oddzielny hamulec,
- zakres ruchu Układ XY maks. 60 mm x 60 mm z automatycznym centrowaniem przez naciśnięcie przycisku
- niezależny od operatora podgląd asystencki (ogniskowanie, manualny 3 – stopniowy zmieniacz powiększeń) mikroskop asystencki z nasadką okularową min. 45 stopni wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D ,
- nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 180 stopni wraz z okularami o, wciskane okulary o szerokim polu widzenia 10x lub 12,5x,
- oświetlenie LED o temperaturze barwowej ok. 4500 K , czas pracy 30000 godzin
- filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego
- pokrętło obrotowe wyboru refleksu czerwonego do przełączania poziomu refleksu czerwonego
- pedał sterujący umożliwia regulowanie jasności źródła światła LED, a zróżnicowanie jasności ma wpływ na oświetlenie obszaru operacji, kombinacje od 2° do 6° pozwalają uzyskać różne efekty czerwonego refleksu,
- multipowłoka T - minimalizująca refleksy,
- pokrętło obrotowe służące do wyboru filtra pozwalające przesuwac filtry na ścieżkę promienia oświetlającego, pokrętło to ma następujące cztery pozycje: brak filtra, filtr CRI (opcjonalny), filtr trybu halogenowego (opcjonalny), filtr chroniący siatkówkę (niebieski filtr blokujący):  
Podczas operacji na oku należy używać filtra chroniącego siatkówkę, aby zabezpieczyć oko pacjenta przed zbędną ekspozycją na promieniowanie (światło niebieskie)
- przewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami włączania i wyłączenia oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, zoom, przełącznik nożny z na stałe zaprogramowanymi funkcjami sterowania
- ramię podwieszania :podniesienie w pionie:  $\pm 300$  mm (wysokość pozycji wycentrowanej: 1434 mm), Kąt obrotu:  $\pm 150^\circ$
- kamera cyfrowa FULL HD 1/3,
- zasięg Ramienia podwieszania i ramienia nośnego nie mniej niż 1100 mm,
- powiększenie: od 4,3x - 25,5x,
- elementy sterownicze i panel złączy na tyle ramienia nośnego ramię nośne ma też przełącznik trybu 50%, złącza dla pedału sterującego, możliwość regulacji kąta oświetlenia w zakresie od 2° do 6° w celu uzyskania odpowiedniego czerwonego refleksu, pozostałe parametry bez zmian.



### Wyjaśniamy:

Zamawiający wyjaśnia że zaoferowany mikroskop operacyjny musi spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ „Opis wymaganych parametrów technicznych.

### Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy paragrafu 4 pkt 9 dla pakietu nr 1 - mikroskop operacyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

" W przypadku gdyby w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić podzespół na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji. "

Nasza prośbę uzasadniamy tym iż w przypadku awarii nawet tak drobnego elementu jak kółko jezdne statywu mikroskopu, przy obecnym zapisie Wykonawca byłby zobligowany do wymiany całego kosztownego urządzenia na nowe.

### Wyjaśniamy:

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 9 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

" W przypadku gdyby w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego podzespołu lub elementu Towaru, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić podzespół lub element Towaru na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. "

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  
mgr Aldona Sylwa

### W załączeniu:

1. Zmienione Projektowane postanowienia umowy – Zał. nr 9.