

ZP.261.17.2025

Łęborg, 05.05.2025 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-55c67a37-633a-4709-b59e-112795f14d9e

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Bloku Operacyjnego. Znak sprawy ZP-TP/17/25

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Dotyczy Pakietu 4, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści Optykę laparoskopową autoklawowalną 1340 o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia optyki 00, długość robocza 330 - 333mm, całkowita 404 - 406mm, średnica zewnętrzna 10 mm, system soczewek wałeczkowych, okular oraz część dystalna wyposażone w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w duży czytelny napis full HD oraz „autoclavable” oraz 00 dla szybkiej śródoperacyjnej identyfikacji kąta patrzenia optyki. Optyka współpracująca z światłowodami 3,5 mm i 4,8. Korpus optyki z oznaczeniem „data matrix” z zakodowaną informacją o symbolu, średnicy i kącie patrzenia optyki oraz zalecanej średnicy światłowodu, w celu identyfikacji teleskopu podczas procesu sterylizacji. Optyka z systemem odkręcanych „kominków” od strony portu świetlnego, umożliwiających podłączenie światłowodów różnych producentów (min. Olympus, Stryker). Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z możliwością sterylizacji pojedynczego lub dwóch endoskopów jednocześnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm +/- 5mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy Pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Optykę laparoskopową autoklawowalną 1340 o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia optyki 30, długość robocza 330 - 333mm, całkowita 404 - 406mm, średnica zewnętrzna 10 mm, system soczewek wałeczkowych, okular oraz część dystalna wyposażone w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w duży czytelny napis full HD oraz „autoclavable” oraz 00 dla szybkiej śródoperacyjnej identyfikacji kąta patrzenia optyki. Optyka współpracująca z światłowodami 3,5 mm i 4,8. Korpus optyki z oznaczeniem „data matrix” z zakodowaną informacją o symbolu, średnicy i kącie patrzenia optyki oraz zalecanej średnicy światłowodu, w celu identyfikacji teleskopu podczas procesu sterylizacji. Optyka z systemem odkręcanych „kominków” od strony portu świetlnego, umożliwiających podłączenie światłowodów różnych producentów (min. Olympus, Stryker). Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z możliwością sterylizacji pojedynczego lub dwóch endoskopów jednocześnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm +/-5 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SWZ.