

Wrocław, dnia 14.08.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **Krzesła transportowego**

Pytanie nr 1 :

KRZESEŁKO TRANSPORTOWE SZT. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krzeselka płożowe elektryczne z możliwością jazdy po schodach o poniższych parametrach :

Krzeselko płożowe elektryczne model KUMA firmy Meber z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym ułatwiającym transport pacjenta po schodach. W całości wykonane z nowoczesnego stopu aluminium. Ergonomiczna konstrukcja umożliwi doskonale rozłożenie ciężaru pacjenta i ułatwi obsłudze jego transport. Długie płożo o specjalnej konstrukcji posiadające wysoką przyczepność pozwalają na bezpieczne i komfortowe manewrowanie na schodach. Tylne kółka o średnicy 200 mm i przednie skrętne o średnicy 125 mm ułatwiają transport pacjenta każdego rodzaju powierzchni. Elektryczny system umożliwia transport pacjenta w górę i w dół schodów.

CHARAKTERYSTYKA:

- 4 kółka w tym 2 tyle z z hamulcami
- 2 przednie skrętne
- wysuwane rączki przednie
- składane rączki tylne
- podłokietniki
- wysuwany uchwyt oparcia
- system płożowy do zjeżdżania i wjeżdżania po schodach zasilany akumulatorem
- konsola do regulacji prędkości
- zasięg ponad 30 ramp po 20 stopni przy ciężarze 130 kg
- wymiary po złożeniu: 108cm x 52 cm x max. 24 cm
- waga krzeselka 34 kg
- udźwig 181 kg
- zestaw składa się: krzesło elektryczne, bateria, zasilacz, zagłówek, 2 pasy,

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe parametry. Za wyjątkiem wagi krzesła ,jednocześnie dopuszcza wagę krzesła z wyposażeniem do 25 kg.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wymaganego terminu dostawy :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty zawarcia umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający dopuści rozwiązanie krzesła transportowego zasilanego silnikiem elektrycznym o wadze 35kg i udźwigu min. 180kg potwierdzone certyfikatami jakości oraz urządzeń medycznych kategorii I?

Odp. Zamawiający dopuszcza udźwig krzesła do 180kg i wagę krzesła do 25 kg z wyposażeniem

SPECJALISTA
ds. zaopatrzenia

mgr Karolina Romdnowska

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAOPATRZENIA

Romana Komora