

Bielsko-Biała dn. 28.10.2024r.

DZP.271.45.2024 - 1

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.45.2024)**

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w zakresie błędnie podanych dwóch norm CEN/TS 14237:2015 oraz PN EN ISO 17665-1:2006 w dokumentach zamówienia, a które winny być wpisane: CEN/TS 14237:2021 oraz PN EN ISO 17665-1:2015 Zamawiający informuje, że zmienia zapisy dokumentów zamówienia tj. zapisy SWZ, załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do SWZ w tym zakresie. Wobec powyższego ulega zmianie:

Zapis rozdziału IV ust. 4 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferowana do wynajmu bielizna szpitalna będąca wyrobem medycznym powinna być wpisana do rejestru wyrobów medycznych, powinna być oznakowana znakiem CE oraz powinna posiadać ważną deklarację zgodności CE, pozostała oferowana do wynajmu bielizna szpitalna nie będąca wyrobem medycznym powinna być wykonana z tkanin spełniających normę CEN/TS 14237:2021 lub równoważnej - Tekstylija w systemie ochrony zdrowia, co zostanie poświadczone certyfikatem niezależnego laboratorium. Ponadto wszystka oferowana do wynajmu bielizna szpitalna powinna spełniać wymogi określone w załączniku nr 4 do SWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.”

Zapis rozdziału IV ust. 13 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Sterylizacja fartuchów odbywać się będzie w zwalidowanym procesie sterylizacji, zgodnie z Normą PN EN ISO 17665-1:2015”

Zapis rozdziału V ust. 1 pkt 1.12 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie, że sterylizacja przebiega w zwalidowanym procesie zgodnym z Normą PN EN ISO 17665-1:2015.”

Zapis rozdziału XIV.A. ust. 2 pkt 2.6. ppkt 2.6.12. SWZ otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie, że sterylizacja przebiega w zwalidowanym procesie zgodnym z Normą PN EN ISO 17665-1:2015”.

§ 1 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej, obejmują wynajem zachipowanej bielizny szpitalnej i jej pranie i dezynfekcję oraz pranie i dezynfekcję bielizny szpitalnej będącej w posiadaniu Zamawiającego. Usługa obejmuje także prasowanie, maglowanie, sortowanie, pakowanie, drobne naprawy krawieckie, transport bielizny szpitalnej czystej i brudnej oraz sterylizację fartuchów barierowych w zwalidowanym procesie zgodnie z Normą PN EN ISO 17665-1:2015.”

§ 2 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że oferowana do wynajmu bielizna szpitalna będąca wyrobem medycznym jest wpisana do rejestru wyrobów medycznych, jest oznakowana znakiem CE oraz posiada ważną deklarację zgodności CE, pozostała oferowana do wynajmu bielizna szpitalna nie będąca wyrobem medycznym zostanie wykonana z tkanin spełniających normę CEN/TS 14237:2021 lub równoważnej - Tekstylnia w systemie ochrony zdrowia, ponadto oferowana do wynajmu bielizna szpitalna spełnia wymogi stawiane w załączniku nr 4 do SWZ - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.”

§ 3 ust. 18 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Sterylizacji fartuchów operacyjnych w zwalidowanym procesie sterylizacji, zgodnie z Normą PN EN ISO 17665-1:2015.”

Pkt 3 ppkt d zapisów nad tabelą załącznika nr 4 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonana z tkaniny zgodnie z normami CEN/TS – 14237 :2021 oraz PN EN ISO 17665-1:2015. – Tekstylnia w systemie ochrony zdrowia”.

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
dr n. med. Piotr Zdunek