

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

www.gov.pl/web/wsse-poznan
sekretariat@wssepoznan.pl
wssepoznan/SkrytkaESP
nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO: 000207899

DN-NS.9011.1549.2021

Poznań, 22.12.2021r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325);

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, dokumentacją obliczenia osłon stałych oraz wentylacją dla pracowni rentgenowskiej z zainstalowanym tomografem komputerowym, zlokalizowanej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Poznańskiej 30,

OPINIUJE

przedłożoną dokumentację pod następującym warunkiem:

zabezpieczenia ścian: AB; BC; CD; DE; EF; FA oraz otworów okiennych i otworów drzwiowych osłonami stałymi, zgodnie z dokumentacją.

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, wystąpił z wnioskiem w dniu 06.12.2021r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w zakresie skuteczności osłon stałych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.


W związku z prowadzonym postępowaniem, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dokonał analizy przedstawionej dokumentacji obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz wentylacji dla pracowni rentgenowskiej z zainstalowanym tomografem komputerowym, zlokalizowanej w budynku Samodzielnego

Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Poznańskiej 30. Przedstawiona dokumentacja projektowa została wykonana przez panią Kingę Kapecką w listopadzie 2021r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że pomieszczenie z ww. tomografem komputerowym posiada powierzchnię 21,8 m², wysokość 3,05 m oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Ponadto dokonano analizy w zakresie osłon stałych, z której wynika, że powyższe pomieszczenie spełnia wymagania określone w Rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. Zastosowane osłony stałe, na które składają się konstrukcje ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne spełniają wymagania określone w § 2 i 3 wyżej cytowanego rozporządzenia. Podczas wykonywania badania rentgenowskiego w pomieszczeniu z aparatem rentgenowskim diagnostycznym może przebywać wyłącznie pacjent oraz osoby wykonujące czynności związane z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Integralną częścią opinii jest rzut, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl,

Do wiadomości:

1. WSSE – DN.HR Poznań (EZD),
2. a/a. ZG/KC