

Grodzisk Wielkopolski, dnia 10.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Dotyczy: Załącznik nr 2 formularz cenowy do SIWZ – pakiet nr.24

Prosimy o wskazanie z jakim modelem wstrzykiwacza mają być kompatybilne wyroby medyczne. Informacja jest niezbędna w celu zaoferowania kompatybilnych wężyków z danym sprzętem, który posiada Zamawiający

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie 13 wymaga wyrobów medycznych kompatybilnych z modelem wstrzykiwacza o nazwie Guerbet OPTIVANTAGE.

(zapewniający optymalną wydajność z materiałami eksploatacyjnymi Guerbet)