



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.272.4.2024  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, dnia 02.05.2024 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**  
(odpowiedzi na pytania Wykonawców)

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę odczynników do badań diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy**, wpłynęły pytania Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) o następującej treści:

**Pytanie 1:**

**„Dotyczy załącznika cenowego, części 2, pozycji 1  
Zestaw kolumnkowy do izolacji wirusowego DNA/RNA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu takiego jak Thermo Fisher Scientific/ nr kat. 12280050, PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit. Produkt zawiera 310 µg nośnikowego RNA, który rozpuszcza się z dołączoną do zestawu wodą aby otrzymać roztwór o stężeniu 1 µg/µL.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:**

**„Dotyczy załącznika cenowego, części 6, pozycji 2 - Zestaw do amplifikacji metodą RT-PCR**

W opisie produktu zamawiający napisał:

„Opakowanie 500 reakcji lub równoważne. Zestaw typu one-step, 4x stężony, zestaw dedykowany do amplifikacji RNA metodą One-step Reverse Transcription Quantative PCR, do sond typu TaqMan. Bufor zawierający w składzie polimerazę Hot Start Platinum Taq oraz odwrotną transkryptazę (amplifikacja RNA metodą typu one-step), bufor z dodatkiem jonów magnezu oraz po 1mM każdego z dNTPów, bez barwników, dopuszcza się aby barwniki znajdowały się osobno, zestaw na 100 reakcji. Data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.“ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania opakowania na 100 reakcji czy na 500 reakcji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający w dniu 30.04.2024 zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia w części 6, pozycja 2, w następujący sposób:

2.	Zestaw do amplifikacji metodą RT-PCR	Opakowanie 500 reakcji lub równoważne. Zestaw typu one-step, 4x stężony, zestaw dedykowany do amplifikacji RNA metodą One-step Reverse Transcription Quantative PCR, do sond typu TaqMan. Bufor zawierający w składzie polimerazę Hot Start Platinum Taq oraz odwrotną transkryptazę (amplifikacja RNA metodą typu one-step), bufor z dodatkiem jonów magnezu oraz po 1mM każdego z dNTPów, bez barwników, dopuszcza się aby barwniki znajdowały się osobno. Data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.	op.	1
----	--------------------------------------	---	-----	---

**Pytanie 3:**

**„Dotyczy tytułu postępowania – część 2, 3 i 6.**

W tytule postępowania Zamawiający zdefiniował przedmiot postępowania jako „diagnostyczny”.

Informujemy, że odczynniki wymienione w części 2, 3 i 6 nie posiadają statusu produktów diagnostycznych. Służą tylko i wyłącznie od badań naukowych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów służących do badań naukowych w ramach części 2, 3 i 6?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4:**

**„Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3 – część 2, 3 i 6.**

Wnosimy o wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji w odniesieniu do części 2, 3 i 6 z „do 7 dni” na „do 21 dni”.

Odczynniki które chcielibyśmy zaoferować są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Producent na samą dostawę deklaruje czas do 21 dni. Nie jesteśmy w stanie spełnić warunku Zamawiającego bez ponoszenia kar za nieterminową wymianę.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy w brzmieniu § 5 ust. 3 Ogólnych warunków umowy, na podstawie którego 7 dniowy termin na dostarczenie Zamawiającemu nowego, wolnego od wad przedmiotu umowy, może zostać przedłużony na etapie realizacji umowy.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
(podpis nieczytelny)  
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>

2. a/a