

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: **Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 nr. post. AB.272.5.2023**

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania

Lampa zabiegowa Zał. 1 A

Pytanie nr. 1 dot. pkt. 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu wyposażenia matrycy diodowej z 7 punktów LED, o natężeniu oświetlenia $E_c=80\text{kLux/1m}$.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr. 2 dot. pkt. 9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu zakresu średnicy pola d_{10} równym 18 cm.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza Zgodnie z SWZ

Pytanie nr. 5 dot. pkt.13 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności regulacji natężenia światła w zakresie 20 – 100%.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza Zgodnie SWZ

Pytanie nr. 6 dot. pkt.19 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu szczelności oprawy oświetleniowej równej IP43.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie SWZ.

Pytanie nr. 7 dot. pkt. 18 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu zużycia energii elektrycznej na poziomie 32W (maks. 80VA).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr. 8 dot. pkt.23 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal