

CENTRALA MONITORUJĄCA DO KARDIOMONITORÓW

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Centrala monitorująca z wyświetlaczem min 22"
6.	Kompatybilność z proponowanymi kardiomonitorami
7.	Możliwość monitorowania min. 8 pacjentów
8.	Praca sieć/akumulator
9.	Łączność z kardiomonitorami przewodowa/bezprzewodowa
10.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta