

**WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ**

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE   |
|------|--|
| 1.   | <b>PRODUCENT</b>   |
| 2.   | <b>NAZWA / TYP (model)</b>   |
| 3.   | <b>KRAJ POCHODZENIA</b>  |
| 4.   | <b>Urządzenie fabrycznie nowe</b>  |
| 5.   | Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej z możliwością regulacji kąta oparcia oraz podparcia nóg                                   |
| 6.   | Wózek posiadający odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające montaż uchwytu do płynów infuzyjnych                                 |
| 7.   | Podpory boczne po obu stronach wózka   |
| 8.   | Podpory pod nogi umożliwiające bezpieczny transport pacjenta   |
| 9.   | Regulacja wysokości siedziska w zakresie minimum 550-750 mm  |
| 10.  | Wózek wyposażony w cztery koła w tym dwa skrętne umożliwiające zwrotność   |
| 11.  | Hamulec zapobiegający niekontrolowanemu przemieszczeniu wózka  |
| 12.  | Po obu stronach składane barierki boczne zapobiegające upadkowi pacjenta   |
| 13.  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg  |
| 14.  | Siedzisko oraz oparcie wykonane z materiału ułatwiającego czyszczenie i dezynfekcję, odporny na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne |
| 15.  | Pozostałe elementy wózka pokryte warstwą ułatwiającą czyszczenie i dezynfekcję, odporną na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne      |
| 16.  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta  |
| 17.  | Materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów               |
| 18.  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych   |
| 19.  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego                               |