

ZESTAW WYSIŁKOWY

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	12-kanalowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania
6.	Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz
7.	Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn
8.	Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20 mm/mV
9.	Prędkość 6,25, 12,5, 25, 50, 100 mm/s
10.	Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia
11.	Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanalowym
12.	W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej)
13.	Trendy ST dla wszystkich kanałów
14.	Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia
15.	Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii
16.	Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby
17.	Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania
18.	Sterowanie prędkością bieżni z oprogramowaną
19.	Zakres prędkości 0-20 km/h z krokiem 0,1km/h
20.	Zakres nachylenia 0-25% z krokiem 0,5%
21.	Łagodny start bieżni od prędkości równej zero z pełnym obciążeniem
22.	Poręcze zamontowany z przodu jak i po bokach bieżni
23.	Dopuszczalna waga pacjenta do 200 kg
24.	Przyciski STOP awaryjnego zatrzymywania (po obu stronach poręczy)
25.	Amortyzacja drgań i wstrząsów
26.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta