

**Aparat do fizykoterapii skojarzonej z polem magnetycznym**

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	<b>PRODUCENT</b>
2.	<b>NAZWA / TYP (model)</b>
3.	<b>KRAJ POCHODZENIA</b>
4.	<b>Urządzenie fabrycznie nowe</b>
5.	Aparat pozwala na przeprowadzanie zabiegów dwukanałowej elektroterapii oraz magnetoterapii, wyposażony jest w wyświetlacz dotykowy.
6.	Do aparatu dołączone są dedykowane do fizykoterapii ; -elektrody wielokrotnego użytku do elektroterapii min 6szt z pokrowcami, -pasy rzepowe do mocowania elektrod - 2 aplikatory płaskie do magnetoterapii z pasami mocującymi, - przewody pacjenta min. 2 , -przewód sieciowy, -4 woreczki z piaskiem (do dociskania elektrod)
7.	Aparaty posiadają dwa niezależne kanały zabiegowe, umożliwiając jednocześnie przeprowadzanie dwóch różnych zabiegów leczniczych.
8.	W zakresie elektroterapii aparat posiada prądy tj.: prądy TENS, prądy Kotza, tonolize, mikroprądów, prądy do porażień spastycznych, prądy impulsowe, prądy diadynamicznych, galwaniczne, prądy interferencyjne .
9.	Aparat posiada bazę min. 200 wbudowanych programów zabiegowych oraz min. 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych elektroterapii i magnetoterapii tj. kilku rodzajów prądów połączonych w jeden ciąg zabiegowy. Jest też możliwość ustawienia własnych parametrów
10.	Aparat daje możliwość wykonania przez obsługującego samodzielnie test elektrod wykorzystywanych w elektroterapii.
11.	Aplikator do magnetoterapii jest płaski – 2 sztuki, wyposażone w dedykowane pasy mocujące
12.	Magnetoterapia w zakresie emisji ciągłej i impulsowej ,kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
13.	Natężenie pola magnetycznego generowanego w aparacie to min.10 mT. częstotliwość pracy min. 2 - 120 Hz
14.	Aparat wyposażony jest w akumulator do pracy min. 4 godzin.
15.	Do aparatu dołączona jest stolik jezdny z półkami dedykowany do tego aparatu
16.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
17.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
18.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego