

ZABUDOWA MEBLOWA

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według tabeli (szczegółowy pomiar na etapie realizacji)
6.	Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
7.	Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm
8.	Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm
9.	Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm
10.	Uchwyty metalowe prostokątne, mocowane dwupunktowo
11.	Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm
12.	Błaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2 mm
13.	Listwa częściowo aluminiowa przybłatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia.
14.	Jeśli na projekcie wskazano wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu oraz umywalki a także baterii
15.	Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym
16.	Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku
17.	Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm
18.	Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi w celu łatwiejszego umycia
19.	Szuflady z cichym domykiem oraz dociągami typu
20.	Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli.
21.	Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany
22.	Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%.
23.	Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji