

Stół rehabilitacyjny

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Stół rehabilitacyjny 2- częściowy z elektryczną regulacją wysokości z przewodem zasilającym do gniazda sieciowego 240V
6.	Funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrycznego - regulacja wysokości stołu przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej
7.	Zagłówek z otworem (umożliwiającym pacjentowi leżenie na brzuchu) z możliwością zamykania go zaślepką
8.	Całkowita długość blatu stołu min. 200 cm
9.	Całkowita szerokość blatu min. 70 cm
10.	Regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 60 do 90 cm Regulacja zagłówka w zakresie co najmniej ; – 50 +35 stopni
11.	Wieszak na rolkę z podkładem papierowym
12.	Dopuszczalne obciążenie stołu min. 150 kg, zagłówek min. 30 kg
13.	Blat stołu tapicerowany, obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałości- istnieje możliwość wyboru koloru .
14.	Rama – konstrukcja stalowa malowana proszkowo (odporna na zarysowania i odpryski) umieszczona na 4 stopkach, posiadająca system jezdny – 4 koła skrętne (umożliwiające transport stołu) nie wystające poza ponad i poza podstawę
15.	Stół zmontowany gotowy do użycia
16.	Blat oraz rama może być czyszczona przy użyciu środków dezynfekcyjnych
17.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
18.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
19.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych
20.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego