

Lampa sollux

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Lampa sollux statywowa wyposażona w promiennikiem IR 1 375 W, operuje światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B.
6.	Lampa wyposażona jest w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności oraz wbudowane filtry (czerwony i niebieski),
7.	Lampa ma możliwość programowania sekwencji czas/jasność ; wyświetlacz czasu i jasności, wyposażona jest w zegar zabiegowy
8.	Lampa jest mobilna ,posiada stabilną podstawę wyposażoną w kółka jezdne z hamulcami.
9.	W zestawie z lampą jest; filtr czerwony – min 1 szt., filtr niebieski - min1 szt., okulary ochronne dla pacjenta - 1 szt., okulary ochronne dla terapeuty - 1 szt.
10.	Lampa posiada siatkę zabezpieczającą przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra oraz wymuszone chłodzenie tubusa.
11.	Ramię pionowe lampy z regulacją wysokości od min. 120 cm do 190 cm , tubus obrotowy – skrętny w różnych płaszczyznach.
12.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
13.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
14.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego