



ZPZ-2353 -1381/25

Olsztyn, dnia 20.03.2025r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Dzierżawa analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych**”; ZPZ-10/03/25.

W związku z zapytaniem uczestnika ww. postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pkt. 21, Wymagane Parametry, Zał. nr 3.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przeglądów okresowych w interwałach zgodnych z zaleceniami producent tj. raz w roku?

Częstsze sprawdzanie aparatu nie wpływa na zmniejszenie usterkowości a zwiększa czas braku dostępności do badań ze względu na prace serwisowe.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę; modyfikuje załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: 4_Wzór umowy zał. 4 do SWZ, pakiet nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 10 miesięcy od daty dostawy?”

Pytanie nr 3:

Dotyczy: 4_Wzór umowy zał. 4 do SWZ, § 10, pkt 7

W odniesieniu do wcześniejszego pytania nr 2 z dnia 19.03.2025:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w § 10 ,pkt 7 na treść:

„Termin ważności dla dostarczanych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 10 miesięcy od daty dostawy, przy zachowaniu 24 miesięcy gwarancji na analizator i wyposażenie”?

Odpowiedź Zamawiającego do pyt nr 2 i nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 10, pkt 7 wzoru umowy; modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ w ww. zakresie.

DYREKTOR

Szpitala Klinicznego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

dr hab. n. med. Janusz Kocik , prof. CMKP

/podpis na oryginale/

Sporządziła : Agnieszka Furtak

